

Warszawa, 25 listopada 2024 r.

ADZ.261.37.2024

Wykonawcy –
uczestnicy postępowania**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej progów unijnych realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Dostawy sprzętu laboratoryjnego: Zakup dostawa i instalacja urządzeń do mikromanipulacji w podziale na 2 zadania KPO11” (znak sprawy: ADZ.261.37.2024).

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1A do SWZ - OPZ dla Zadania 1 w punkcie I. 1. otrzymuje brzmienie:

PARAMETRY OPIS	
I.PARAMETRY WYMAGANE ELEMENTY ZESTAWU: Zestaw składa się z następujących elementów tworzących jedną stację roboczą pozwalającą na zaawansowane manipulacje na zarodkach i oocytach mysich	
1.	Mikromanipulator – 2 sztuki

2. Załącznik nr 1A do SWZ - OPZ dla Zadania 1 w punkcie V. 7. otrzymuje brzmienie:

V. WYMAGANIA DLA MIKROINIEKTORA Z WBUDOWANĄ SPRĘŻARKĄ	
1.	Do pracy nie wymaga zewnętrznych pomp ani sprężarek.
2.	Umożliwia wykonanie odtwarzalnych, seryjnych mikroiniekcji do komórek przylegających i zawieszonych.
3.	Pracuje w zakresie objętości co najmniej 100 femtolitrów (fl) do 100 pikolitrów (pl) .
4.	Ciśnienie iniekcji i ciśnienie kompensujące w zakresie co najmniej 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji, co 1hPa. Dokładność nie gorsza niż 2,5%.
5.	Wbudowana funkcja czyszczenia co najmniej 6000 hPa (87 psi).
6.	Możliwość ustawienia czasu iniekcji w zakresie co najmniej 0,1-99 sekund .
7.	Możliwość podłączenia do różnego rodzaju mikromanipulatorów.

3. Rozdział XIV pkt. 1 i 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

„ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, poprzez umieszczenie na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/990678> która stanowi stronę internetową prowadzonego postępowania **do dnia 23.12.2024 r. g. 12:00** – „Termin składania ofert”. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie Terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął Termin składania ofert. Planowany termin otwarcia ofert to **23.12.2024 r. g. 12:05.**”


4. Rozdział XII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„ XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert **tj. do dnia 22.03.2025 r.**”

W analogicznym zakresie ulega również zmianie treść załącznika nr 3A do SWZ- Formularz ofertowy dla Zadania nr 1. Edytowalna wersja dokumentu po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia obejmujące swoim zakresem zmiany wynikające ze zmiany w treści SWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

DYREKTOR
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

prof. dr hab. Marta Międzyńska

Załączniki:

Załącznik nr 3A do SWZ po zmianie z dn. 25.11.2024 r.