

Lp.	Asortyment	Jm	Ilość	stawka jednostkowa netto	wartość netto	VAT	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa producenta i kraj pochodzenia	nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 19 - optyki artroskopowe										
1.	<p>Optyka artroskopowa, HD 30 stopni, średnica 4 mm długość 3:3 robocza min 175 mm, szafirowe szkło odporne na zarysowania w dystalnej części optyki. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w pierścień identyfikacyjny dla szybkiej śródoperacyjnej identyfikacji obrotu optyki o odpowiednim kącie patrzenia. Pierścień identyfikacyjny koloru czerwonego: optyka o kącie patrzenia (30 stopni). Wymaga się, aby optyka artroskopowa była wyposażona w kod identyfikacji doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki: 35 (odpowiada średnicy światłowodu 3.5 mm). Płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki: płaszcz wysokiego przepływu "High Flow" o śr. min 6.0 mm, dł. rob. płaszcz min. 130 mm. Wymaga się, aby płaszcz wyposażony był w wymienne kurki wykonane z tworzywa sztucznego. Zapięcie płaszcz samozatraskowe na tzw. "Clik" (optyka, trokar). Dystalna część płaszcz zapewniająca ochronę czola optyki przed śródoperacyjnymi uszkodzeniami mechanicznymi (shaver, waporyzator itp.) Płaszcz obrotowy. Trokar pół-tępy do oferowanego płaszczu. Metalowy kosz do mycia i sterylizacji optyk lub optyka artroskopowa 30°, szerokokątną, o średnicy 4 mm, długości roboczej 180 mm razem z płaszczem artroskopowym, obrotowym o średnicy 6 mm, długości roboczej 135 mm, z szybkozłączem, 2 zaworami, obturatorem, pojemnikiem do sterylizacji optyk.</p>	szt.	6	12 445,00 zł	74 670,00 zł	8%	13 440,60 zł	80 643,60 zł	ConMed Corporation / USA	<p>HD Autoclavable 4mm Arthroscope / HD4300 ; QuickLatch Sheath System for 4mm Arthroscope / QL5532 ; Video Arthroscopy Tray / VP1006</p>
					74 670,00 zł			80 643,60 zł		

Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny i mógł być zamiennie stosowany jako uzupełnienie do posiadanego przez Zamawiającego osprzętu artroskopowego (optyki artroskopowe, płaszcze artroskopowe, trokary) firmy Richard Wolf. Całość produkcji Karl Storz, kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza optykę artroskopową HD 30°, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm. Optyka w pełni autoklawowalna. Dwukranikowy płaszcz do optyki w komplecie z konikalnym obturatorem, płaszcz o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatraskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. Kontener do sterylizacji optyk artroskopowych.

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.