

**Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki**
**Zadanie nr 3: Zakup i dostawa chłodziarek laboratoryjnych – 3 szt.**

Wykonawca:	Kendrolab Sp. z o.o.....
Producent oferowanego urz.	Fiocchetti.....

Lp	Nazwa parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Certyfikat CE lub równoważny	Tak	Tak
2	Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika.	Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt	Tak 24 miesiące
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak	Tak
4	Podać adres serwisu Telefon Adres mail	Tak Podać	KENDROLAB Spółka z o. o. 04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18, tel.: 22/663-4323, kendrolab@kendrol ab.pl
5	Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany	Tak	Tak
6	Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta	Tak	Tak
7	Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze	Tak	Tak
8	<del>W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy</del> <b>Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych</b>	Tak	Tak
9	Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji.	Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji	Tak, Jeden przegląd po zakończeniu gwarancji
10	Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku	Tak Podać	Tak, Producent nie wymaga przeglądów pogwarancyjnych
11	Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji, uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu.	Tak	Tak
12	Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie	Tak	Tak
13	Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka	Tak	Tak
14	Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF	Tak	Tak
15	<b>Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów</b>	Tak	Tak
16	Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat	Tak	Tak
17	Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025	Tak	Tak

18	Zasilanie 230V AC 50/60 Hz	Tak	Tak
19	Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi	Tak	Tak
20	Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania leków	<b>Tak</b> <b>Podać model</b>	Tak <b>Medica 1500 ECT-F</b>
21	Pojemność brutto w zakresie: 1200 ÷ 1450 litry	Tak Podać pojemność w litrach	Tak 1355l
22	Wysokość zewnętrzna w zakresie: 1950 ÷ 2140 mm	Tak	Tak
23	Półki lub szuflady wysuwane min.: 12 sztuk	Tak 12 półek – 0 pkt 14 półek – 20 pkt	Tak 14 półek
24	Wymiary półki: 480÷483 x 598÷638 mm	Tak	Tak, 49x60cm zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.04.2025r
25	Materiał półek: Stal lub aluminium	Tak	Tak, aluminium
26	Półki lub szuflady – wysuwane z ogranicznikiem wypadania	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt	Tak
27	Półki z dnem perforowanym lub szuflady farmaceutyczne	Tak Półki – 0 pkt Szuflady farmaceutyczne – 10 pkt	Tak Szuflady farmaceutyczne
28	Panel sterowania -wyświetlacz + przyciski lub wyświetlacz dotykowy	Tak	Tak
29	Sterowanie elektroniczne	Tak	Tak
30	Alarmy min. otwarte drzwi, temperatury	Tak	Tak
31	Zakres temperatury min.: 2÷8 °C	Tak	Tak
32	Regulacja temperatury	Tak	Tak
33	Metoda odszraniania automatyczna	Tak	Tak
34	Materiał drzwi szkło	Tak	Tak
35	Drzwi szklane witrynowe	Tak	Tak
36	Ilość drzwi – 2 drzwi	Tak	Tak
37	Kierunek otwierania drzwi: na prawo / na lewo	Tak	Tak
38	Obudowa malowana na kolor biały	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	tak
39	Oświetlenie wewnętrzne LED	Tak	Tak
40	Kółka z hamulcem	Tak	Tak
41	Czynnik R290 lub R600a	Tak	Tak
42	Waga max 292 kg	Tak	Tak

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

**Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).**