

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki
Zadanie nr 5: Zakup i dostawa chłodziarko-zamrażarki – 1 szt.

Wykonawca:	A-Biotech Sp. z o.o.
Producent oferowanego urz.	Liebherr

Lp	Nazwa parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Certyfikat CE lub równoważny	Tak	Certyfikat CE
2	Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika.	Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt	Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika.
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak	Tak, Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
4	Podać adres serwisu Telefon Adres mail	Tak Podać	Tak, AGED Sp. z o. o., ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków biuro@a-biotech.pl / serwis@fore.pl tel. 71 737 38 69 / +48 222 440 430
5	Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany	Tak	Tak, Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany
6	Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 60 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta	Tak	Tak, Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 36miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami

			producenta
7	Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze	Tak	Tak, Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze
8	W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy. Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych	Tak	Tak, Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych
9	Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji.	Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji	Tak Producent nie wymaga wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
10	Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku	Tak Podać	Tak Producent nie wymaga wykonywania przeglądów gwarancyjnych, 0 przeglądów
11	Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu.	Tak	Tak, Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu.
12	Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie	Tak	Tak, Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie
13	Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka	Tak	Tak, Instrukcja oryginalna 1 sztuka
14	Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF	Tak	Tak, Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF
15	Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów	Tak	Tak, Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów
16	Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat	Tak	Tak, Dostępność i sprzedaż części

			zamiennych i akcesoriów 7 lat
17	Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025	Tak	Tak, Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025
18	Zasilanie 230V AC 50/60 Hz	Tak	Tak, Zasilanie 230V AC 50/60 Hz
19	Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi	Tak	Tak, Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi
20	Chłodziarko-zamrażarka	Tak Podać model	Chłodziarko-zamrażarka SCFvh4002 Perfection
21	Wysokość w zakresie: 200 ÷ 206 cm	Tak	Tak, Wysokość 204,4 cm
22	Objętość chłodziarka brutto min. 267 litry	Tak	Tak, Objętość chłodziarka brutto 272 litry
23	Objętość zamrażarka brutto min. 110 litry	Tak	Tak, Objętość zamrażarka brutto 112 litry
24	Nośność półki w komorze chłodniczej min. 40 kg	Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt	Tak, Nośność półki w komorze chłodniczej 45 kg
25	Nośność półki w zamrażarce min 40 kg	Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt	Tak, Nośność półki w zamrażarce 40 kg
26	System chłodzenia dynamiczny	Tak	Tak, System chłodzenia dynamiczny
27	Zakres temperatury – chłodziarka min zakres: 3 ÷ 10 °C	Tak	Tak, Chłodziarka od +3 °C do +16 °C
28	Zakres temperatury – zamrażarka min. zakres: -9 ÷ - 23 °C	Tak	Tak, zamrażarka: od -9 do - 30 °C
29	Odszranianie automatyczne chłodziarki	Tak	Tak, Odszranianie automatyczne chłodziarki
30	Wyświetlacz	Tak	Tak, Wyświetlacz kolorowy 2,4” Touch&Swipe
31	Drzwi zewnętrzne: - do zamrażarki - do chłodziarki	Tak	Tak, Drzwi zewnętrzne: - do zamrażarki - do chłodziarki
32	Ilość szuflad w zamrażarce min.3	Tak	Tak, Ilość szuflad w zamrażarce 3
33	Ilość półek w chłodziarce min. 4, półki regulowane	Tak	Tak, Ilość półek w chłodziarce 4, półki regulowane
34	Kółka	Tak	Tak w zestawie 4 kółka
35	Stopki poziomujące	Tak	Tak 4 stopki poziomujące
36	Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce oraz wymuszony obieg powietrza	Tak	Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce oraz wymuszony obieg powietrza

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).