

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki
Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Wykonawca:	A-Biotech Sp. z o.o.
Producent oferowanego urz.	Liebherr

Lp.	Nazwa parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Certyfikat CE lub równoważny	Tak	Tak, Certyfikat CE
2	Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika.	Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt	Tak, 36 miesięcy Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika.
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak	Tak, Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
4	Podać adres serwisu Telefon Adres mail	Tak	Tak, AGED Sp. z o. o., ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków biuro@a-biotech.pl / serwis@fore.pl tel. 71 737 38 69 / +48 222 440 430
5	Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany	Tak	Tak, Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany
6	Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta	Tak	Tak, Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta
7	Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni	Tak	Tak, Czas

	robocze		przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze
8	W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.	Tak	Tak, Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.
9	Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji.	Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji	Tak Producent nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych
10	Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku	Tak Podać	Tak Producent nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych , 0 przeglądów
11	Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu.	Tak	Tak, Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu
12	Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie	Tak	Tak, Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie
13	Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka	Tak	Tak, Instrukcja oryginalna 1 sztuka
14	Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF	Tak	Tak, Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF
15	Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów	Tak	Tak, Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów
16	Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat	Tak	Tak, Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat
17	Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025	Tak	Tak, Aparat nowy nieużywany, rok

			produkcji 2024, 2025
18	Zasilanie 230V AC 50/60 Hz	Tak	Tak, Zasilanie 230V AC 50/60 Hz
19	Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi	Tak	Tak, Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi
20	Szafa chłodnicza medyczna	Tak Podać model	SRFvg 4011 Performance Liebherr
21	Pojemność brutto w zakresie: 372÷420 litry	Tak Podać pojemność w litrach	Tak, Pojemność brutto 420 litry
22	Wysokość zewnętrzna w zakresie: 1884 ÷1990 mm	Tak	Tak, Wysokość zewnętrzna w 1884 mm
23	Zakres temperatury min: 3÷10 °C	Tak	Tak, od +3 °C do +16 °C
24	Materiał drzwi: szkło	Tak	Tak, Materiał drzwi: szkło
25	Sterowanie, wyświetlacz temperatury	Tak	Tak, Sterowanie, wyświetlacz temperatury monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
26	Regulowane półki min. 5 sztuk z możliwością zmiany wysokości	Tak	Tak, Regulowane półki 5 sztuk z możliwością zmiany wysokości
27	Czynnik chłodniczy R600a	Tak	Tak, Czynnik chłodniczy R600a
28	Głośność 50 dB	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, 49 dB
29	Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii min. dźwiękowy	Tak	Tak, Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii dźwiękowy i optyczny
30	Oświetlenie wewnętrzne LED	Tak	Tak, Oświetlenie wewnętrzne LED górne
31	Metoda odszraniania automatyczna	Tak	Tak, Metoda odszraniania automatyczna
32	Powierzchnia półek 485x360 mm lub 460x523 mm	Tak Podać wymiar w mm	Tak, Powierzchnia półek 460x523 mm
33	Nośność każdej z półek min 45 kg	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, Nośność każdej z półek 45 kg
34	Zużycie energii, w ciągu 365 dni do 460 kWh	Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt	Tak, Zużycie energii, w ciągu 365 dni 431 kWh
35	Kółka	Tak	Tak kołka w zestawie 4 szt
36	Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały
37	Zamek drzwi	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, Zamek drzwi
38	Nóżki do stabilizacji	Tak	Tak, Nóżki do stabilizacji

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).