

**Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki**
**Zadanie nr 5: Zakup i dostawa chłodziarko-zamrażarki – 1 szt.**

Wykonawca:	Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini
Producent oferowanego urz.	Liebherr

Lp	Nazwa parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Certyfikat CE lub równoważny	Tak	Tak
2	Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika.	Tak 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt	Tak, 36 miesięcy
3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak	Tak
4	Podać adres serwisu Telefon Adres mail	Tak Podać	Tak, Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków, 12 411-83-33, biuro@labsystem.pl
5	Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany	Tak	Tak
6	Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 60 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta	Tak	Tak
7	Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze	Tak	Tak
8	<del>W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy.</del> <b>Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych</b>	Tak	Tak
9	Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji.	Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji	0 – producent nie wymaga przeglądów
10	Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku	Tak Podać	0 – producent nie wymaga przeglądów
11	Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji, uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu.	Tak	Tak
12	Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie	Tak	Tak
13	Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka	Tak	Tak
14	Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF	Tak	Tak
15	<b>Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów</b>	Tak	Tak
16	Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat	Tak	Tak
17	Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025	Tak	Tak
18	Zasilanie 230V AC 50/60 Hz	Tak	Tak
19	Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi	Tak	Tak
20	<b>Chłodziarko-zamrażarka</b>	<b>Tak</b> <b>Podać model</b>	SCFvh 4002
21	Wysokość w zakresie: 200 ÷ 206 cm	Tak	Tak
22	Objętość chłodziarka brutto min. 267 litry	Tak	Tak
23	Objętość zamrażarka brutto min. 110 litry	Tak	Tak
24	Nośność półki w komorze chłodniczej min. 40 kg	Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt	Tak
25	Nośność półki w zamrażarce min 40 kg	Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt	Tak

26	System chłodzenia dynamiczny	Tak	Tak
27	Zakres temperatury – chłodziarka min zakres: 3 ÷ 10 °C	Tak	Tak
28	Zakres temperatury – zamrażarka min. zakres: -9 ÷ - 23 °C	Tak	Tak
29	Odszranianie automatyczne chłodziarki	Tak	Tak
30	Wyświetlacz	Tak	Tak
31	Drzwi zewnętrzne: - do zamrażarki - do chłodziarki	Tak	Tak
32	Ilość szuflad w zamrażarce min.3	Tak	Tak
33	Ilość półek w chłodziarce min. 4, półki regulowane	Tak	Tak
34	Kółka	Tak	Tak
35	Stopki poziomujące	Tak	Tak
36	Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce oraz wymuszony obieg powietrza	Tak	Tak

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

**Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).**