



ZP/62/008/D/25

Gdańsk, dnia 06.05.2025r.

Do Wykonawców

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

dotyczy postępowania: Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego i mikroskopu stereoskopowego niezbędnych do oceny angiogenezy, prowadzenia hodowli komórek, oceny możliwości drukowania i weryfikacji wydruków oraz oceny przeżywalności komórek w czasie

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

Pytanie nr 1:

zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na pytania:

Paragraf 5 ust 17 pkt b umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu na nowy a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

a) Wykonawca lub serwis dokona trzech napraw tego samego części/elementu/modułu w okresie gwarancyjnym

b) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,

c) stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,"?

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo zgadza się na zmianę zapisów § 5 ust. 17 wzoru umowy.

Pytanie nr 2:

Paragraf 5 ust 10 umowy

2. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy. W związku z tym odpowiednio koryguje zapis wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

3. Czy Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1 w pozycji "Fluorescencja" Zamawiający wymaga oświetlacza fluorescencyjnego z diodami LED?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1 w pozycji „Fluorescencja” wymaga oświetlacza fluorescencyjnego z diodami LED.



Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

a) zmienia się brzmienie §5 ust. 17 wzoru umowy:

Było:

17. Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:
- a) Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
 - b) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.

Jest:

17. Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu umowy na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:
- a) Wykonawca lub serwis dokona trzech napraw tego/tej samego/samej elementu/części/modułu w okresie gwarancyjnym,
 - b) Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.

b) zmienia się brzmienie §5 ust. 10 wzoru umowy:

Było:

10. Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii do jej usunięcia lub dostarczenia i uruchomienia Sprzętu zastępczego, o co najmniej takich samych parametrach, z zachowaniem jego 100% pierwotnej funkcjonalności.

Jest:

10. Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii do jej usunięcia.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Ponadto, Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 08 maja 2025 roku o godz. 11:00.

Dziekan
dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni
Wydział Chemiczny