



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:

67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 25.04.2025 roku

FZP.III-241/35/25/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod nazwą: „**NIEZBĘDNY SPRZĘT W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji poz. 3-8, 20,21 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty cenowej na poszczególne pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuszcza wymazówkę pakowaną w blistry typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 6 wymaga wymazówek drewnianych z główką bawełnianą czy plastikowych z główką wiskozową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymazówek drewnianych z główką bawełnianą

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuszcza probówkę o średnicy $\varnothing 10.5\text{mm}$? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w poz. 14 dopuszcza probówkę o średnicy $\varnothing 7.5\text{mm}$? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający w poz. 15 dopuszcza końcówki o pojemności 0,5-20ul?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający w poz. 16 dopuszcza końcówki o pojemności 5-200ul w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający w poz. 17 i 19 dopuszcza końcówki o pojemności 50-1000ul w kolorze jasno-niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający w poz. 22 dopuszcza próbówki o pojemności 10ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający w poz. 28 wyrazi zgodę na wykreślenie z opisu pipety nazwy: " MLPetteS-F", która jest nazwą własną firmy Medlab i dopuści pipety równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie nazwy: " MLPetteS-F" i dopuszcza równoważne.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający w powyższym pakiecie w pozycjach 15-21 oraz 23-31

dopuszcza asortyment niebędący wyrobem medycznym, ale przeznaczony do użytku ogólnolaboratoryjnego ?

Z dniem 26 maja 2022 weszło w życie rozporządzenie IVDR (UE) 2017/746, które formalnie zastępuje obowiązującą Dyrektywę Europejską 98/79/WE dla wyrobów medycznych diagnostyki in vitro.

Nowe rozporządzenie 2017/746 wprowadza bardziej rygorystyczne i szczegółowe przepisy dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych i powiązanych z nimi produktów. W związku z tymi zmianami prawnymi i organizacyjnymi, Producenci z którymi współpracujemy podjęli decyzję o zaprzestaniu oznaczania znakiem CE IVD niektórych produktów. Artykuły te zostaną zaklasyfikowane jako wyroby „do ogólnego użytku laboratoryjnego”. Chcemy podkreślić, że produkty te mogą być używane zarówno w ogólnej diagnostyce jak i w diagnostyce laboratoryjnej in vitro z ludzkimi próbkami biologicznymi. Podobne zmiany klasyfikacji wyrobów są obecnie wprowadzane przez wielu innych producentów wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13.

Załącznik nr 2

Wnosimy o uzupełnienie formularza cenowego o dodatkową kolumnę „Producent i numer katalogowy” – celem jednoznacznej identyfikacji oferowanych produktów oraz zapewnienia spójności z materiałami informacyjnymi załączanymi do oferty, zgodnie z wymaganiem określonym w punkcie 5 lit. e zapytania ofertowego. Wprowadzenie tej kolumny umożliwi także odniesienie się do ewentualnej zgodności dostawy z oferowanymi produktami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodanie dodatkowej kolumny

Pytanie nr 14.

Poz. 9 – Czy Zamawiający zaakceptuje szalki gdzie średnica podstawy (zewnątrzny wymiar) wynosi 55,3mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15.

Poz. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki o pojemności 5 ml i wymiarze 12x75 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16.

Poz. 13 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki typu Eppendorf o wymiarze 10x40 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17.

Poz. 22 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki o pojemności 10 ml, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18.

Poz. 28 – Czy Zamawiający zaakceptuje pipetę równoważną o pojemności w zakresie 500-5000ul, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19.

Poz. 24 – 31 – Proszę o weryfikację ilości jakie należy zaoferować – nie zgadza się ilość w sztukach z ilością opakowań (gdzie wielkość opakowania to 1 sztuka).

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o sztukę, nie o opakowania. Należy zaoferować po 1 sztuce.

Pytanie nr 20.

Dotyczy § 6 ust. 4 Prosimy o dopuszczenie przesyłania faktury w formacie PDF drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21.

Dotyczy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 22.

Dotyczy § 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu odnośnie naliczania kar za nieterminowe dostawy na „0,3% wartości brutto niedostarczonego towaru”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23.

Dotyczy § 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części zadania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24.

Dotyczy pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe w wielkości a' 330sztuk (15x22)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25.

Dotyczy pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe 1x10 sztuk (opakowanie transportowe 500 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26.

Dotyczy pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek sterylizowanych gazowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27.

Dotyczy pozycja 24, 25,26,27,29,30,31

Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie „ilość opakowań” doszło do omyłki w podaniu ilości opakowań, bowiem ilości te są niezgodne z kolumną „ilość w sztukach” oraz z kolumną „wielkość opakowania”.

Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki. Należy zaoferowanie po 1 sztuce w danych pozycjach.