

Warszawa, dnia 14.02.2025r.

numer postępowania: ZP.2510.65.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Zamawiający Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania pn.: **„Dostawa osprzętu pomiarowego”**.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2 - przenośny rejestrator z akwizycją danych pomiarowych - 3szt:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby rejestrator posiadał interfejs do synchronizacji modułów?

Pytanie nr 2:

Niektóre z wymaganych parametrów tj. filtracja analizowanych sygnałów, analiza silnika, obliczenia wektorowe w mierzonym sygnale, przekształcenia układu współrzędnych z fazowego do d, q, analiza mocy w systemach trójfazowych, analiza wpływu harmonicznych na jakość energii elektrycznej i straty, ocena jakości energii elektrycznej, odczyt sygnałów z resolvera lub enkodera absolutnego i inkrementalnego, obliczanie prędkości obrotowej badanej maszyny elektrycznej, ustalanie położenia wirnika oraz analiza ruchu badanej maszyny wymagają zaoferowania dodatkowych płatnych opcji. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza 6 wejść analogowych tj. 2 wejścia 200MS/s 14 bit oraz 4 wejścia 10MS/s 16 bit?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie rejestratora bez interfejsu GPIB?

Pytanie nr 5:

Rejestrator posiada interfejsy USB, LAN oraz interfejs we-wy, które umożliwiają konfigurację z systemem SCADA. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako kompatybilne?

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza rejestrator, który pracuje w zakresie temperatur od +5°C do +40°C?"

Odpowiedzi do pytań 1-6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

z up. DYREKTORA
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki