



DZp.380.3.7.2025.MLD.410.2024.P
Znak sprawy

Rybnik, dnia 28 lutego 2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dzierżawę i serwis analizatora immunochemicznego wraz z dostawami odczynników, materiałów eksploatacyjnych (kalibratorów i materiałów kontrolnych) i zużywalnych

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 oraz zmiana treści SWZ nr 1 z dnia 28.02.2025 r.

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy formularza cenowego:

Czy w części „Materiały zużywalne” w kolumnie „Ilość oznaczeń na 12 miesięcy” nie doszło do omyłki? Według informacji w SWZ umowa jest na 36 mcy.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SWZ) w tabeli dotyczącej Materiałów zużywalnych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ, w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SWZ) w uwagach, w pkt. 7.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert na: 06.03.2025 r. do godziny 09:30, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ, w pkt.: 16.5 i 6 oraz 17.1:



Jest:

„16.5. Termin składania ofert: **03.03.2025 r. do godziny 09:30.**

16.6. Termin otwarcia ofert: **03.03.2025 r. o godzinie 10:00.**

17.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 01.04.2025 r.”.**

Po zmianie:

„16.5. Termin składania ofert: **06.03.2025 r. do godziny 09:30.**

16.6. Termin otwarcia ofert: **06.03.2025 r. o godzinie 10:00.**

17.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 04.04.2025 r.”.**

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej