

Pabianice, dnia 10.04.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp” na realizację zadania pn.: „**Dostawa i zakup sprzętu jednorazowego użytku dla EUS na potrzeby Pabianickiego Centrum Gastroenterologii.**”, znak: 4/ZP/PN/D/25

Zamawiający - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

/zachowano oryginalną treść pytań/

Pytanie 1

Pakiet 1 Czy Zamawiający dokonał pomyłki w pozycji 1 i 2 wskazując ten sam opis ?

Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB):

- igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej,
- igła zaokrąglona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły),
- igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS,
- osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły,
- mandaryn wykonany nitinolu, o stożkowym zakończeniu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły
- regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm,
- regulowana długość wysunięcia igły w granicach 0-8cm,
- dostępne średnice 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dokonał omyłki ww. pozycjach, natomiast biorąc pod uwagę wątpliwość Wykonawcy, Zamawiający poniżej wskazuje różnice w opisie:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): -igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, -igła zaokrąglona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), -igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, -osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, -mandaryn wykonany nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach 0-8cm, - dostępne średnice 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm
2	Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): -igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, -igła zaokrąglona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), -igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, -osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, -mandaryn wykonany nitinolu, o stożkowym zakończeniu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły - regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach 0-8cm, - dostępne średnice 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm