



Poznań, 9.05.2025 r.

Oznaczenie sprawy: TP-39/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę 6 sztuk pomp objętościowych,
i 1 sztuki lampy diagnostyczno-zabiegowej**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Dotyczy części nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową w której czas posiada 37 diod LED w rozmieszczeniu równomiernym ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową w której $Ra=R9=97$?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową z regulowaną temperaturą barwową 3800 K, 4400 K, 5000 K ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową z głębokością oświetlenia L1+L2 wynoszącą 150 cm ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2

Dotyczy części nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową z panelem sterowania przy kopule ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w zakresie 16-28 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno-zabiegową z głębokością oświetlenia L1+L2 wynoszącą 127 cm ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.





Zestaw nr 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 Ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a. za przekroczenie terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy netto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
- b. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto;
- c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy;
- d. za zwłokę w przekroczeniu terminu reakcji serwisowej oraz terminu zakończenia napraw o których mowa w § 6 ust. 9 i 10 w wysokości 0,1% wartości wadliwego przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

2. Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.)

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

Sporządziła: Beata Tyłska

