

Znak: **EZP.270.20.2025**

Otwock, dnia 30.04.2025r.

Zamawiający**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7****Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Dostawa elementów próżniowych z podziałem na 4 części**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Dotyczy części nr 2 – pn. dostawa pompy próżni wstępnej do linii VUV**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w części 2: Pompę o prędkości pompowania 45m³/h i próżni końcowej 1.07 × 10⁻² mbar

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuści pompy próżniowej o podanych parametrach. Prędkość pompowania oraz osiągnięta wartość próżni są kluczowe dla pracy w obszarze jetu gazowego w linii VUV.

Dotyczy części nr 3 – pn. dostawa armatury wysokopróżniowej do instalacji w pomieszczeniu osłonowym**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w części 3: Dostawę rurki w kawałkach 1 lub 2m.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści dostawę rurek w odcinkach 2m.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)