



Poznań, dnia 9.05.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-37/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych - rękawiczek**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1.

Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia: „zg z normą ASTM D6978-badania na przenikanie substancji cytostatycznych (wymagane: kontakt > 240 min dla co najmniej 7 substancji cytotoksycznych)” Czy zamawiający będzie oczekiwał aby w/w informacja była umieszczona na opakowaniu jednostkowym w formie tabeli tak aby użytkownik mógł uzyskać informację o ochronie z opakowania ?

Odp.: Zamawiający preferuje umieszczenie tabeli na opakowaniu jednostkowym, ale nie wymaga.

Część 4.

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic: - odporne na przenikanie min. 4 substancji chemicznych zg z EN ISO 374-1 w tym min. 3 substancji na poziomie 6,

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia: „odporne na przenikanie cytostatyków zg z normą ASTM-D, min 8 cytostatyków na min 3 poziomie z informacją na opakowaniu jednostkowym.” Czy zamawiający podając poziom 3 miał na uwadze czas przenikania leku > 60 minut ?

Odp.: Tak.

Część 1-7

1. Czy zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia po 4 pary rozmiar 7, w oryginalnym opakowaniu dla pakietu 2-4 oraz po 1 oryginalnym opakowaniu rozmiaru M dla pakietu 1,6,7 (najmniejsze opakowanie handlowe) ?

Odp.: Zamawiający oczekuje 4 par w oryginalnym opakowaniu dla pakietów 2-4, a także dopuszcza, ale nie wymaga, aby próbki były w rozmiarze 7. Dla części nr 1, 6 i 7 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga złożenia jako próbki najmniejszego opakowania handlowego w rozmiarze M.

Sporządziła: Beata Tylska

