

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280
<http://www.onkol.kielce.pl/>
zampubl@onkol.kielce.pl, agnieszkajan@onkol.kielce.pl

Kielce, dn. 08 maja 2025 r.

IZP.2411.82.2025.AJ

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Pyt. dotyczy wszystkich pakietów

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
- b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary-szer. głębokość, wysokość i nośność ?
- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach?
- d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
- e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu?

Odpowiedź:

Wyładunek – rampa towarowa – poziom 0.

Dot. a.: poziom 0 i poziom 1.

Dot. b.: windy H x G x Sz 200x239x103 200x239x127 lub schody.

Dot. c.: Zamawiający podał wymiary wind, w przypadku kiedy oferowany produkt nie może być przetransportowany windą do dyspozycji oferenta jest klatka schodowa

Dot. d. Drzwi H x Sz 202x90 200x112.

Dot. e. Otwory drzwiowe i wielkość wind.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 1015L. Zamawiający określił pojemność brutto w zakresie 1200L-1450 litrów. Pojemność brutto oznacza całkowitą objętość wnętrza lodówki, zaś pojemność netto oznacza ilość miejsca możliwą do wykorzystania po uwzględnieniu zainstalowania półek i szuflad. W naszej ocenie, pojemność 1015l spełni oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o zgodę na wymiar pojedynczej półki 455×553mm. Wyliczona powierzchnia dla wyspecyfikowanej półki przez Zamawiającego to 0,287m² natomiast powierzchnia półki o którą pytamy to 0,252 m². Różnica jest 0,035m². Nie powinno mieć to znaczenia dla funkcjonalności zaoferowanego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 3 pkt. 8

Prosimy o określenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Odpowiedź:

Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 3 pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostawy urządzenia zastępczego w przypadku awarii/przestoju urządzenia trwającego dłużej niż 5 dni. Wykonawca rzadko kiedy dysponuje urządzeniem zastępczym o takich gabarytach i pojemności a proces produkcji trwa ok. 3 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść pkt 8 Załącznika 4c do SWZ w zakresie Zadania nr 3, na poniższy:

„Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.”.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o zgodę na wymiar pojedynczej półki 648×540mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o zgodę na: pojemność netto/użytkową części chłodniczej 197 litrów, część mroźnicza 103 litrów. Łącznie daje to 300 litrów pojemności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o zgodę na zakres temperatur:

- a. Część chłodnicza – od +2 do +8 C,
- b. Część mroźnicza – od -10 do -26 C
- c. Odmrażanie manualne w części chłodniczej
- d. Chłodzenie statyczne w części mroźniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o zgodę na nośność pojedynczej półki (chłodziarka, zamrażarka) 23 kg. Prosimy o informacje jakie produkty Zamawiający zamierza przechowywać. Nośność nawet 20 kg wydają się być optymalna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 5

Prosimy o zgodę na 4 kółka z hamulcem, bez stópek poziomujących.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 5 pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostawy urządzenia zastępczego w przypadku awarii/ przestoju urządzenia trwającego dłużej niż 5 dni. Wykonawca rzadko kiedy dysponuje urządzeniem zastępczym o takich gabarytach i pojemności a proces produkcji trwa ok. 3 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść pkt 8 Załącznika 4e do SWZ w zakresie Zadania nr 5, na poniższy:

„Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.”.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 5 pkt. 8

Prosimy o określenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Odpowiedź:

Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 6

Prosimy o zakres temp. od +2 do +8C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 6

Zamawiający określił pojemność brutto w zakresie 372-420 litrów.

Pojemność brutto oznacza całkowitą objętość wnętrza lodówki, zaś pojemność netto oznacza ilość miejsca możliwą do wykorzystania po uwzględnieniu zainstalowania półek i szuflad. Prosimy o doprecyzowanie wymogu minimalnej pojemności użytkowej, która ma kluczowe znaczenie do doboru produktu. Brak określenia tego parametru będzie skutkować złożeniem ofert przez potencjalnych Wykonawców na produkty o różnych parametrach a dla Zamawiającego brakiem możliwości porównania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 6

Prosimy o zgodę na wymiary wnętrza chłodziarki SxG 580*533mm, bez określania wymiaru półek. Z wymiarów wnętrza można wywnioskować, że półki będą szersze i głębsze od wyspecyfikowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 6

Prosimy o zgodę na nośność każdej półki 20 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść pkt 8 w Załącznikach nr 4b i 4f do SWZ na poniższy:
„Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych.”.

W związku z powyższymi odpowiedziami, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **26 maja 2025 r. do godz. 9.00** i wyznacza nowy termin otwarcia ofert tj. **26 maja 2025 r. godz. 10:00** oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania z ofertą tj. do dnia **23 sierpnia 2025 r.**

Odpowiednio na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak*

W załączeniu:

- Aktualne Załączniki nr: 4b, 4c, 4e, 4f do SWZ