

Wałbrzych, dnia 14.01.2025r.

DZPZ-530-Zp/89/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla Chirurgii Onkologicznej i innych oddziałów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu– Zp/89/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania w opakowaniu foliowym?

Odp. W pakiecie nr 5 po zmianie SWZ Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opakowania papierowo-foliowego.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 cmH₂O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca.

Odp. W pakiecie nr 5 po zmianie SWZ Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga jednego zestawu w jednym opakowaniu od razu gotowego do użycia.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych w opakowaniu blister-pack?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opakowania papierowo-foliowego.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 11

Czy zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12 +/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone

badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Wydłużenie przy rozdarciu: przed starzeniem min. 500%, po starzeniu min. 400%. Siła przy rozdarciu przed i po starzeniu min. 6 N. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu w opakowaniu foliowym?

Odp. W pakiecie nr 5 po zmianie SWZ Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opakowania papierowo-foliowego.

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 4 poz.2

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrządy do przetaczania krwi typ TS z dużą komorą kroplową, o długości 90 mm w części przezroczystej, 20 kropli= 1 ml +/-0,1ml, wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200 um, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drewna na tylnej powierzchni, rolka w kolorze czerwonym, igła biorcza jednokanałowa bez odpowietrznika, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). Brak zawartości lateksu i DEHP, potwierdzone oznakowaniem na opakowaniu jednostkowym.”?

Odp. W pakiecie nr 5 po zmianie SWZ Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły biorczej 2-kanałowej.

Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 4 poz.3

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści wycenę przyrządu ze skalą pomiarową w zakresie 0-35cm?

Odp. W pakiecie nr 5 po zmianie SWZ Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.

Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z nerką o wymiarach 25 cm x 10,5 cm x 5 cm, serwetą o rozmiarze 80 cm x 60 cm oraz z 6 tupferami 20 cm x 20 cm, z pojemnikiem okrągłym o pojemności 125 ml i pęsetą?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w składzie:

- miska nerkowata -1szt.
- pęseta - 1szt.
- kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm 8W 13N - 10 szt.
- serweta z włókniny SMS 35 g/m2, 40 x 45cm, złożona -1 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemnika na środek dezynfekcyjny.

Pytanie nr 10, dot. projektu umowy § 6, pkt 1 ppkt 3

§ 6, pkt 1 ppkt 3: prosimy o zmianę treści tego pkt na:

„w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 100 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 11, dot. projektu umowy dla pakietu nr 2 § 6 ust. 1.3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku nie przedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 5 pkt 1 do 100 zł za każdy przypadek.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 12, dot. projektu umowy dla pakietu nr 2 § 6 ust. 1.4)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych, z 20% do 10% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 13, dot. projektu umowy dla pakietu nr 2 § 6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy netto.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 3 i 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek dla Pakietu 3 oraz 4 ?

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż personel medyczny pracuje w Państwa placówce doskonale zna ten sprzęt i ma ogromne doświadczenie w pracy z tymi produktami.

Odp. Zamawiający nie odstępuję od wymogu dostarczenia próbek.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 3 i 4

Czy Zamawiający zezwala na wydłuży termin dostawy produktów z pakietów 3 i 4 do 9 dni roboczych? Magazyn z produktami znajduje się poza granicami kraju i czas dostawy do 5 dni jest nierealny.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 drenu przedłużający 150 cm bursztynowy z zakończeniem Luer Lock stałym, średnica wewnętrzna 3mm, obydwie końce zabezpieczone koreczkami, oznakowanie o braku lateksu i ftalanów, obj. Wypełnienia 10,75ml (+/-0,25) -opakowanie 25szt ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga drenu o maksymalnej objętości do 2,5 ml.

Pytanie nr 17, dot. pakietu nr 7

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

Odp. Tak.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie "VOL".

Odp. Tak.

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy do pomp bursztynowych – transparentnych - co zapewnia dobrą widoczność drogi płynu.

Odp. Tak.

Pytanie nr 20, dot. pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrządy były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii (kod UDI), co ułatwia obsługę procesów logistycznych i gospodarkę magazynową Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21, dot. pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm, AQL 1.0, kolor niebieski, średnia grubość na palcu $0,15 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,08 \pm 0,01$ mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-L, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora Szpitala

Adam Szkudlarek

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych