

Znak: **EZP.270.20.2025**

Otwock, dnia 05.05.2025r.

Zamawiający**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7****Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Dostawa elementów próżniowych z podziałem na 4 części”**

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Dotyczy części nr 2 – pn. dostawa pompy próżni wstępnej do linii VUV**Pytanie:**

Czy w części 2 Zamawiający dopuści dwie pompy o prędkości pompowania 45m³/h i próżni końcowej 1.07× 10⁻² mbar na flanszy KF40?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści rozwiązanie oparte o dwie połączone równoległe pompy próżniowe umożliwiające uzyskanie prędkości pompowania nie mniejszej niż 90 m³ oraz umożliwiającej osiągnięcie próżni o wartości co najmniej 1,1x10⁻² mbar.

- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dokonuje modyfikacji TOM I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w następujący sposób:

- 1) Rozdział 1. ust. 19 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 12.05.2025 r. do godz. 10:00”
- 2) Rozdział 1. ust. 19 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi 12.05.2025 r. o godz. 11:00, za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.
- 3) Rozdział 1. ust. 20 „Termin związania ofertą” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 10.06.2025 r.”

Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający w celu ujednolicenia zmian zamieszcza nowe załączniki:

TOM I SWZ_EZP.270.20.2025_zmiana 05.05.2025

TOM III OPZ cz. 2_Pompa próżni wstępnej do VUV_zmiana 05.05.2025

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)*