



Szp-241/FZ-014/ 316 /2025

Wrocław, dnia 23.05.2025 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty formularza asortymentowo-cenowego – Pakiet nr 29 do postępowania pn.: „**Dostawa implantów ortopedycznych**”

Zamawiający informuje że koryguje omyłkę pisarską w kolumnie ILOŚĆ w Załączniku nr 1.29 do Formularza ofertowego - Formularz asortymentowo-cenowy nr 29

BYŁO:

wiersz 1-10 – kolumna ILOŚĆ - 1

W Formularzu asortymentowo – cenowym powinno być:

wiersz 1-4 – kolumna ILOŚĆ - 50

wiersz 5-8 – kolumna ILOŚĆ - 20

wiersz 9-10 – kolumna ILOŚĆ - 2

w załączeniu do niniejszej informacji skorygowany formularz asortymentowo – cenowy nr 29

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak



Nazwa (firma) Wykonawcy

do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-14/2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 29 - ENDO PL

I.p.	Opis przedmiotu zamówienia	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa handlowa	numer katalogowy
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO METAL / POLIETYLEN										
1.	Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwięzający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki $\alpha = 135^\circ$ oraz $\alpha = 125^\circ$, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwięzającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki $\alpha = 130^\circ$, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 12 rozmiarach. Lub Trzpień - ze stopu tytanu, bezcementowy, przynasadowy zwięzający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie trapezowym, z nacięciami występującymi po obu stronach, pokryty porowatym tytanem (w części bliższej) oraz polerowany (w części dalszej), pokryty warstwą Si-DLC, kąt nachylenia szyjki $\alpha = 130^\circ$, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach.	szt.	50							
2.	Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych.	szt.	50							
3.	Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kolnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno.	szt.	50							
4.	Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL).	szt.	50							
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO CERAMIKA / POLIETYLEN										
5.	Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwięzający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki $\alpha = 135^\circ$ oraz $\alpha = 125^\circ$, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwięzającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki $\alpha = 130^\circ$, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 12 rozmiarach. Lub Trzpień - ze stopu tytanu, bezcementowy, przynasadowy zwięzający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie trapezowym, z nacięciami występującymi po obu stronach, pokryty porowatym tytanem (w części bliższej) oraz polerowany (w części dalszej), pokryty warstwą Si-DLC, kąt nachylenia szyjki $\alpha = 130^\circ$, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach.	szt..	20							

6.	Panewka - beczementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksypatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych.	szt..	20							
7.	Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno.	szt..	20							
8.	Głowa ceramiczna - Biolox delta, o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL).	szt..	20							
ELEMENTY DODATKOWE										
9.	Trzpień rewizyjny - beczementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w części dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki 135°, występujący w wersji "high offset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiarach o długościach co najmniej od 180 do 230 mm.	szt.	2							
10.	Panewka eliptyczna beczementowa ze stopu tytanu (Ti6Al4V), wykonana w technologii druku 3D. Wyróżnia się obecnością porowatej struktury przestrzennej 3BioTi polepszającej osteointegrację oraz unikalnej powłoki węglowo-krzemowej Si-DLC. Dostępna w rozmiarach w zakresie od 44 do 70 mm (skok 2mm), posiadająca press-fit 1,6mm przy zastosowaniu nominalnego freza. Panewka posiada otwory na wkręty wraz z zaślepkami. Do stosowania z wkładkami polietylenowymi, ceramicznymi lub metalowymi.	szt.	2							

Wymagania użytkownika:

Depozyt w siedzibie Zamawiającego - uzupełnienie do 24 godzin od momentu wystania protokołu zużycia