

**Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki

Specyfikacja warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 221 000 EURO
zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320)

**Specyfikację Warunków Zamówienia
zatwierdził:
p. o. Dyrektora Szpitala
Jolanta Królak**

Nr postępowania: Zp/3/PN/25

I. Informacje podstawowe

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony**
 Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego**
 Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
 58-309 Wałbrzych
 Nr telefonu: 74/6489941
 Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kuczynska@zdrowie.walbrzych.pl
 Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) (dalej zwana, jako Pzp).

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl
- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza wyslij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
- Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (Ustawa Pzp, art. 63 ust. 1).

II. Opis przedmiotu zamówienia**Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki.**

Zamawiający dzieli zamówienie na części, które nazywa pakietami.

Pakiet nr 1 – Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT.

Pakiet nr 2 – Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrażenia oraz najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrażenia.

Pakiet nr 3 – Prowadnik do koronaroplastyki.

Pakiet nr 4 – Prowadniki 0,035 do angioplastyk obwodowych.

Pakiet nr 5 – System aterekтомii orbitalnej-wieńcowej i obwodowej.

Pakiet nr 6 – Sprzęt dodatkowy.

Pakiet nr 7 – Sprzęt drobny.

Pakiet nr 8 – Mikrocewnik do tętnic wieńcowych.

Pakiet nr 9 – Mikrocewnik do tętnic wieńcowych.

Pakiet nr 10 – Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych.

Pakiet nr 11 – Cewniki balonowe NC do PCI.

Pakiet nr 12 – Cewnik do koronarografii diagnostycznej.

Pakiet nr 13 – Stent do tętnic szyjnych.

Pakiet nr 14 – Prowadnik do PCI.

Pakiet nr 15 – Zestaw transradialny.

Pakiet nr 16 – Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego.

Pakiet nr 17 – Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother.

- Pakiet nr 18** – Prowadniki interwencyjne.
- Pakiet nr 19** – Cewnik wspierający do trudnych przejść.
- Pakiet nr 20** – Cewnik wspierający do trudnych przejść.
- Pakiet nr 21** – Stentgraft wieńcowy.
- Pakiet nr 22** – Stent typu DES ; chromowo-kobaltowy z ultracienkimi przeszłami, pokryty pasywną powłoką.
- Pakiet nr 23** – System do aspiracji skrzeplin.
- Pakiet nr 24** – Bioresorbowalne rusztowanie.
- Pakiet nr 25** – Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018 (SFA i BTK).
- Pakiet nr 26** – Cewnik wspierający typu support.
- Pakiet nr 27** – Zestaw do PTA trudnych zmian w tt. udowych.
- Pakiet nr 28** – Stent rozprężalny na balonie obwodowym.
- Pakiet nr 29** – Cewnik balonowy uwalniający lek.
- Pakiet nr 30** – Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035 (SFA).
- Pakiet nr 31** – Introducer zbrojony długi.
- Pakiet nr 32** – Mikrocewnik zbrojony OTW.
- Pakiet nr 33** – Cewniki balonowe z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszką paclitacselu i jopromidu do zabiegów wieńcowych i obwodowych wraz z balonem wspomagającym zabiegi w naczyniach ze zwapnieniami.
- Pakiet nr 34** – Prowadniki FFR.
- Pakiet nr 35** – Cewnik-głowica do ultrasonografii wewnątrznacyniowej (IVUS).
- Pakiet nr 36** – Cewnik balonowy nacinający.
- Pakiet nr 37** – Zestawy do zabiegów endowaskularnych.
- Pakiet nr 38** – System do wykonywania aterektomii rotacyjnej.
- Pakiet nr 39** – Cewniki balonowe s.c.
- Pakiet nr 40** – Cewniki balonowe n.c.
- Pakiet nr 41** – Balon tnący.
- Pakiet nr 42** – Zestawy do sprzętu jednorazowego do wstrzykiwacza.
- Pakiet nr 43** – Cewnik do pomiarów FFR.
- Pakiet nr 44** – HD IVUS System.
- Pakiet nr 45** – Opatrunek jednorazowy uciskowy – dostęp promieniowy.
- Pakiet nr 46** – System do wykonywania zabiegów litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych.
- Pakiet nr 47** – Prowadnik do koronarografii.
- Pakiet nr 48** – Mikrocewnik wieńcowy.
- Pakiet nr 49** – Balon obwodowy z paklitakselem.
- Pakiet nr 50** – Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki.
- Pakiet nr 51** – Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji.
- Pakiet nr 52** – Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO.
- Pakiet nr 53** – Cewniki balonowe OPN z inflatorem.
- Pakiet nr 54** – Cewniki diagnostyczne.
- Pakiet nr 55** – Stent uwalniający Sirolimus.
- Pakiet nr 56** – Cewnik prowadzący hydrofilny.
- Pakiet nr 57** – Cewniki prowadzące do koronoplastyki, cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego.
- Pakiet nr 58** – System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru.
- Pakiet nr 59** – System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru.
- Pakiet nr 60** – Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej.
- Pakiet nr 61** – Zestaw aspiracyjny do usuwania skrzeplin z tętnicy płucnej.
- Pakiet nr 62** – Cewniki do IVUS wraz z konsolami.
- Pakiet nr 63** – Okluder PFO/ASD.
- Pakiet nr 64** – Cewniki balonowe obwodowe.
- Pakiet nr 65** – Stentgraft obwodowy.

Główny kod CPV: 33111710-1 – wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki. Dalszy i dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ).

Do każdego pakietu (od nr 1 do nr 65), Zamawiający wymaga utworzenia składu konsygnacyjnego.

Skład konsygnacyjny powinien znajdować się na terenie Szpitala - Pracowni Hemodynamiki.

Wykonawca zobowiązuje się utworzyć skład konsygnacyjny przy czym Zamawiający będzie określał, które rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia i w jakich ilościach, nie większych niż określone w załączniku nr 1, mają znajdować się w Składzie, poprzez przesłanie zamówień pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo w terminie określonym w złożonej przez niego ofercie dostarczy do składu wskazane w danym zamówieniu rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się również uzupełniać skład konsygnacyjny w terminie określonym w ofercie na własny koszt stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego. Wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy.

Po pobraniu towaru ze składu konsygnacyjnego na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze zestawienie zużytego Przedmiotu Zamówienia wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia, co będzie stanowiło podstawę do sporządzenia faktury za dostawę.

Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Przedmiot Dzierżawy (pakiet nr 1, 2, 61) zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane w terminie do **14 dni** roboczych od zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia nie mniej jednak niż do :

- 50 % dla pakietu nr 1 - 65

zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Uwaga !

- Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie wymagał od najkorzystniejszego Wykonawcy dostarczenia wypełnionego kwestionariusza oceny podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora (załącznik nr 12 do SWZ), decyzja zostanie podjęta przez Zamawiającego po ocenie oferty Wykonawcy.

- Projekt umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora zostanie doprecyzowany po wyłonieniu wykonawcy.

III. Informacje ogólne:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym - stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Wzór oferty - stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Projekt umowy - stanowi załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ.

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 - stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie

wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 - stanowi załącznik nr 4b do SWZ – jeżeli dotyczy.

Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – stanowi załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Wykaz podwykonawców - „Tabela podwykonawcy” - stanowi załącznik nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Wykaz dostaw – stanowi zał. nr 11 do SWZ.

Kwestionariusz oceny podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora – stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - maksymalna ilość pakietów na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 65 pakietów.

Zamawiający nie stosuje procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 261 Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1-2 ustawy Pzp zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi Załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ.

W Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego od 2009r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001 i Standardami Akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Treść standardów zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemów referencji technicznych itp. nie mają na celu naruszenie art. 16 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określonym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny

równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

IV. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

Więcej informacji na temat wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje się w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl oraz Regulaminie platformazakupowa.pl.

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy pzp.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

V. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

VI. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie przez okres **24 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

VII. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
- 2) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- 3) nie podlegają wykluczeniu przewidzianym w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
- 4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - d) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie wyrobów do angiografii lub wyrobów do angioplastyki na kwotę minimum:

Dla pakietu nr 1 –	1 000 000,00 zł
Dla pakietu nr 2 –	100 000,00 zł
Dla pakietu nr 3 –	280 000,00 zł
Dla pakietu nr 4 –	10 000,00 zł
Dla pakietu nr 5 –	500 000,00 zł
Dla pakietu nr 6 –	70 000,00 zł
Dla pakietu nr 7 –	90 000,00 zł
Dla pakietu nr 8 –	15 000,00 zł
Dla pakietu nr 9 –	18 000,00 zł
Dla pakietu nr 10 –	100 000,00 zł
Dla pakietu nr 11 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 12 –	10 000,00 zł
Dla pakietu nr 13 –	30 000,00 zł
Dla pakietu nr 14 –	85 000,00 zł
Dla pakietu nr 15 –	700 000,00 zł
Dla pakietu nr 16 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 17 –	17 000,00 zł
Dla pakietu nr 18 –	50 000,00 zł
Dla pakietu nr 19 –	8 000,00 zł
Dla pakietu nr 20 –	9 000,00 zł
Dla pakietu nr 21 –	8 000,00 zł
Dla pakietu nr 22 –	40 000,00 zł
Dla pakietu nr 23 –	40 000,00 zł
Dla pakietu nr 24 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 25 –	30 000,00 zł
Dla pakietu nr 26 –	55 000,00 zł
Dla pakietu nr 27 –	190 000,00 zł
Dla pakietu nr 28 –	20 000,00 zł
Dla pakietu nr 29 –	260 000,00 zł
Dla pakietu nr 30 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 31 –	12 000,00 zł
Dla pakietu nr 32 –	65 000,00 zł
Dla pakietu nr 33 –	1 000 000,00 zł
Dla pakietu nr 34 –	300 000,00 zł
Dla pakietu nr 35 –	500 000,00 zł

Dla pakietu nr 36 – 500 000,00 zł
Dla pakietu nr 37 – 700 000,00 zł
Dla pakietu nr 38 – 30 000,00 zł
Dla pakietu nr 39 – 30 000,00 zł
Dla pakietu nr 40 – 30 000,00 zł
Dla pakietu nr 41 – 50 000,00 zł
Dla pakietu nr 42 – 700 000,00 zł
Dla pakietu nr 43 – 100 000,00 zł
Dla pakietu nr 44 – 120 000,00 zł
Dla pakietu nr 45 – 20 000,00 zł
Dla pakietu nr 46 – 2 000 000,00 zł
Dla pakietu nr 47 – 45 000,00 zł
Dla pakietu nr 48 – 10 000,00 zł
Dla pakietu nr 49 – 100 000,00 zł
Dla pakietu nr 50 – 300 000,00 zł
Dla pakietu nr 51 – 7 000,00 zł
Dla pakietu nr 52 – 12 000,00 zł
Dla pakietu nr 53 – 10 000,00 zł
Dla pakietu nr 54 – 80 000,00 zł
Dla pakietu nr 55 – 110 000,00 zł
Dla pakietu nr 56 – 40 000,00 zł
Dla pakietu nr 57 – 200 000,00 zł
Dla pakietu nr 58 – 110 000,00 zł
Dla pakietu nr 59 – 200 000,00 zł
Dla pakietu nr 60 – 40 000,00 zł
Dla pakietu nr 61 – 170 000,00 zł
Dla pakietu nr 62 – 800 000,00 zł
Dla pakietu nr 63 – 25 000,00 zł
Dla pakietu nr 64 – 55 000,00 zł
Dla pakietu nr 65 – 13 000,00 zł
każda z dostaw.

VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>
3. W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości

zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązany jest złożyć wraz z Formularzem oferty oraz oświadczeniem JEDZ uzupełniające oświadczenia.

4. Szczegółowe dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia znajdują się w poniższej Tabeli:

Sposób oceny warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia
<p><u>A.I. Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia:</u></p> <p>1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (JEDZ).</p>
<p><u>A.II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy P.z.p.:</u></p> <p>1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych (Załącznik nr 11 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj. <u>wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie wyrobów do angiografii lub wyrobów do angioplastyki na kwotę :</u></p> <p>Dla pakietu nr 1 – 1 000 000,00 zł Dla pakietu nr 2 – 100 000,00 zł Dla pakietu nr 3 – 280 000,00 zł Dla pakietu nr 4 – 10 000,00 zł Dla pakietu nr 5 – 500 000,00 zł Dla pakietu nr 6 – 70 000,00 zł Dla pakietu nr 7 – 90 000,00 zł Dla pakietu nr 8 – 15 000,00 zł Dla pakietu nr 9 – 18 000,00 zł Dla pakietu nr 10 – 100 000,00 zł Dla pakietu nr 11 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 12 – 10 000,00 zł Dla pakietu nr 13 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 14 – 85 000,00 zł Dla pakietu nr 15 – 700 000,00 zł Dla pakietu nr 16 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 17 – 17 000,00 zł Dla pakietu nr 18 – 50 000,00 zł Dla pakietu nr 19 – 8 000,00 zł Dla pakietu nr 20 – 9 000,00 zł Dla pakietu nr 21 – 8 000,00 zł Dla pakietu nr 22 – 40 000,00 zł Dla pakietu nr 23 – 40 000,00 zł Dla pakietu nr 24 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 25 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 26 – 55 000,00 zł Dla pakietu nr 27 – 190 000,00 zł Dla pakietu nr 28 – 20 000,00 zł Dla pakietu nr 29 – 260 000,00 zł Dla pakietu nr 30 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 31 – 12 000,00 zł Dla pakietu nr 32 – 65 000,00 zł Dla pakietu nr 33 – 1 000 000,00 zł Dla pakietu nr 34 – 300 000,00 zł Dla pakietu nr 35 – 500 000,00 zł Dla pakietu nr 36 – 500 000,00 zł Dla pakietu nr 37 – 700 000,00 zł</p>

Dla pakietu nr 38 –	30 000,00 zł
Dla pakietu nr 39 –	30 000,00 zł
Dla pakietu nr 40 –	30 000,00 zł
Dla pakietu nr 41 –	50 000,00 zł
Dla pakietu nr 42 –	700 000,00 zł
Dla pakietu nr 43 –	100 000,00 zł
Dla pakietu nr 44 –	120 000,00 zł
Dla pakietu nr 45 –	20 000,00 zł
Dla pakietu nr 46 –	2 000 000,00 zł
Dla pakietu nr 47 –	45 000,00 zł
Dla pakietu nr 48 –	10 000,00 zł
Dla pakietu nr 49 –	100 000,00 zł
Dla pakietu nr 50 –	300 000,00 zł
Dla pakietu nr 51 –	7 000,00 zł
Dla pakietu nr 52 –	12 000,00 zł
Dla pakietu nr 53 –	10 000,00 zł
Dla pakietu nr 54 –	80 000,00 zł
Dla pakietu nr 55 –	110 000,00 zł
Dla pakietu nr 56 –	40 000,00 zł
Dla pakietu nr 57 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 58 –	110 000,00 zł
Dla pakietu nr 59 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 60 –	40 000,00 zł
Dla pakietu nr 61 –	170 000,00 zł
Dla pakietu nr 62 –	800 000,00 zł
Dla pakietu nr 63 –	25 000,00 zł
Dla pakietu nr 64 –	55 000,00 zł
Dla pakietu nr 65 –	13 000,00 zł

każda z dostaw.

B.I. Na podstawie załączonych do oferty przetargowej oświadczeń:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
- Oświadczenie wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ).
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – jeżeli dotyczy.

B.II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy p.z.p.:

- Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
 - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (**załącznik nr 5**).

6. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (**załącznik nr 6**).

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji.
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - **zał. nr 10 do SWZ**.

IX. Podmioty zagraniczne

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4 B.II tabeli – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 punkt 1 i 2 oraz art.108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2 B.II tabeli, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1 Pzp. lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 B.II tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.

X. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum, Spółka Cywilna)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają **pełnomocnictwo**.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z **art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4** ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **dołączają do oferty oświadczenie**, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

XI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Małgorzata Kuczyńska – Dział Zamówień Publicznych, tel. (74) 648979941, e-mail: malgorzata.kuczynska@zdrowie.walbrzych.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** i formularza **Wyślij wiadomość** dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania **platformazakupowa.pl** Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

XIII. Pozostałe informacje

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W postępowaniu oferty, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U z 2020 poz. 2452).

XIV. Termin związania oferta

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.06.2025r.**

XV. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SWZ
2.	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach: - Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”, - Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt A, B, C, D, - Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D, - Część IV „Kryteria kwalifikacji”: – α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji - Część VI „Oświadczenia końcowe”. <i>Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone.</i>
3.	Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ)
4.	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – złożyć jeżeli dotyczy.
5.	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.
6.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 8 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy.
7.	Tabela podwykonawcy – stanowi załącznik nr 9 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy
8.	Przedmiotowe środki dowodowe: 1. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji. 2. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - zał. nr 10 do SWZ.

XVI. Zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami zgodnie z art. 77

Nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

XVII. Udostępnianie zasobów

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ) oraz Załącznik 4b do SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik.

Zamawiający informuje, że zakaz dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek przedłożenia aktualnych stosownych oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt BII SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

XVIII. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Jeżeli wykluczenie lub zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego wykazał, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XIX. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy p.z.p

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Odpis z właściwego rejestru - na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.	<p>Wykaz dostaw (załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; <u>tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie wyrobów do angiografii lub wyrobów do angioplastyki na kwotę :</u></p> <p>Dla pakietu nr 1 – 1 000 000,00 zł Dla pakietu nr 2 – 100 000,00 zł Dla pakietu nr 3 – 280 000,00 zł Dla pakietu nr 4 – 10 000,00 zł Dla pakietu nr 5 – 500 000,00 zł Dla pakietu nr 6 – 70 000,00 zł Dla pakietu nr 7 – 90 000,00 zł Dla pakietu nr 8 – 15 000,00 zł Dla pakietu nr 9 – 18 000,00 zł Dla pakietu nr 10 – 100 000,00 zł Dla pakietu nr 11 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 12 – 10 000,00 zł Dla pakietu nr 13 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 14 – 85 000,00 zł Dla pakietu nr 15 – 700 000,00 zł Dla pakietu nr 16 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 17 – 17 000,00 zł Dla pakietu nr 18 – 50 000,00 zł Dla pakietu nr 19 – 8 000,00 zł Dla pakietu nr 20 – 9 000,00 zł Dla pakietu nr 21 – 8 000,00 zł Dla pakietu nr 22 – 40 000,00 zł Dla pakietu nr 23 – 40 000,00 zł Dla pakietu nr 24 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 25 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 26 – 55 000,00 zł Dla pakietu nr 27 – 190 000,00 zł Dla pakietu nr 28 – 20 000,00 zł Dla pakietu nr 29 – 260 000,00 zł Dla pakietu nr 30 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 31 – 12 000,00 zł Dla pakietu nr 32 – 65 000,00 zł Dla pakietu nr 33 – 1 000 000,00 zł Dla pakietu nr 34 – 300 000,00 zł Dla pakietu nr 35 – 500 000,00 zł Dla pakietu nr 36 – 500 000,00 zł Dla pakietu nr 37 – 700 000,00 zł Dla pakietu nr 38 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 39 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 40 – 30 000,00 zł Dla pakietu nr 41 – 50 000,00 zł Dla pakietu nr 42 – 700 000,00 zł Dla pakietu nr 43 – 100 000,00 zł Dla pakietu nr 44 – 120 000,00 zł Dla pakietu nr 45 – 20 000,00 zł Dla pakietu nr 46 – 2 000 000,00 zł Dla pakietu nr 47 – 45 000,00 zł Dla pakietu nr 48 – 10 000,00 zł Dla pakietu nr 49 – 100 000,00 zł Dla pakietu nr 50 – 300 000,00 zł Dla pakietu nr 51 – 7 000,00 zł Dla pakietu nr 52 – 12 000,00 zł Dla pakietu nr 53 – 10 000,00 zł Dla pakietu nr 54 – 80 000,00 zł</p>

	<p>Dla pakietu nr 55 – 110 000,00 zł Dla pakietu nr 56 – 40 000,00 zł Dla pakietu nr 57 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 58 – 110 000,00 zł Dla pakietu nr 59 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 60 – 40 000,00 zł Dla pakietu nr 61 – 170 000,00 zł Dla pakietu nr 62 – 800 000,00 zł Dla pakietu nr 63 – 25 000,00 zł Dla pakietu nr 64 – 55 000,00 zł Dla pakietu nr 65 – 13 000,00 zł każda z dostaw.</p>
3.	<p>Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.</p>
4.	<p>Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.</p>
5.	<p>Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.</p>
6.	<p>Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 5 do SWZ).</p>
7.	<p>Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).</p>

XX. Opis sposobu przygotowywania oferty

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów : .pdf .doc .xls .xlsx .jpg (.jpeg) .rtf .odt **ze szczególnym wskazaniem na .pdf.**
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów : .zip .7Z, natomiast Zamawiający dopuszcza wszystkie formaty kompresji zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w Rozporządzeniu występują : .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
6. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. Do Formularza Oferty należy dołączyć i uzupełnić Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Na ofertę składa się łącznie Formularz Oferty oraz Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym.
11. Do oferty należy dołączyć:
 - 11.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - 11.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
12. Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
14. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
15. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w Tabeli XV Zawartość oferty.

XXI. Wycofanie oferty

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Opis takich procedur znajduje się w **Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl**

XXII. Wyjaśnienie treści SWZ

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XXIII. Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t. j.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

XXIV. Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Uzupełnieniu podlegają wszystkie przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Tabeli VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

XXV. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **06.03.2025r.**, do godz. **08:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XXVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **06.03.2025r.** o godz. **09:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert za pośrednictwem **platformazakupowa.pl**

XXVII. Sposób obliczenia ceny

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.
3. W celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej należy w Załączniku nr 1 do SWZ wypełnić tabelę według następujących wytycznych odnoszących się do każdego wiersza: wpisać cenę jednostkową netto, przemnożyć cenę jednostkową netto przez ilość, a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto”, wpisać podatek VAT (procentowo). W pozycji „wartość brutto” dokonać przemnożenia pozycji „wartość netto » oraz podatek VAT. Następnie należy: - zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto” - pozycję „razem wartość netto” powiększyć o podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”. Kwotę z pozycji „razem wartość netto” i „razem wartość brutto” przenieść do Formularza Ofertowego. Kwota z pozycji „razem wartość brutto” stanowi cenę ofertową.

4. Cena wykonania przedmiotu zamówienia („cena ofertowa”) obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej zobowiązany jest wypełnić Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ dla każdego pakietu dla którego składana jest oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać wartości jednostkowe, w formularzu o którym mowa powyżej. Każda z wartości ma być wartością wyższą niż 0,00.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów.
7. Wykonawca zobowiązany jest przy kalkulacji wynagrodzenia wskazanego w ofercie uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362).
8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
9. W ofercie, o której mowa w ust. 8, Wykonawca ma obowiązek:
 - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Dotyczy pakietów nr 1 - 65

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania: do 3 dni roboczych- 40 pkt. 4 dni robocze - 20 pkt. 5 dni roboczych - 0pkt.	40%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena - C:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

$$\frac{\text{Cena najniższa z oferty a}}{\text{Cena wyższa z oferty ocenianej}} \times 60 \text{ pkt} = \text{ilość punktów dla oferty ocenianej o wyższej cenie}$$

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = C + U_z$$

gdzie:

S - ilość punktów oferty ocenianej

C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

U_z - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania

5. Brak informacji dotyczącej kryterium oceny ofert (**Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania**) nie powoduje niezgodności z dokumentami zamówienia. Wykonawca, który nie wskaże informacji otrzyma **0 pkt** w w/w kryterium oceny ofert, natomiast na potrzeby realizacji zamówienia zostanie przyjęta informacja wskazana w OPZ jako maksymalny termin.
6. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
8. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje wszystkich wykonawców o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - zamieści informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XXIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XXX. INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem

postępowani Oddziały Szpitalne Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu a o udzielenie zamówienia na: „**Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki**” - Zp/3/PN/25 jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki**” - Zp/3/PN/25 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokolarnie niszczone.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Przysługuje również prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 „RODO”, nie może ono jednak ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepis „RODO” przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwości uczestniczenia w przedmiotowym zamówieniu lub konkursie.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie profilowania.

XXXI. Projektowane postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3a, 3b, 3c, 3d – wzór umowy.

XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechaniem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

- a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym - zał. nr 1 do SWZ.
- b) Oferta - zał. nr 2 do SWZ.
- c) Projekt umowy - zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ.
- d) JEDZ - zał. nr 4 do SWZ.
- e) Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w

- brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 – zał. nr 4a do SWZ.
- f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 – zał. nr 4b do SWZ.
 - g) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania –zał. nr 5 do SWZ.
 - h) Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 6 do SWZ.
 - i) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - zał. nr 7 do SWZ.
 - j) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – zał. nr 8 do SWZ.
 - k) Tabela podwykonawcy – zał. nr 9 do SWZ.
 - l) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - zał. nr 10 do SWZ.
 - m) Wykaz dostaw – zał. nr 11 do SWZ.
 - n) Kwestionariusz oceny podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora – stanowi zał. nr 12 do SWZ.

Pakiet nr 1

Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT

I.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT	szt.	600					
2.	Dzierżawa urządzenia współpracującego z cewnikiem do obrazowania na 24 miesiące	miesiąc	24					
RAZEM :								

Parametry wymagane :

- Dostarcza światło podczerwone długości fali 1300nm
- Wewnątrz sondy pojedyncze włókno światłowodowe średnicy 0,006” wraz z osadzoną na końcu soczewką i kanałem do przepłukiwania
- Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
- Kompatybilny z przewodnikiem 0.014”
- Długość użytkowa sondy 135 cm
- Długość odcinka Rx 17 mm
- Shaft 2.7 Fr
- Dostępne długości pasażu 0, 54 lub 75 mm
- Sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego
- Przepłukiwany kontrastem
- Sonda pokryta warstwą hydrofilną
- Marker dystalny 3 mm od TIP
- Soczewka do obrazowania 23 mm od TIP
- Marker środkowy bezpośrednio przed soczewką
- Marker proksymalny 82 mm przed soczewką
- Crossing profile 0.029”
- W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania
- Markery głębokości 90-100cm

Pakiet nr 2

Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia oraz najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia	szt.	100					
2.	Najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia	miesiąc	24					
RAZEM :								

Najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia wraz z urządzeniem do przesyłu drogą radiową sygnału krwawego ciśnienia (przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć).

Pakiet nr 3

Prowadnik do koronaroplastyki

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki angioplastyczne	szt.	3000					
RAZEM :								

PARAMETRY WYMAGANE :

- średnica 0.014"
- dostępna końcówka prosta i J
- dostępny w długości 190 - 300 cm bez stosowania przedłużacza
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (ponad 20) prowadników (niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia)
- dostępne prowadniki z pokryciem hydrofilnym i hydrofobowym na całej długości
- różne sztywności części proksymalnej i środkowej
- dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń
- dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń (powyżej 10 rodzajów) niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia
- różne rodzaje sztywności części „roboczej” (powyżej 7)
- dostępny prowadnik z taperowanym tipem 0.0009

Pakiet nr 4

Prowadniki 0,035 do angioplastyk obwodowych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki angioplastyczne	szt.	100					
RAZEM :								

PARAMETRY WYMAGANE :

Prowadniki zabiegowe 0.035' :

- sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" o długości 17cm; długość prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary
- dostępne również prowadniki 0,014"; 0,018" oraz prowadnik specjalistyczny do użycia w obszarze poniżej kolana

Pakiet nr 5

System aterektomi orbitalnej -wieńcowej i obwodowej

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	System do aterektomi orbitalnej - System składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej; średnica korony 1,25[mm], długość cewnika 135 [cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na platformie sterującej.	szt.	80					
2.	Prowadnik do aterektomi orbitalnej - Prowadnik nitinolowy, o średnicy proksymalnej 0,012 ["] i dystalnej 0,014 ["], opłot platynowo wolframowy, długość prowadnika min. 325 [cm], tip load 1,0 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej.	szt.	80					
3.	Lubrykant do aterektomi orbitalnej	szt.	80					
4.	System do aterektomi orbitalnej składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną. Średnica korony 1,25 [mm], 1,50 [mm], 2,00 [mm] długość cewnika 145[cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na urządzeniu.	szt.	20					

5.	Prowadnik do aterektomi orbitalnej, rdzeń stalowy, długość prowadnika min. 335 [cm], tip load 10,0 [g], współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej. Do wyboru dwa rodzaje prowadnika: 0,014" oraz 0,014" z dystalnym oplotem 0,017".	szt.	20					
6.	Prowadnik do aterektomi orbitalnej, rdzeń stalowy z oplotem nitinolowym, długość prowadnika min. 335 [cm], tip load 2,5 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej. Do wyboru dwa rodzaje prowadnika: 0,014" oraz 0,014" z dystalnym oplotem 0,018".	szt.	20					
7.	Środek smarujący do aterektomi orbitalnej, opakowanie o pojemności 100 ml	szt.	20					
RAZEM :								

Pakiet nr 6
Sprzęt dodatkowy

I.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem (inflator)	szt.	1000					
2.	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem – typ półpistoletowy	szt.	2000					
3.	Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej	szt.	1000					
4.	Opaska do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu „typu zegarek”	szt.	200					
5.	Opaska do ucisku zewnętrznego na pachwinę	szt.	10					
6.	Y- Konektor push-клик	szt.	200					
RAZEM :								

Wymagane parametry:

Ad.1

- Dostępna pojemność 20 ml i 30 ml
- Generowane ciśnienie od 0 do 30 atm
- Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni do 1 godziny
- Strzykawka wyposażona w przewód wysokociśnieniowy w zestawie z kranikiem trójdrożnym
- Łatwość obsługi (mechanizm blokujący po obu stronach urządzenia)

Ad. 2

- Pojemność 20 ml

- Generowane ciśnienie od 0 do 30 atm,
- Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni do 1 godziny
- Strzykawka wyposażona w przewód wysokociśnieniowy w zestawie z kranikiem trójdrożnym
- Ergonomiczna pistoletowa rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze

Ad. 3

- Komora uciskowa wypełniona powietrzem ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie komory powietrzem lub upuszczenie powietrza z komory za pomocą strzykawki,
- Strzykawka wyposażona w system precyzyjnego zmniejszania ciśnienia w balonach 2ml
- Strzykawka wyposażona w luer- lok zapewniający stabilne połączenie z drenem doprowadzającym powietrze do balonów
- Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy
- Opaska zawierająca dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji
- Czas utrzymania min. 2 godziny
- Dostępna w rozmiarach 24 cm, 27 cm, 29 cm

Ad. 4

- Element uciskający wykonany z silikonu wysokiej elastyczności oraz transparentnej barwie umożliwiającej obserwację uciskanego miejsca
- Regulacja siły ucisku za pomocą pokrętła
- Ucisk nie blokuje odpływu żylnego(anatomiczny kształt)
- Ucisk wyskalowany 0-20 N (skala nacisku punktowego)

Ad. 5

- Opaska do ucisku punktowego z możliwością zastosowania na prawej i lewej nodze, opaska obejmująca biodra i udo wykonana z miękkiej bawełny nie powodującej odparzenia zapinana na rzep
- Ramka na pachwinę wykonana z przezroczystego tworzywa umożliwiającego widoczność miejsca wkłucia
- Silikonowy element uciskający z regulacją siły ucisku za pomocą pokrętła

Ad. 6

- Y konektor z linią 15 cm i kranikiem trójdrożnym
- Obsługa jednoręczna – światło wewnętrzne 9F
- Zastawka silikonowa zbudowana z 4 "listków" - wytrzymałość 58 psi/ 400kPa - możliwość pracy przy zamkniętej zastawce
- W zestawie igła tępa 8g 7,5 cm do wprowadzania oraz torquer 0,014"-0,021"

Pakiet nr 7
Sprzęt drobny

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Rampa dwudrożna (Łącznik dwukranowy): •wysokociśnieniowy (1050 PSI) •możliwość płynnego ustawienia zaworów 180 stopni •duża średnica wewnętrzna •z lewostronnym elementem ruchomym •wykonane z przezroczystego materiału	szt.	2000					
2.	Y – conector (światło wewnętrzne zastawki 9.5F, z ruchomą końcówką, wykonany z przezroczystego materiału)	szt.	100					
3.	Torquer (światło wewnętrzne dla przewodnika min.0,009” max 0,022”)	szt.	100					
4.	Igła angiograficzna: •igła do nakłucia tętniczego ostro zakończona •rozmiar 18G •długość 70 mm	szt.	1000					
5.	Introduktory 4-8F 11cm: •średnice od 3F do 11F •długość 11cm, 23cm •igła prosta 18G x 7cm (dla rozmiaru 3F: 21Gx3.8cm ; dla rozmiaru 4F: 19Gx5cm) •przewodnik J .035” x 40 cm (dla rozmiaru 3F: .018”x35cm ; dla rozmiaru 4F: .022”x40cm) •atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką	szt.	4000					

	<ul style="list-style-type: none"> •zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem •niezmiennosc światła na całej długości •kaniula odporna na złamania i zagięcia 							
6.	<p>Prowadnik drutowy: do max 0,038/097 mm ze stali nierdzewnej Fi 1,3 mm odporny na zagięcia dobrze widoczny w skopii</p> <p>różne rodzaje końcówek – proste lub „J” różne rodzaje średnic: 0,18”; 0,25”; 0,32”; 0,35”; 0,38” różne długości: 150; 180; 200; 260 cm, a dla średnicy 0,35” również dostępne długości: 75, 100, 150, 180, 200, 260 cm</p>	szt.	2000					
RAZEM :								

Pakiet nr 8

Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Mikrocewnik do tętnic wieńcowych	szt.	20					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym opłotem, na całej długości od wewnątrz pokryty PTFE i silikonem
- pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm
- duże światło, taperowane:
 - proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm),
 - średnica wewnętrzna 0,021" (0,55 mm)
 - dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm),
 - średnica wewnętrzna 0,018" (0,45 mm)
- miękka a traumatyczna, elastyczna końcówka z ultra małym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)
- złoty marker szerokości 0.7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewnia doskonałą widoczność w skopii
- dystalne 13 cm elastyczne
- dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde)
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- dostępny cewnik dwuświatłowy
- złoty marker szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki

Pakiet nr 9

Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Mikrocewnik do tętnic wieńcowych	szt.	20					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty PTFE
- dystalna powłoka hydrofilna na odcinku 75 cm dla długości 130cm ,95cm dla długości 150 cm
- duże światło, taperowane:
 - proksymalnie średnica zewnętrzna 2.5 Fr
 - dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr ,
 - dystalnie średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm)
- miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka
- z ultra małym profilem wejścia 1.7 Fr
- złoty marker szerokości 0,7 mm w odległości 1,3 mm od końcówki
- dystalne 15 cm elastyczne
- dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde)
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014”

Pakiet nr 10

Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych	szt.	1000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

Cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant

- Balon wykonany z Nylonu 12
- Ciśnienie nominalne NP. 6 atm,
- Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00)
- Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic,
- Profil przejścia 0.023" (0.58mm) dla średnicy 1.00mm
- Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie,
- Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm
- Długość użytkowa 145 cm
- Długość odcinka RX 25 cm,
- Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu
- Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic
- Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i przewodnikiem 0.014"
- Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie
- Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm

Pakiet nr 11

Cewniki balonowe NC do PCI

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe NC do PCI	szt.	2000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- *cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji
- *średnica szafu: 1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie
- *długość użytkowa 145 cm
- *podwójny marker balonu
- *krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej
- *ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm
- *profil wejścia 0.43 mm tj 0.017" krótki i elastyczny tip długości 2.9mm
- *powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów długości 6 i 8 mm.
- *balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru
- *wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności
- *dostępne długości 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm
- *dostępne średnice od 2,0 - 5,0mm

Pakiet nr 12

Cewnik do koronarografii diagnostycznej

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik do koronarografii diagnostycznej	szt.	500					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- średnice 4,5, lub 6 Fr, długości 65, 80, 90, 100 lub 110cm,
- dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE, warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem,
- zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trąceji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej,
- miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia),
- duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, średnica wewnętrzna: dla 4 Fr=0,041"/ 1.03mm ; dla 5 Fr=0,047/ 1.20mm ; dla 6 Fr=0,051/ 1.30mm
- przepływ kontrastu do 22 ml/sek, odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000, z otworami bocznymi lub bez,
- duży wybór krzywizn, w tym dostępne krzywizny dla dostępu promieniowego Radial: Tiger I / Tiger II 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 / BLK 4.0/ Jacky 3.5, Sarah 4.0.

Pakiet nr 13

Stent do tętnic szyjnych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stent do tętnic szyjnych	szt.	20					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- stent nitinolowy o strukturze plecionej
- dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji
- bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm²
- zakres średnic: od 5 do 10 mm, zakres długości: 22 do 47 mm
- stent w systemie RX, długość segmentu RX 25 cm
- wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr
- system doprowadzający 143 cm, współpracuje z przewodnikiem 0,014"
- średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.4 Fr, średnica zewnętrzna części dystalnej 5.2 Fr

Pakiet nr 14
Prowadnik do PCI

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadnik do PCI	szt.	1000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- długość 180 cm, 0,014", możliwość przedłużenia do 300 cm
- rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie większej sztywności) i z nitinolu (dystalnie większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie
- pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm
- końcówka z markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm
- końcówka prosta występuje W WERSJACH:
 - floppy 1 gf (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru”, szerokie zastosowanie do różnych zmian)
 - extra floppy 0.6 gf (bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej)
 - intermediate 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach)
 - hypercoat 1 gf (podwójna, trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń)

Pakiet nr 15
Zestaw transradialny

I.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Koszulka naczyniowa	szt.	4000					
2.	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną	szt.	300					
3.	Prowadniki diagnostyczne hydrofilne krótkie	szt.	5000					
4.	Prowadniki diagnostyczne hydrofilne długie	szt.	600					
5.	DES kobaltowo - chromowy	szt.	500					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

Ad. 1

- krótka koszulka wykonana z ETFE
- średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm
- w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” 0,018” długości 45 cm z prostą końcówką
- w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskiem z koszulką, po wprowadzeniu zatrzasku łatwo odłamywany jedną ręką
- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza
- boczne ramię, na końcu z dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik
- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym
- lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)
- uchwyt do szwu chirurgicznego
- Igła 22 G x 35 mm, 21G x 35 mm 20G x 35 mm

Ad. 2

- Zestaw z koszulką hydrofilną długości 10 lub 16 cm
- W zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm średnicy 0,021", 0,018" lub 0,025" oraz igłą 20G, 21G lub 22G, Prowadnik stalowy lub nitinolowy
- Zestawy ze zredukowaną, pomniejszoną ścianą koszulki – grubość ściany koszulki 0,12 mm
- Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr zredukowanej 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne
- Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm
- Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki 7Fr: 2,55 mm

Ad. 3

- średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038"
- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm
- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trójki 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej
- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
- trwała powłoka hydrofilna na całej długości
- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
- dostępne w wersji standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
- dostępne w opcji z kształtowalną końcówką
- długości: 50, 80, 120, 150, 180 cm.

Ad. 4

- średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038"
- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper)
- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trójki 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej
- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
- trwała powłoka hydrofilna na całej długości
- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
- dostępne w wersji standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
- długości: 220, 260 oraz 300 cm

Ad.5

- DES kobaltowo-chromowy, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus
- platforma stentu: L605 CoCr
- budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznic
- powierzchnia komórki stentu 4.57mm² (dla średnicy 3.0 mm)

- grubość ścianki stentu: 80 um
- montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 Atm dla średnic d3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm)
- profil wejścia 0,018", profil przejścia 0,044" (dla średnicy 3.0 mm)
- dawka leku: 3,9 ug / mm
- biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL
- pokrycie lekiem abluminalne, w technologii gradient
- okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące
- wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwplatekowej 1 miesiąc potwierdzony w ulotce
- długość systemu doprowadzającego 144 cm średnica shaftu proksymalnego 1.9 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.7 Fr NP.: 9 Atm, RBP: 16 Atm/14 Atm
- zakres długości: 9 ,12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38 mm
- zakres średnic: 2,25 - 4,0

Wymagany skład konsygnacyjny 40 sztuk z każdej pozycji asortymentu szczegółowego.

Pakiet nr 16

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego	op.	1000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, materiał wchłaniający się do 90 dni
- zbudowane z materiałów biowchłaniających - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią

Pakiet nr 17

Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother	op.	80					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- średnica 5 Fr, długość 120 cm
- duże światło, średnica wewnętrzna: dla 5 Fr = 0.059"/1.50 mm
- ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan, środkowzbrojenie stalowym oplotem, wewnętrznie pokrycie teflonem
- unikalna budowa końca dystalnego (sekwencja pięciu z sześciu stref z materiału różnej twardości)
- specjalny cewnik dedykowany do techniki Child In Mother
- elastyczny miękki i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika
- marker umieszczony na końcu dobrze widoczny w skopii

Pakiet nr 18
Prowadniki interwencyjne

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki interwencyjne	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE
- oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną
- długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm
- proksymalna część prowadnika extra sztywna - nitinolowa
- dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta
- dostępne średnice 0,035", 0,014", 0,018"
- wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014" i 0,018"

Pakiet nr 19

Cewnik wspierający do trudnych przejść

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik wspierający do trudnych przejść	szt.	50					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- kompatybilny z przewodnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr
- długości 65, 90, 135, 150 cm
- trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm
- shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej
- końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie
- trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej
- kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni

Pakiet nr 20

Cewnik wspierający do trudnych przejść

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik wspierający do trudnych przejść	szt.	50					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- kompatybilny z przewodnikiem 0,018" i koszulką 2.6 Fr
- długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm
- shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej
- końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie
- trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej
- kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni

Pakiet nr 21
Stentgraft wieńcowy

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stentgraft do tętnic wieńcowych Op. – 1 szt.	op.	5					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczyń, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczyń
- pokrycie nakładane metoda elektrospun (nie plecione)
- grubość pokrycia 90um
- dostępne długości 15, 20, 26 mm
- dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm
- różne długości strutów stentu dla średnic: 0.06/60um/0,0024” dla 2,5 – 3,0 mm
- 0,08/80um/0,0031” dla 3,5 – 4,0 mm
- 0,12/120um 0,0047” dla 4,5 i 5,0 mm
- crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm
- ciśnienie nominalne 7atm (4 – 5 mm) 8 atm (2,5 – 3,5mm)
- ciśnienie RBP: 14 ATM (4,5 – 5 mm) 16 atm (2,5 – 4 mm)
- konstrukcja double helix
- Shaft proksymalny 2,0F, dystalny 2,8 – 3F
- zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%
- siła radialna powyżej 24PSI
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5 – 4 mm) i 6F (4,5 – 5 mm)
- długość systemu dostarczania 140 cm
- możliwość doprężania: d3,5 mm dla średnic 2 – 3 mm
- D4,65 mm dla średnic 3,5 – 4 mm D5,63 mm dla średnic 4,5 – 5 mm

Pakiet nr 22

Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi przęsłami, pokryty pasywną powłoką

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi przęsłami, pokryty pasywną powłoką	op.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węgliku krzemu związaną kowalencyjnie (na stałe) z rusztowaniem stentu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus:
- pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęsła stentu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia
- aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus
- Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) o zróżnicowanej grubości 7,4 µm od strony ściany naczynia oraz 3,5 µm od strony światła naczynia
- Lek: sirolimus
- Uwalnianie leku 50 % w ciągu 7 dni, całkowite w ciągu 12-14 tygodni
- Dawka leku: 1,4 µg/mm²
- Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm
- Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm
- Różne grubości przęsła stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):
 - o 60 µm (0,0024") dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem)
 - o 80 µm (0,0031") dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem)
- Crossing profile 0,042" (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu)
- Ciśnienie nominalne (NP): 10 atm
- Ciśnienie RBP: 16 atm
- Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące
- Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu

- „rybiej łuski”
- Skracalność po rozprężeniu 0%
- Możliwość doprężenia:
 - o do 3,5 mm (ø 2,25 – 3,0 mm)
 - o do 4,5 mm (ø 3,5 – 4,0 mm)
- Shaft dystalny pokryty hydrofilnie, shaft proksymalny hydrofobowo
- Shaft proksymalny: 2,0F
- Shaft dystalny:
 - o 2.7F (ø 2,25 – 3,0 mm)
 - o 2.9F (ø 3,5 - 4,0 mm)
- Rekomendowany cewnik prowadzący: 5F
- w badaniu RCT udowodniony istotny statystycznie niższy odsetek poważnych zdarzeń klinicznych w pierwszorzędownym punkcie końcowym TLF w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. Istotnie niższy odsetek zdarzeń klinicznych potwierdzony w trzyletniej obserwacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji)
- Wyniki kliniczne w 5 letniej obserwacji na poziomie:
 - 10% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji
 - 0,3% potwierdzonej zakrzepicy w stencie (definite stent thrombosis)
- W badaniu RCT udowodnione superiority w pierwszorzędownym punkcie końcowym TLF w grupie pacjentów STEMI w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji)
- Wskazania: ostre zespoły wieńcowe, zawał z uniesieniem odcinka ST (STEMI), cukrzyca, zmiany złożone typu B2/C, pacjenci z wysokim ryzykiem krwawienia (HBR), długie zmiany (≥ 20 mm), małe naczynia ($\leq 2,75$ mm), choroba wielonaczyniowa (MVD).

Pakiet nr 23

System do aspiracji skrzeplin

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	System do aspiracji skrzeplin	op.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Dostępny w wersji 6F
- Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm
- Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie
- Zewnętrzna średnica cewnika w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym: o 0,067"/0,067"/0,051"
- Wewnętrzne pole powierzchni cewnika w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym: o 0,93 mm² /0,83 mm² /0,95 mm²
- Światło aspiracyjne o średnicy 0,043" dla cewnika 6F
- Prędkość ekstrakcji wody 1,6 ml/s
- Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki
- Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym
- Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą
- 2 filtry na skrzeplinę

Pakiet nr 24

Bioresorbowalne rusztowanie

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Bioresorbowalne rusztowanie magnezowo-aluminiowe	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Rusztowanie wykonane ze stopu magnezu
- Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid)
- Dostępne długości 13, 18, 22, 26, 30 mm.
- Dostępne średnice 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm.
- Maksymalna możliwość doprężenia do 0,6 mm. od średnicy nominalnej
- Profil przejścia: dla średnicy 2.5 mm $\leq 1,3$ mm., dla średnic 3.0 – 4.0 mm $\leq 1,4$ mm.,
- Grubość przęseł 99 μ m dla rusztowania 2.5 mm., 117 μ m dla rusztowania 3.0 - 3.5 mm., 147 μ m dla rusztowania 4.0 mm.
- Owalny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F
- Ciśnienie nominalne (NP): 10 atm.
- Ciśnienie RBP: 16 atm.
- Długość użytkowa 140 cm
- Wyniki kliniczne w 12 miesięcznej obserwacji na poziomie:
 - o 2,6% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji
 - o 0,0% potwierdzonej lub prawdopodobnej zakrzepicy w rusztowaniu

Pakiet nr 25

Cewniki balonowe kompatybilne z przewodnikiem 0,018” (SFA i BTK)

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do angioplastyk naczyń obwodowych	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Cewniki balonowe kompatybilne z przewodnikiem 0,018” (SFA i BTK)
- Semi compliant (4 – 8%)
- Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.
- Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.
- Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm)
- – Over The Wire
- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu
- Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.)
- Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy
- Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu
- Ciśnienie nominalne: 6 atm
- RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy

Pakiet nr 26

Cewnik wspierający typu support

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik wspierający typu support	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany Rx dla cewnika prowadzącego
- Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F
- Długość użytkowa 150 cm
- Długość odcinka szybkiej wymiany (Rx) 25 cm
- Końcówka cewnika elastyczna, atraumatyczna, widoczna w skopii - długość 1,3 mm - stanowiąca jednocześnie marker na końcu dla lepszej kontroli rozprężenia stentu
- 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone w odległości od dystalnej końcówki – 95 cm i 105 cm
- Średnice wewnętrznego światła: 5F - 0,041”, 6F- 0,056”, 7F – 0,062”, 8F- 0,071”
- owalny szaft proksymalny dla zwiększenia zdolności pokonywania zmian i zwiększenia miejsca w świetle wewnętrznym
- żółty hub dla lepszego rozróżnienia wykorzystywanych podczas procedury urządzeń
- 12 mm. strefa elastyczna dla lepszego prowadzenia i mniejszej traumatyzacji naczynia, jednocześnie silnie zbrojona dla utrzymania kształtu i swobody ruchu urządzeń współpracujących

Pakiet nr 27

Zestaw do PTA trudnych zmian w tętnicach udowych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z przewodnikiem 0,018”	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Pokrycie pasywne powłoką węgla krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia
- Materiał konstrukcyjny: nitinol
- Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.
- Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.
- Długości systemów dostarczenia 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire
- Grubość strutów: 140 µm
- Szerokość strutów: 85 µm
- Skracalność poniżej 2%
- Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu
- Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic
- System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką
- Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność
- 12 „koron” w jednym segmencie
- Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie
- Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”
- Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 89,3% w 12 miesiącu obserwacji – badanie randomizowane 4EVER
- Drożność naczyń 91,7% oraz brak TLR 93,2% w 6 miesiącu obserwacji oraz 79,5% drożność naczyń (PP) i 81% brak TLR (FTLR) w 12 miesiącu obserwacji w rejestrze PEACE
- Drożność naczyń 77% oraz brak TLR (fTLR) 86% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami, A.L.L. 24.5 cm.)

- Drożność naczyń 85,4% oraz brak klinicznych TLR (Fcd-TLR)87,5% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D II (pacjentów z niezwykle, trudnymi zmianami A.L.L. 18.23 cm.)

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
2.	Introducer zbrojony	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta)
- Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej
- Średnica 4, 5, 6, 7, 8F
- Powłoka hydrofobowa na dystalnym odcinku 30 cm. dla średnic 5 – 8F ułatwiająca przechodzenie i stabilizację
- Dwa dylatory dostępne dla średnicy 4F
- Kompatybilna z przewodnikiem 0,035”
- Fabrycznie taperowana
- Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik
- Odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F
- Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064”

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
3.	Introducer zbrojony	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Długość: 65 cm. (prosta)
- Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej
- Średnica 4, 5, 6, 7, 8F
- Powłoka hydrofobowa na dystalnym odcinku 30 cm. dla średnic 5 – 8F ułatwiająca przechodzenie i stabilizację
- Kompatybilna z przewodnikiem 0,035”
- Fabrycznie taperowana
- Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik
- Odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F
- Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064”

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
4.	Introducer zbrojony	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- 90 cm. (prosty)
- Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej
- Średnica 4, 5, 6,7, 8F
- Powłoka hydrofobowa na dystalnym odcinku 30 cm. dla średnic 5 – 8F ułatwiająca przechodzenie i stabilizację
- Kompatybilna z przewodnikiem 0,035”
- Fabrycznie taperowana
- Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik
- Odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F
- Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064”

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
5.	Cewniki balonowe kompatybilne z przewodnikiem 0,035"	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Semi compliant
- Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego
- Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250 mm.
- Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 12 mm.
- 3 długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm i 170 cm (dostęp promieniowy) – Over The Wire
- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu
- Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.), 7F – 12 mm. Srednica balonu
- Shaft 5,1 – 5,4F dual - lumen, hydrofobowy
- Sposób pokrycia balonu - hydrofobowy patchwork - ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu
- Ciśnienie nominalne 8 - 9 atm. – w zależności od rozmiaru
- RBP 10 – 21 atm. – w zależności od rozmiaru
- Podatność 1.6 – 6.4%
- Wydłużanie balonu (NP. vs RBP) 3.51%
- Przezroczysty hub

Pakiet nr 28

Stent rozprężalny na balonie obwodowy

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stent rozprężalny na balonie obwodowy	szt.	50					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Pokrycie pasywne powłoką węgla krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia
- Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny
- Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm.
- Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.
- Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (możliwość uzyskania dostępu promieniowego) – Over The Wire
- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu
- Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic
- Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, dual - lumen
- Ciśnienie nominalne 10 atm
- RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.)
- Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10 mm.,
- Siła radialna: 0.128 N/mm²
- Możliwość doprężenia stentu o średnicy 5 mm. do średnicy 7.5 mm.,
- Konstrukcja podwójnej spirali pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawianiu drutów stentu – zapobiega efektowi „rybiej łuski” - przy wysokiej elastyczności – siłą zgięcia 57.4 Nmm²
- Skracalność pomijalna

Pakiet nr 29

Cewnik balonowy uwalniający lek

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy uwalniający lek	szt.	400					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Cewnik balonowy pół-podatny
- Lek: Paclitaxel
- Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate)
- Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu
- Dawka leku: 3 µg/mm²
- Konstrukcja hypotube
- Materiał SCP (polimer semikrystaliczny)
- Złożenie trójzakładkowe
- Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm
- Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
- Crossing profile: 0,845 mm (0,033") dla cewnika 3,0 mm
- System przenoszenia siły typu EFT
- Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm
- Ciśnienie RBP:
 - o 13 atm (ø 2,0 – 3,5 mm)
 - o 12 atm (ø 4,0 mm)
- Shaft proksymalny: 2.0F
- Shaft dystalny:
 - o 2.5F (ø 2,0 – 3,5 mm)
 - o 2.6F (ø 4,0 mm)

- Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu
- Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F
- Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070") dla dwóch balonów max. 3,5 mm
- Udokumentowane utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni
- Udowodniona skuteczność w leczeniu restenozy w stencie w badaniu klinicznym typu non-inferiority w porównaniu ze stentem nowej generacji z biodegradowalnym polimerem
- oceniana jako LLL (late lumen loss – późna utrata światła naczynia) w 6. miesiącu obserwacji (LLL = 0,05mm)
- Udowodniona skuteczność kliniczna w badaniu RCT- wskaźnik TLF (Target Lesion Failure) porównywalny ze stentem nowej generacji z biodegradowalnym polimerem w 18 miesięcznej obserwacji
- Udowodniona skuteczność w grupie pacjentów STEMI w 9. miesiącu obserwacji (FFR = 0,92; LLL = 0,05mm)
- Wskazania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach, ostra niedrożność naczyń

Pakiet nr 30

Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z przewodnikiem 0,035” (SFA)

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z przewodnikiem 0,035” (SFA)	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY :

- Pokrycie pasywne powłoką węgla krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczyń
- Materiał konstrukcyjny: nitinol
- Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170
- Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm.
- Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire
- System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką
- Grubość stratów: 140 µm
- Szerokość stratów: 85 µm
- Skracalność poniżej 2%
- Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu
- Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic
- Pokryty hydrofobowo
- Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność
- 12 „koron” w jednym segmencie
- Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie
- Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”

Pakiet nr 31

Introducer zbrojony długi

l.p.	Asortyment szczegółowy		Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Introducery zbrojone	24 cm	Szt.	50					
		35 cm	Szt.	50					
RAZEM :									

WYMAGANE PARAMETRY :

- zróżnicowane profile 6F – 7F
- odporne na załamanie i zagięcia
- zastawka hemostaticzna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika
- atraumatyczne przejście pomiędzy końcówką a poszerzaczem
- dające dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych
- zestawy dużej średnicy wewnętrznej
- pokrycie powłoką właściwościami hydrofilnych

Pakiet nr 32

Mikrocewnik zbrojony OTW

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Mikrocewnik zbrojony OTW	szt.	40					
2.	Mikrocewnik zbrojony OTW prosty	szt.	40					
RAZEM :								

ad.1

Mikrocewnik OTW wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Dostępny w długościach 130 i 150 cm. Mikrocewnik zbrojony spiralne. Proksymalna średnica wewnętrzna cewnika 0,018”, dystalna średnica wewnętrzna 0,017”. Zewnętrzna średnica dystalna cewnika 0,031”. Dostępne są końcówki zagięte pod kątami: 45°, 90°, 120° ze spiralnie nawiniętym drutem platynowo-wolframowym. Dystalne 80 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.

ad.2

Mikrocewnik OTW wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Dostępny w długościach 130 i 150 cm. Plecione, wielopłaszczkowe zbrojenie. Proksymalna średnica wewnętrzna cewnika 0,021”, dystalna średnica wewnętrzna 0,017”. Zewnętrzna średnica dystalna cewnika 0,024”. Dostępne końcówki: prosta i miękka. Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce - 0,89 mm. Dystalne 40 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.

Pakiet nr 33

Cewniki balonowe z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu do zabiegów wieńowych i obwodowych wraz z balonem wspomagającym zabiegi w naczyniach ze zwapnieniami

I.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu	szt.	1000					
2.	Cewnik nacinająco- pozycjonujący	szt.	400					
3.	Cewnik balonowy pokryty lekiem do zabiegów angioplastyki w zakresie tętnic obwodowych	szt.	100					
RAZEM :								

ad.1

- brak powłoki polimerowej
- substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm² w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym
- wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm
- minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości)
- balon składany czteropunktowo
- profil wejścia do zmiany 0,016"
- shaft proksymalny 1,9F dla wszystkich rozmiarów
- shaft dystalny 2,5F dla wszystkich rozmiarów
- długość użytkowa 145 cm
- ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm
- udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwplatekowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie
- potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo
- bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR

ad.2

- przeznaczony do bardzo zwapniałych zmian w celu odpowiedniego zwiększenia światła naczynia, przygotowania zmiany do stentowania lub zastosowania cewnika balonowego pokrytego lekiem antyproliferacyjnym.
- zaopatrzone w trzy elementy nacinająco-pozycjonujące przymocowane proksymalnie i dystalnie do balonu
- konstrukcja balonu przystosowana do wykonywania wielu inflacji i deflacji w zależności od długości zmiany
- szaft proksymalny 2,2F, szaft dystalny 2,7 F
- ciśnienie nominalne 6 atm., RBP 14 atm, dł. balonu 13 mm, śr. 2,0-4,0 mm , minimum 7 rozmiarów
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014” ,Badanie kliniczne wykazujące wskaźnik TLF 3% lub niższy
- co najmniej jedno randomizowane badanie kliniczne wykazujące znacznie niższe wskaźniki zdarzeń niż konwencjonalne POBA

ad.3

- substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm w mieszance z biologicznym środkiem wiążącym (resweratrol)
- system OTW
- kompatybilne z przewodnikiem 0,014” i 0,035”
- koszulka 4 F dla przewodnika 0.014” oraz 5F i 6F dla przewodnika 0.035”
- dostępna długość systemu roboczego: 75 cm, 130 cm
- średnice 1.5 – 3.0 mm dla przewodnika 0.014” oraz 4.0 – 8.0 mm dla przewodnika 0.035”
- dostępne długości 40, 60, 80, 120, 150 mm (w zależności od średnicy balonu)
- ciśnienie nominalne 6 atm
- data ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Pakiet nr 34
Prowadniki FFR

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki FFR	szt.	300					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- instrukcja obsługi w języku polskim
- prowadnik do pomiaru przepływów wewnętrznych
- długość prowadnika roboczego 185 i 300 cm
- końcówki J i prosta
- średnica prowadnika 0.014 cala

Pakiet nr 35

Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)	szt.	500					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Kompatybilność z urządzeniem firmy Volcano Therapeutics
- Cewniki do ultrasonografii tętnic wieńcowych (Crossing profile nie większy niż 3,5 F, częstotliwość pracy głowicy nie mniejsza niż 20 MHz, dostosowane do przewodnika 0,014")

Pakiet nr 36

Cewnik balonowy nacinający

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy nacinający	szt.	800					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Średnica balonu 2,0 mm – 2,5 mm – 3,0 mm – 3,5 mm
- Zgodny z cewnikiem 6 F
- Różne długości 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20mm
- Długość cewnika 137
- Zgodność z przewodnikiem 0.014”

Pakiet nr 37

Zestawy do zabiegów endowaskularnych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Zestawy podstawowy do zabiegów endowaskularnych	op.	4000					

WYMAGANE PARAMETRY:

1. Serweta angiograficzna wymiarach 232 cm x 380 cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe). Serweta wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu gramaturze 80 g / m² z obszarem wysokochłonny rozmiarze 120 cm x 380 cm serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia wymiarach 56cm x 380 cm. Warstwa chłonna serwety jest wykonana w kształcie krzyża, w górnej części nachodząc na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) szerokości 92 cm. Serweta posiada 2 otwory udowe średnicy 9 cm otoczone taśmą lepłą oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepłą. Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H₂O. Elastyczność serwety pozwala na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego.

Połączenie serwety z foliową wstawką jest trwałe i utrzymuje się podczas zabiegu.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. – 1 szt.

2. Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS gramaturze min. 43 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha 120 cm H₂O; wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej 150 kPa. – XL 1 szt. – L 1 szt.

3. Ręcznik do rąk 40 x 50 cm – 4 szt.

4. Podkład wysokochłonny 60x90 cm – 1 szt.

5. Kompres gazowy, 17 nitkowy, 8 warstwowy wymiarach 10x10 cm – 100szt.

6. Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

7. Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

8. Igła bezpieczna 0,8 mm x 40 mm

9. Rampa wysokociśnieniowa trójdrożna typu OFF 1000 psi – 1 szt.

10. Dren wysokociśnieniowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z PVC, przezroczysty, długości 200cm – 1 szt.

11. Dren niskociśnieniowy, wykonany z PVC, przezroczysty, długości 180 cm – 1 szt.

12. Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt.

13. Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długość 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką Luer Lock – 1 szt.

14. Pean do mycia pola operacyjnego – 4 szt.

- 15.Miska plastikowa niebieska 500 ml – 1 szt.
 16.Miska plastikowa przezroczysta 250 ml – 1 szt.
 17.Miska plastikowa przezroczysta 250 ml – 1 szt.
 18.Przeźroczysta osłona typu 'czepek" wymiarach 110 x 110 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.
 19.Przeźroczysta osłona typu 'czepek" wymiarach 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią – 2 szt.
 20.Przeźroczysta osłona typu 'czepek" wymiarach 45 x 45 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.
 21.Y connector typu Muszelka 9F z adapterem rotacyjnym, z drenem i kranikiem 1 szt. (pakowany osobno)
 22.Kleszczyki metalowe typu Pean 1 szt. (pakowane osobno)
 23.Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowym. Zintegrowany system płuczący 3 ml/h, przetwornik 200 Hz, dwudzielna komora kroplowa z filtrem z membraną, połączenie z kablem interfejsowym bezpinowe, czujnik pomiarowy. 1 x przetwornik, 2 x kranik trójdrożny, 1 x dren 120 cm, 1 x dren ciśnieniowy 20-30 cm, 1 x linia płuczająca. Zestaw do podłączenia do monitorów – 1 szt. (pakowany osobno).
 24.Serweta dwuwartswowa 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.

Zestaw zaopatrzone w min. 4 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku.

Opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne.

Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia (opakowanie czyste).

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
2.	Zestaw obłożenia do ciśnień płucnych	op.	200					
RAZEM : (poz. 1-2)								

WYMAGANE PARAMETRY:

1.Serweta angiograficzna wymiarach 232 cm x 380 cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe). Serweta wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu gramaturze 80 g / m² z obszarem wysoko chłonnym rozmiarze 120 cm x 380 cm serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia wymiarach 56cm x 380 cm Warstwa chłonna serwety jest wykonana w kształcie krzyża, w górnej części nachodząc na osłony pulpitu sterowniczego(na wysokości otworów) szerokości 92 cm. Serweta posiada 2 otwory udowe średnicy 9 cm otoczone taśmą lepłą oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepłą. Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H₂O. Elastyczność serwety pozwala na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowanego.

Połączenie serwety z foliową wstawką jest trwałe i utrzymuje się podczas zabiegu.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. – 1 s

2.Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS gramaturze min. 43 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha 120 cm H₂O; wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej 150 kPa. –L - 1 szt., XL – 1 szt.

3.Ręcznik do rąk 40 x 50 cm – 4 szt.

4.Podkład wysokochłonny 60x90 cm – 1 szt.

5.Kompres gazowy, 17 nitkowy, 8 warstwowy wymiarach 10x10 cm – 100 szt.

6.Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

7.Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

8.Igła bezpieczna 0,8 mm x 40 mm

9.Rampa wysokociśnieniowa trójdrożna typu OFF 1000 psi – 1 szt.

10.Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock, oznakowana kolorystycznie na zielono– 1 szt.

11.Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock, oznakowana kolorystycznie na czerwono– 1 szt.

12.Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock, oznakowana kolorystycznie na niebiesko– 1 szt.

13.Dren wysokociśnieniowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z PVC, przezroczysty, długości 200cm – 1 szt.

14.Dren niskociśnieniowy, wykonany z PVC, przezroczysty, długości 180 cm – 1 szt.

15.Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt.

16.Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długość 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką Luer Lock – 1 szt.

17.Pean do mycia pola operacyjnego – 4 szt.

18.Miska plastikowa niebieska 2500 ml z wytlóceniami wewnętrznymi utrzymującymi przewodnik – 1 szt.

19.Miska plastikowa przezroczysta 500 ml – 1 szt.

20.Miska plastikowa przezroczysta 250 ml – 1 szt.

21.Przeźroczysta osłona typu 'czepek" wymiarach 110 x 110 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.

22.Przeźroczysta osłona typu 'czepek" wymiarach 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią – 2 szt.

23.Przeźroczysta osłona typu 'czepek" wymiarach 45 x 45 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.

24.Y connector typu Muszelka 9F z adapterem rotacyjnym, z drenem i kranikiem 1 szt. (pakowany osobno)

25.Kleszczyki metalowe typu Pean 1 szt. (pakowane osobno)

26.Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowym. Zintegrowany system płuczący 3 ml/h, przetwornik 200 Hz, dwudzielna komora kropłowa z filtrem z membraną, połączenie z kablem interfejsowym bezpinowe, czujnik pomiarowy. 1 x przetwornik, 2 x kranik trójdrożny, 1 x dren 120 cm, 1 x dren ciśnieniowy 20-30 cm, 1 x linia płuczająca. Zestaw do podłączenia do monitorów – 1 szt. (pakowany osobno)

27.Introducer udowy średnica 8F, długości 11 cm, koszulka ze szczelną zastawką hemostatyczną w zestawie z igłą 18G x 4 cm, przewodnikiem z końcówką J 0,038 x 45 cm.

28.Cewnik Swana Ganza trójdrożny, bezheparynowy , wykonany z materiału nietrombogenicznego i apirogennego - znaczniki głębokości c10 cm 7F / 110cm. W

opakowaniu ze strzykawką 3 [cm³] - posiadający bezpieczne zamknięcie balonika poprzez zawór przesuwany obsługiwany jedną ręką (pakowany osobno)
29.Serweta dwuwartswowa150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.

Zestaw zaopatrzony w min. 4 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku.

Opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne.

Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia (opakowanie czyste).

Pakiet nr 38

System do wykonywania aterektomii rotacyjnej

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Konsola	m-c	24					
2.	Prowadnik (floppy, extra support) opak. 5 sztuk	op.	2					
3.	Cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej zamontowany na łączniku (Advancer & Burr) komplet	szt.	10					
4.	Osobny cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej Burr (opcjonalnie)	szt.	10					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Sprzęt medyczny stosowany w zabiegach kardiologicznych.

Elementy składowe systemu do wykonywania aterektomii rotacyjnej:

1. Konsola :

- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę
- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem ciśnieniu min. 6atm.
- czytelny panel sterowania
- sterowanie za pomocą przełączników na łączniku

2. Prowadnik :

- długość 330 cm
- średnica 0.009"
- dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support
- końcówka widoczna w skopii średnicy 0.014" i długości min. 2cm

3. Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem i przyciskami na łączniku :

- zakres dostępnych średnic wiertel 1,25-2,50mm

-długość cewnika 135cm.

4. Cewnik do aterektomii rotacyjnej :

-zakres dostępnych średnic wiertel 1,25 – 2,50mm

Pakiet nr 39

Cewniki balonowe s.c.

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe s.c.	szt.	400					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)
- średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szafu do zmian krętych i CT(Push)
- długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm
- dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach
- hydrofilne pokrycie shaft'u
- ciśnienie nominalne 6atm.
- ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00
- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów
- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP ponad 6% dla wszystkich rozmiarów

Pakiet nr 40

Cewniki balonowe n.c.

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe n.c.	szt.	400					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00)
- długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)
- dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego
- ciśnienie nominalne 12atm.
- ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) -profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów
- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. Do 18atm wynosi zaledwie 3%.

Pakiet nr 41
Balon tnący

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Balon tnący	szt.	80					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)
- długości 6-15mm (6, 10, 15)
- ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm
- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów
- liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm

Pakiet nr 42

Zestawy do sprzętu jednorazowego do wstrzykiwacza

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Sterylna, wielorazowa strzykawka - z adapterem rotacyjnym i kolcem do podawania kontrastu	szt.	1500					
2.	Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia - przetwornik ciśnienia, dren wysokociśnieniowy i kolec do soli fizjologicznej, automatyczna rampa	szt.	5000					
3.	Sterylny, jednorazowy pneumatyczny sterownik ręczny - z drenem wysokociśnieniowym dł. min. 50 cm i kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną	szt.	5000					
RAZEM :								

Pakiet nr 43

Cewnik do pomiarów FFR

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik do pomiarów FFR	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- cewnik pojedynczym światłem typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi przewodnikami średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętnicznych
- długość całkowita 335 cm
- długość robocza 150 cm
- trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej
- cewnik posiada port RX
- trzon dystalny kształcie eliptycznym wymiarach 1,68 x 1,91 F (0,020 cala x 0,025 cala) d10 mm od końca dystalnego
- profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia
- marker położony jest 3 mm od końca dystalnego
- trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F
- znaczniki umieszczone w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego
- w czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową ACIST RXi pojedyncze połączenie pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łącze optyczne. Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są przetwarzane przez konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR.
- na czas obowiązywania umowy dostawca zobowiązuje się użyć nieodpłatnie konsoli do mikrocewników FFR, niezbędnej do wykonywania badań

Pakiet nr 44
HD IVUS System

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	HD IVUS System	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- częstotliwość 60 MHz
- głowica mechaniczna
- czas trwania impulsu (usec) – 0,034
- rozdzielczość osiowa (μm) – 40 μm
- rozdzielczość poprzeczna (μm) – 90 μm
- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm
- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s
- maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm
- separacja ramki (μm) – 17 d170 μm

Pakiet nr 45

Opatrunek jednorazowy uciskowy - dostęp promieniowy

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Opatrunek uciskowy	szt.	3000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej
- Komora uciskowa sterylna, wypełniana powietrzem (nominalna objętość 13ml, maksymalna 18ml), dokładnie kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą dołączonej strzykawki
- Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy
- Czas utrzymania ok 2h
- Dostępna w rozmiarach: standardowym 24 cm i większym 29 cm.
- Opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt.

Pakiet nr 46

System do wykonywania zabiegów litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Generator fal ultradźwiękowych z kablem łączącym	m-c	24					
2.	Balon do litotrypsji wieńcowy	szt.	300					
3.	Balon do litotrypsji obwodowy BTK	szt.	100					
4.	Balon do litotrypsji obwodowy	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:**Ad. 1.**

Generator fal ultradźwiękowych z kablem łączącym-dzierżawa-opłata miesięczna.

Ad. 2.

Balon IVL w rozmiarach 2.5mm-4.00mm.

Całkowita długość balonu 12mm.

Zestaw kompatybilny z przewodnikiem 0.014”.

Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr.

Długość robocza 138 cm.

Ad. 3.

Balon IVL w rozmiarach 2.5mm-4.00mm.

Całkowita długość balonu 40mm.

Zestaw kompatybilny z przewodnikiem 0.014”.

Zestaw kompatybilny z introducerem 5Fr.

Długość robocza 135 cm.

Ad. 4.

Balon IVL w rozmiarach 3.5mm-7.00mm.

Całkowita długość balonu 60mm.

Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr/7Fr.

Długość robocza 110 cm.

Pakiet nr 47

Prowadnik do koronarografii

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadnik do koronarografii	szt.	4000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- dostępne zakresy średnic zewnętrznych 0,018” - 0,038”
- dostępne długości 150 - 260 cm
- zakończone prosto lub w kształcie litery „J”
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- giętki, dobrze widoczny w skopii
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą manewrowalność

Pakiet nr 48
Mikrocewnik wieńcowy

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Mikrocewnik wieńcowy	szt.	20					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Długości 130cm & 150cm
- O.D dystalne/ proksymalne: 1.8F/2.6F
- Ciśnienie nominalne 800psi
- Platynowo – irydowy marker 0,6 mm
- Końcówka prosta
- Powłoka hydrofilna 70cm

Pakiet nr 49

Balon obwodowy z paklitakselem

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Balon obwodowy z paklitakselem	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- cewnik w systemie OTW i RX
- dawka paklitaselu 3 mikrogramy leku na mm² balonu
- nośnik leku sól amonowa
- pokrycie lipofilne w technologii Safepax w celu zminimalizowania straty leku w trakcie wprowadzania balonu do naczynia
- amorficzne właściwości powłoki balonu chroniące przez złuszczeniem leku
- kompatybilny z przewodnikami 014, 018, 035
- introducer do 4Fr średnica 2-4 mm
- dostępne średnice balonu 2,0-10,0 mm także co pół mm
- dostępne długości balonu 20-200 mm w zależności od średnicy
- cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12
- dostępne długości 80,135 140 i 150 cm w zależności od rodzaju przewodnika
- rekomendowany czas inflacji 120 sekund
- NP6 atm, RBP 12-16 atm, w zależności od średnicy balonu
- skuteczność w małych naczyniach -udowodniona klinicznie ,skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych
- wskazania do stosowania -Critical limb ischaemia (CLI)zmiany de novo i restenoza SFA BTK,BTA restenozy w stencie

Pakiet nr 50

Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki	szt.	3000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

- Średnica 0,014"
- Prowadnik wykonany ze stali 316L
- Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip
- Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g
- Końcówka cieniująca 3cm (platyna)
- Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz „J”, pre-shape
- Pokrycie hydrofilne na oplocie
- Dostępne długości: 190 cm i 300 cm
- Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach

Pakiet nr 51

Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji	szt.	50					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

- Średnica 0,014"
- Prowadnik wykonany ze stali 316L
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip
- Dostępne prowadniki sztywnościach końcówki: 0.5 g, 0.6g, 0.8g, 1.0g,
- Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem
- Dystalna część upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
- Kształt końcówki: prosta i „J” oraz pre-shape
- Dostępne długości: 190 cm i 300 cm
- Dostępność prowadników z końcówką taperowaną

Pakiet nr 52

Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO	szt.	50					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

- Prowadnik wykonany ze stali 316L
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- Średnica: 0,014” z końcówką taperowaną d0,010”, 0,011”, 0,012”
- Szywności końcówek: 1.7g, 3.0g, 3.5g, 4.5g,
- Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
- Końcówka cieniująca 15 cm (platyna)
- Kształt końcówki: „J” i „J” 1 mm
- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm, 50 cm lub 170 cm
- Dostępne długości: 190 cm, 200 cm, 300 cm i 330 cm

Pakiet nr 53

Cewniki balonowe OPN z inflatorem

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy OPN	szt.	20					
2.	Inflator	szt.	20					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:**Ad. 1.**

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy :

- Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm)
- Non-compliant (niepodatny)
- Bez efektu dog boning - psiej kości
- Możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji
- Podwójna ściana balonu
- Ciśnienie RBP 35 bar (atm)
- Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm)
- Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016”
- Profil przejścia (crossing profile) równy 0,028”
- Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm
- Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- Długość użytkowa szafu 140 cm
- Długi taperowany tip 4mm
- 2 platynowe markery

Ad.2.

Inflator 40 atm, 55 atm

- Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych do 40 atm i super wysokich ciśnień do 55 atm
- Dostępne pojemności: 14 ml/cc, 25 ml/cc
- Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiającą obserwację słupa cieczy
- Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą
- Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmocnianego włóknem szklanym oraz metalu
- Dostępne rozdzielczości manometru: 1, 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm)
- Dokładność manometru (+-) 1 atm
- Dren zakończony męskim luerem
- Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację
- Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją
- Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji
- W zestawie dołączony kranik trójdrożny
- Pakowany pojedynczo

Pakiet nr 54

Cewniki diagnostyczne

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewniki diagnostyczne	szt.	6000					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3,Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal (3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft
- Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi
- Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F
- Wykonane z nylonu Pebax zapewniającego dporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię
- Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą
- Cewniki zbrojone
- Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
- Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI
- Duże światło wewnętrzne
- 4F: 0,042”
- 5F: 0,047”
- 6F: 0,057”
- 7F: 0,070”
- Wysoki przepływ
- Kompatybilne z przewodnikiem 0,038”
- Długości cewników 80cm – 110 cm
- Min. 48 krzywizn dla 6F
- Końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego, atraumatycznego tworzywa – nylon

PRZEPIŁYWY:

- 5F:
- 1200 psi-50 ml inlet flow: min. 18 ml/sec
- 1000 psi-50 ml inlet flow: min. 15 ml/sec

- 6F:
- 1200 psi-50 ml inlet flow: min. 23 ml/sec
- 1000 psi-50 ml inlet flow: min. 21 ml/sec

Pakiet nr 55

Stent uwalniający Sirolimus

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stent uwalniający Sirolimus	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605
- stent zamknięto komórkowy wycinany laserowo typu „slotted tube”
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)
- dostępne średnice stentu: 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm
- dostępne długości stentu: 9mm; 13mm; 16mm; 20mm; 26mm; 33mm; 40mm, 46mm
- stent uwalniający Sirolimus, bez polimeru; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym
- zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia
- dawka leku 0,9µg/mm²
- pokrycie BiInducer Surface zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu
- ciśnienie nominalne 9atm
- ciśnienie RBP 18atm
- ciśnienie ABP 24atm
- długość robocza cewnika 142cm
- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym
- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”
- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

Pakiet nr 56

Cewnik prowadzący hydrofilny

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik prowadzący hydrofilny	szt.	500					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Cewnik prowadzący
- Cewnik pokryty hydrofilnie na 68 cm, końcówka dystalna niepokrywana na długości 7 cm, segment proksymalny niepokrywany na 25 cm
- Redukuje możliwość wystąpienia skurczu naczyń
- Zmniejsza tarcie podczas wprowadzania cewnika przez naczynia
- Końcówka miękka, atraumatyczna
- Dostępne 80 rodzajów krzywizn, w tym do LCA, RCA, Bypass
- Dostępne średnice: 5F, 6F, 7F, 8F
- Duże średnice wewnętrzne:
 - 5F: 0,058"
 - 6F: 0,71"
 - 7F: 0,82"
 - 8F: 0,91"
- Długość robocza – 100 cm
- Ultra cienkie, płaskie zbrojenie zapewnia odporność na złamania

Pakiet nr 57

Cewniki prowadzące do koronaroplastyki, cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik prowadzący do koronaroplastyki op. 1 szt	op.	2000					
2.	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego	szt.	100					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:**Ad. 1.** Cewnik prowadzący do koronaroplastyki :

- cewniki dużej średnicy wewnętrznej min. 0,071” dla 6F, 0,058” dla 5F, 0,081” dla 7F, 0,090” dla 8F –przy zachowaniu zbrojenia metalowego
- cewniki zbrojone metalowym opłotem, zapewniające bardzo dobre podparcie
- odporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką
- dostępne w rozmiarach 5F – 8F, dostępne długości 55cm, 90cm, 110 cm, 113cm
- końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii,
- pełna gama kształtów i krzywizn (dla dojścia z tętnicy promieniowej, ramiennej; do angioplastyki przęseł aortalno-wieńcowych); 89 krzywizn w każdej średnicy
- instrukcja obsługi w języku polskim

Ad. 2. Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego :

- Dostępne rozmiary 6F, 7F
- Światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056” dla 7 F - 0,062”
- Długość cewnika 150 cm ; długość kanału dystalnego 25 cm
- Szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający optymalny przekaz siły
- Miękką atraumatyczną końcówką z markerem radiocieniującym
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 cm.
- Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minimalizującej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego

- wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenie do części dystalnej tzw."entry port", taperowany szaft na odcinku 10 cm
- Specjalny marker radiocieniujący długości 3 mm w miejscu wprowadzania urządzenie do części dystalnej tzw."entry port"
- Wysoka odporność na zagięcia i załamania
- Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem 2 markery pozycjonujące w odległości 90cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego

Pakiet nr 58

System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru	szt.	500					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku
- substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa)
- platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu
- budowa stentu otwartokomórkowa
- dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm
- maks. rozszerzenie stentu do ok.5,00 mm
- profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm
- grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032”
- ciśnienie nominalne - 12 atm.
- ciśnienie RBP 18 atm

Pakiet nr 59

System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek Op. – 1 szt.	op.	500					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku
- Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa)
- Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia single-wire)
- Budowa stentu otwartokomórkowa
- Dostępne średnice stentu: 2,0;2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 ;4,50 ;5,00 mm
- Dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm
- Maks. rozszerzenie stentu do ok. 6,00 mm
- Profil przejścia 0,038 dla rozmiaru 3,0 mm
- Grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032” dla 2,00-4,00 mm i 0,0036 dla 4,50-5,00 mm
- Ciśnienie nominalne - 12 atm , ciśnienie RBP 18 atm, (2,00-4,00 mm), ciśnienie RBP 16 atm. (4,50-5,00 mm)
- bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wielośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów

Pakiet nr 60

Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej	op.	30					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- Balon do kontrapulsacji światłowodowy kompatybilny z pompą Datascope CS300 i Cardiosave
- Pojemność 40cc na cewniku 7,5Fr dla pacjentów o wzroście powyżej 152cm
- Pojemność 50cc na cewniku 8Fr dla pacjentów o wzroście powyżej 162cm
- Średnica szafu: dla 50cc 8,0 Fr oraz dla 40cc 7,5F
- W zestawie: zestaw wprowadzający do zakładania metodą koszulkową lub z koszulką
- Budowa „Co-lumen”
- Cewnik na obu końcach balonu posiadający markery widoczne w promieniach Rtg ułatwiające pozycjonowanie w aorcie
- Odporny na załamania i zagięcia, kanał centralny średnicy 0,027

Pakiet nr 61

Zestaw aspiracyjny do usuwania skrzeplin z tętnicy płucnej

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Zestaw aspiracyjny	szt.	20					
2.	Separator	szt.	20					
3.	Zbiornik	szt.	20					
4.	Dzierżawa pompy	m-c	24					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:**ad.1**

- atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył;
- prosty: średnica zewnętrzna 12F; średnica wewnętrzna .131"; długość robocza 100 lub 115 cm;
- dystalny odcinek zagięty dedykowany do naczyń o średnicy powyżej 35,4 lub 50 mm
- inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin
- automatyczne sterowanie przepływem (zaworem)
- przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji
- audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu
- zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną t

ad.2

- Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię,
- długość całkowita - 150 cm.
- kompatybilne z cewnikami typu Lightning 12 F

ad.3

- Kalibrowany, przezroczysty zbiornik,

- kompatybilny z pompą aspiracyjną
- objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym

ad.4

- Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie aspiracji -29 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytyjącym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka).

Pakiet nr 62

Cewniki do IVUS wraz z konsolami

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewniki do IVUS	szt.	600					
2.	Konsola z monitorem	szt.	2					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Cewnik do IVUS kompatybilny z:

- przewodnikami angioplastycznymi 0,014" oraz cewnikami prowadzącymi 6Fr
- Marker widoczny w RTG w odległości 5 mm od końcówki dystalnej cewnika
- Cewniki zapewniające możliwość obrazowania z częstotliwością 40MHz lub 60MHz
- Długość robocza 135 cm
- Powłoka hydrofilna
- Maksymalny profil przejścia 3,15F
- Profil trzonu proksymalnegcewnika 3,5 F
- Długość tzw. „martwej strefy” obrazowania – odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20m
- Rozdzielczość osiowa dla obrazowania 60MHz - 22µm
- Penetracja w głąb tkanki miękkiej (ang. soft tissue penetration) 7F
- 4 prędkości akwizycji (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 mm/s
- Maksymalna długość jednoczasowej akwizycji: 150mm
- Konsola z monitorem oraz zintegrowanym wewnątrz komputerem + urządzenia peryferyjne
- Intuicyjne oprogramowanie.
- System z dostępną częstotliwością obrazowania 40MHz i 60 MHz,
- Możliwość co-rejestracji -zintegrowanej współpracy z stołem zabiegowym.

Pakiet nr 63
Okluder PFO/ASD

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Okluder PFO/ASD	szt.	5					
2.	Balon wymiarujący do ASD	szt.	5					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Ad. 1.

- zestaw do przeskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
- mechanizm zamknięcia ubytku oparty o dwa dyski połączone talią (częścią środkową) wypełniającą otwór
- platynowa powłoka zmniejszająca uwalniania jonów niklu
- możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm - koszulka 8 French, 35 mm – koszulka 9 French.
- możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego
- możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej od 8 mm do 10 mm- koszulka 6-7F, od 12 mm do 16 mm - koszulka 8-9 F, od 18 mm do 28 mm - koszulka 10-12 F, od 30 mm do 40 mm- koszulka 12-14 F
- zakres części środkowej okludera do zamykania ASD- 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- zestaw do PFO (w tym drut extra stiff)

Ad. 2.

- średnica balony 24mm i 34mm
- maksymalna średnica dla rozmiaru 24mm po wypełnieniu 32mm
- maksymalna średnica dla rozmiaru 34mm po wypełnieniu 44mm
- długość balonu dla średnicy 32mm -> 55mm
- długość balonu dla średnicy 44mm -> 75mm
- długość szafu 70cm

Pakiet nr 64

Cewniki balonowe obwodowe

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe obwodowe	szt.	200					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kevlarowych, ultra niepodatny.

Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm.

Długości: 2,4,10,12,15,17,20 cm.

Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm.

Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm.

Koszulka 5-7F.

Pakiet nr 65

Stentgraft obwodowy

l.p.	Asortyment szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Stentgraft obwodowy	szt.	5					
RAZEM :								

WYMAGANE PARAMETRY:

- wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE
- kompatybilny z przewodnikiem 0.035"
- balon non-compliant typ: OTW
- długość robocza stentu 80 i 135 cm
- dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm
- koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm
- długości stentu: 16-58 mm
- ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm
- kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F
- możliwość doprężenia ze średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm.

Załącznik nr 2 do SWZ

.....
(Wykonawca).....
(Data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/3/PN/25 informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP: WOJEWÓDZTWO:

Numer telefonu e-mail

Numer telefonu e-mail
(do zamówień składanych przez Zamawiającego)

3. Czy Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- jednosobowa działalność gospodarcza
- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
- inny rodzaj:

¹⁾ proszę wskazać właściwe

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że oferta sporządzona została z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w **2025r.**, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia **12 września 2024 r.** w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w **2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362)** - dotyczy pakietów nr **1-65**.

6. Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę)

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Uwaga : W zakresie dzierżawy urządzeń (pakietów nr 1, 2, 61) podać kwotę miesięcznej dzierżawy.

7. Gwarantujemy czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania *
(dotyczy pakietów nr 1-65)

Do każdego pakietu (od nr 1 do nr 65), Zamawiający wymaga utworzenia składu konsygnacyjnego. Skład konsygnacyjny powinien znajdować się na terenie Szpitala - Pracowni Hemodynamiki.

Wykonawca zobowiązuje się utworzyć skład konsygnacyjny przy czym Zamawiający będzie określał, które rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia i w jakich ilościach, nie większych niż określone w załączniku nr 1, mają znajdować się w Składzie, poprzez przesłanie zamówień pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo w terminie określonym w złożonej przez niego ofercie dostarczy do składu wskazane w danym zamówieniu rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się również uzupełniać skład konsygnacyjny w terminie określonym w ofercie na własny koszt stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego. Wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy.

Po pobraniu towaru ze składu konsygnacyjnego na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze zestawienie zużytego Przedmiotu Zamówienia wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia, co będzie stanowiło podstawę do sporządzenia faktury za dostawę.

Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

8. **OŚWIADCZAMY**, iż wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, *będziemy / nie będziemy** polegać na zasobach następujących podmiotów:

Nazwa (firma)

adres ul.

kod pocztowy miasto kraj

.....

nr telefonu nr faksu.....
 NIP....., REGON

Ww. podmiot będzie*/nie będzie* brał udziału w realizacji części zamówienia.

9. ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY* informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami SWZ. Do oferty dołączamy wymagane uzasadnienie.
10. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych pliku o nazwie: „.....” wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zabezpieczyliśmy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ.
11. OŚWIADCZAMY, że posiadamy wymagane zdolności zawodowe w niniejszym postępowaniu i nie znajdujemy się w sytuacji konfliktu interesów, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że Zamawiający może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustali/-ł, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

- 1.....
- 2.....
- 3.....
 (rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....
 (podpis Wykonawcy lub osób
 upoważnionych przez Wykonawcę)

¹⁾ **Mikroprzedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają **mniej niż 250 osób** i których roczny obrót **nie przekracza 50 milionów EUR** lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 43 milionów EUR**.

*Maksymalny czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania – 5 dni roboczych.

Załącznik 3a do SWZ (dot. pakietów nr 3 – 60, 62 - 65)

UMOWA nr

zawarta w dniu, zwana dalej „Umową” pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 reprezentowanym przez:

Jolantę Królak – p. o. Dyrektora Szpitala,
zwanego w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320).

§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest zakup oraz dostawa na rzecz Zamawiającego, zwanych dalej „Przedmiotem Zamówienia” według bieżących potrzeb Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i ofertą Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz pkt II SWZ.
3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż **50 %** wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia:
 - 1) dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania, dokumentów to potwierdzających,
 - 2) z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy (dla pakietu nr **33** z terminem ważności nie krótszym niż 24 miesiące od daty produkcji),
 - 3) w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

- 4) wraz z ulotką w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika,
 - 5) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620).
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć i utrzymywać na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wyznaczonym, skład konsygnacyjny rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, zwany dalej **Składem**, a także wykonać wszelkie obowiązki z tym związane określone w SWZ pkt II.
2. Zamawiający będzie określał, które rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia i w jakich ilościach, nie większych niż określone w Załączniku nr 1, mają znajdować się w Składzie, poprzez przesłanie zamówień na następujący adres e-mail Wykonawcy: Wykonawca każdorazowo w terminie **dni** roboczych od otrzymania takiego zamówienia dostarczy do Składu wskazane w danym zamówieniu rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia.
3. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego rzeczy stanowiącej Przedmiot Zamówienia a znajdującej się w Składzie, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Składu w **terminie** dni roboczych od powiadomienia go o tym przez Zamawiającego.
4. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca zapewnia przechowywanie Przedmiotu Zamówienia oraz jego transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach, w szczególności zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta.
6. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności przy korzystaniu z Przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2.
8. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień zgodnie z ust. 2, nie uzupełnienia Składu zgodnie z ust. 3 lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego zgody sądu.

§ 4

1. Umowę zawiera się od dnia na okres 24 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest odebrać niewykorzystany przez Zamawiającego Przedmiot Zamówienia znajdujący się w Składzie na swój koszt w terminie 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Umowy.

§ 5

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 oraz wykorzystanego w danym miesiącu obowiązywania umowy Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Składzie.

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy kwoty brutto: zł (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą :
 - 1) wystawione w języku polskim,
 - 2) odzwierciedlały asorytm wchodzący w skład Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy,
 - 3) zawierały numer Umowy.
7. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
8. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
 - 1) w wersji papierowej,
 - 2) pocztą elektroniczną na adres: efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
 - 3) Platforma Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>
9. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny
 - 3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw. „biała lista podatników VAT”).
10. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków określonych w Umowie.
11. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362).

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia do Składu zgodnie z § 3 ust. 2 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w uzupełnieniu Składu zgodnie z § 3 ust. 3 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiotu Zamówienia na wolny od wad

- w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
 - 4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
 - 5) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.
 3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
 6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania własne.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1) Wykonawca nie utworzył lub zaprzestał utrzymywania Składu,
 - 2) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 48 godzin, albo też pięciokrotną dostawę Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad,
 - 3) Wykonawca, oprócz przypadków wskazanych w pkt 1-2 powyżej, nie wykonuje lub nienależyce wykonuje którykolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie, jeśli po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub wznowienia wykonywania dostaw zgodnie z umową, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do jego treści,
 - 4) zaistnienia okoliczności skutkujących zakazem dalszego wykonywania zamówienia publicznego określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. Rozwiązanie Umowy przewidziane w ust. 1 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich i wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należyście wykonanej części Umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:

- 1) przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 4, w sytuacji:
 - a) niezrealizowania całości Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w § 4
 - Strony mogą przedłużyć okres realizacji Umowy do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,
- 2) zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, zaś wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
- 3) zmianę w zakresie przedmiotowym:
 - a) zastąpienie produktu objętego Umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z produktem objętym Umową,
 - b) zmiany przez producenta wielkości opakowania, nazwy produktu lub numeru katalogowego produktu objętego Umową, pod warunkiem, że cena za produkt nie ulegnie zwiększeniu.
- 4) gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
 - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią w 2025 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362),
 - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427) o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, to zastosowanie będą mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach § 9.
3. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach § 10.
4. Oprócz okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 455 ust. 1-2 PZP.

§ 9

1. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany przysługującego mu wynagrodzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:

- 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – w szczególności umowy o pracę,
 - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
 - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w szczególności oryginałów dokumentów do wglądu lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
 5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

§ 10

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
 - 2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
 - 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa, jeśli doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów w takiej wysokości, że łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia zmienia się o minimum 10% względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
 - 4) obowiązek wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz ich wpływu na łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z pkt 3), należy do Strony, która występuje z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację w tym zakresie oraz dokumenty to potwierdzające,
 - 5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,

- 6) zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie do wysokości wykazanej zgodnie z pkt 1) - 4) rzeczywistej łącznej zmiany kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o wartość wskaźnika wzrostu/ obniżki towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
 - 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi w każdym roku realizacji Umowy 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.
2. Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie.
 4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia.
 5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień paragrafu 10 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 pkt 2.
 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja Administratora

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik 3b do SWZ (dot. pakietu nr 1)

UMOWA nr

zawarta w dniu, zwana dalej „**Umową**” pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 reprezentowanym przez:

Jolantę Królak – p. o. Dyrektora Szpitala,
zwanego w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....
reprezentowanym przez:

zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub z osobna „**Stroną**”, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu : **Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki** przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest:

a) zakup oraz dostawa na rzecz Zamawiającego : cewników do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT, zwanych dalej „**Przedmiotem Zamówienia**”

b) dzierżawa urządzenia współpracującego z cewnikiem do obrazowania, zwanych dalej „**Przedmiotem Dzierżawy**” według bieżących potrzeb Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i ofertą Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz pkt II SWZ.

3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia i Przedmiot Dzierżawy:

- 1) dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania, dokumentów to potwierdzających,
- 2) z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy,
- 3) w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
- 4) wraz z ulotką w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika,

- 5) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620),
 - 6) wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń,
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć i utrzymywać na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wyznaczonym, skład konsygnacyjny rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, zwany dalej **Składem**, a także wykonać wszelkie obowiązki z tym związane określone w SWZ pkt II.
2. Zamawiający będzie określał, które rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia i w jakich ilościach, nie większych niż określone w Załączniku nr 1, mają znajdować się w Składzie, poprzez przesłanie zamówień na następujący adres e-mail Wykonawcy: Wykonawca każdorazowo w terminie **dni** roboczych od otrzymania takiego zamówienia dostarczy do Składu wskazane w danym zamówieniu rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia.
3. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego rzeczy stanowiącej Przedmiot Zamówienia a znajdującej się w Składzie, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Składu w **terminie** dni roboczych od powiadomienia go o tym przez Zamawiającego.
4. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca zapewnia przechowywanie Przedmiotu Zamówienia oraz jego transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach, w szczególności zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta.
6. Przedmiot Dzierżawy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane w terminie do **14 dni** roboczych od zawarcia Umowy.
7. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności przy korzystaniu z Przedmiotu Zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Dzierżawy, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia lub odpowiednio Przedmiot Dzierżawy na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2.
9. W zakresie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia ich uruchomienia, gwarancji, serwisu, przeglądów, usuwania awarii i dostarczenia urządzenia zastępczego w sposób i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
10. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień zgodnie z ust. 2, nie uzupełnienia Składu zgodnie z ust. 3 lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego zgody sądu.

§ 4

1. Umowę zawiera się od dnia na okres 24 miesięcy.

2. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Dzierżawy Wykonawcy w stanie uwzględniającym jego prawidłowe używanie. Wykonawca zobowiązany jest odebrać Przedmiot Dzierżawy oraz niewykorzystany przez Zamawiającego Przedmiot Zamówienia znajdujący się w Składzie na swój koszt w terminie 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Umowy.

§ 5

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie :

- 1) według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 oraz wykorzystanego w danym miesiącu obowiązywania umowy Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Składzie,
- 2) z tytułu dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy (dzierżawa urządzenia współpracującego z cewnikiem do obrazowania) Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczny czynsz bruttozł, (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:); czynsz za niepełny miesiąc będzie naliczany proporcjonalnie.

2. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy kwoty brutto: zł (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:).

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nastąpi w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Czynsz za dzierżawę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) płatny będzie miesięcznie – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą :

- 1) wystawione w języku polskim,
- 2) odzwierciedlały asortyment wchodzący w skład Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy,
- 3) zawierały numer Umowy.

8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.

9. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:

- 1) w wersji papierowej,
- 2) pocztą elektroniczną na adres: efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
- 3) Platforma Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>

10. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny
- 3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw. „biała lista podatników VAT”).

11. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków określonych w Umowie.

12. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362).

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia do Składu zgodnie z § 3 ust. 2 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w uzupełnieniu Składu zgodnie z § 3 ust. 3 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiotu Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiotu Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
 - 4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
 - 5) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Dzierżawy – w wysokości 5 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,
 - 6) za zwłokę w wykonaniu któregośkolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 9 – w wysokości 3 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,
 - 7) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania własne.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1) Wykonawca nie utworzył lub zaprzestał utrzymywania Składu,
 - 2) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 48 godzin, albo też

pięciokrotną dostawę Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad,

3) Wykonawca, oprócz przypadków wskazanych w pkt 1-2 powyżej, nie wykonuje lub nienależyce wykonuje którykolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie, jeśli po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub wznowienia wykonywania dostaw zgodnie z umową, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do jego treści,

4) zaistnienia okoliczności skutkujących zakazem dalszego wykonywania zamówienia publicznego określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Rozwiązanie Umowy przewidziane w ust. 1 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich i wymaga zachowania formy pisemnej.

3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:

1) przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 4, w sytuacji:

- a) niezrealizowania całości Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w § 4
- Strony mogą przedłużyć okres realizacji Umowy do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,

2) zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, zaś wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

3) zmianę w zakresie przedmiotowym:

a) zastąpienie produktu objętego Umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z produktem objętym Umową,

b) zmiany przez producenta wielkości opakowania, nazwy produktu lub numeru katalogowego produktu objętego Umową, pod warunkiem, że cena za produkt nie ulegnie zwiększeniu.

4) gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią w 2025 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427) o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, to zastosowanie będą mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach § 9.

3. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach § 10.
4. Oprócz okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 455 ust. 1-2 PZP.

§ 9

1. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany przysługującego mu wynagrodzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:
 - 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – w szczególności umowy o pracę,
 - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
 - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w szczególności oryginałów dokumentów do wglądu lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

§ 10

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
- 2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
- 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa, jeśli doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów w takiej wysokości, że łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia zmienia się o minimum 10% względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
- 4) obowiązek wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz ich wpływu na łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z pkt 3), należy do Strony, która występuje z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację w tym zakresie oraz dokumenty to potwierdzające,
- 5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
- 6) zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie do wysokości wykazanej zgodnie z pkt 1) - 4) rzeczywistej łącznej zmiany kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o wartość wskaźnika wzrostu/ obniżki towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
- 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi w każdym roku realizacji Umowy 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.

2.Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.

3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie.

4.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia.

5.Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień paragrafu 10 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 pkt 2.

6.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja Administratora

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik 3c do SWZ (dot. pakietu nr 2)

UMOWA nr

zawarta w dniu, zwana dalej „**Umową**” pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 reprezentowanym przez:

Jolantę Królak – p. o. Dyrektora Szpitala,
zwanego w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....
reprezentowanym przez:

zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub z osobna „**Stroną**”, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu : **Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki** przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest:

- a) zakup oraz dostawa na rzecz Zamawiającego :przewodnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia, zwanych dalej „**Przedmiotem Zamówienia**”
- b) dzierżawa urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia, zwanych dalej „**Przedmiotem Dzierżawy**” według bieżących potrzeb Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i ofertą Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz pkt II SWZ.

3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonego w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia i Przedmiot Dzierżawy:

- 1) dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania, dokumentów to potwierdzających,
- 2) z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy,
- 3) w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

- 4) wraz z ulotką w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika,
 - 5) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620),
 - 6) wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń,
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć i utrzymywać na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wyznaczonym, skład konsygnacyjny rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, zwany dalej **Składem**, a także wykonać wszelkie obowiązki z tym związane określone w SWZ pkt II.
2. Zamawiający będzie określał, które rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia i w jakich ilościach, nie większych niż określone w Załączniku nr 1, mają znajdować się w Składzie, poprzez przesłanie zamówień na następujący adres e-mail Wykonawcy: Wykonawca każdorazowo w terminie **dni** roboczych od otrzymania takiego zamówienia dostarczy do Składu wskazane w danym zamówieniu rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia.
3. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego rzeczy stanowiącej Przedmiot Zamówienia a znajdującej się w Składzie, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Składu w **terminie** dni roboczych od powiadomienia go o tym przez Zamawiającego.
4. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca zapewnia przechowywanie Przedmiotu Zamówienia oraz jego transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach, w szczególności zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta.
6. Przedmiot Dzierżawy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane w terminie do **14 dni** roboczych od zawarcia Umowy.
7. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności przy korzystaniu z Przedmiotu Zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Dzierżawy, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia lub odpowiednio Przedmiot Dzierżawy na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2.
9. W zakresie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia ich uruchomienia, gwarancji, serwisu, przeglądów, usuwania awarii i dostarczenia urządzenia zastępczego w sposób i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
10. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień zgodnie z ust. 2, nie uzupełnienia Składu zgodnie z ust. 3 lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego zgody sądu.

§ 4

1. Umowę zawiera się od dnia na okres 24 miesięcy.
2. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Dzierżawy Wykonawcy w stanie uwzględniającym jego prawidłowe używanie. Wykonawca zobowiązany jest odebrać Przedmiot Dzierżawy oraz niewykorzystany przez Zamawiającego Przedmiot Zamówienia znajdujący się w Składzie na swój koszt w terminie 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Umowy.

§ 5

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie :
 - 1) według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 oraz wykorzystanego w danym miesiącu obowiązywania umowy Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Składzie,
 - 2) z tytułu dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy (dzierżawa urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia) Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczny czynsz bruttozł, (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:); czynsz za niepełny miesiąc będzie naliczany proporcjonalnie.
2. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy kwoty brutto: zł (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:).
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nastąpi w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Czynsz za dzierżawę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) płatny będzie miesięcznie – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą :
 - 1) wystawione w języku polskim,
 - 2) odzwierciedlały asortyment wchodzący w skład Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy,
 - 3) zawierały numer Umowy.
8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
9. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
 - 1) w wersji papierowej,
 - 2) pocztą elektroniczną na adres: efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
 - 3) Platforma Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>
10. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny
 - 3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i

przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw. „biała lista podatników VAT”).

11. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków określonych w Umowie.

12. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362).

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia do Składu zgodnie z § 3 ust. 2 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w uzupełnieniu Składu zgodnie z § 3 ust. 3 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
- 3) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad
- w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
- 4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
- 5) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Dzierżawy – w wysokości 5 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,
- 6) za zwłokę w wykonaniu któregośkolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 9 – w wysokości 3 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,
- 7) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania własne.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- 1) Wykonawca nie utworzył lub zaprzestał utrzymywania Składu,

- 2) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 48 godzin, albo też pięciokrotną dostawę Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad,
 - 3) Wykonawca, oprócz przypadków wskazanych w pkt 1-2 powyżej, nie wykonuje lub nienależyce wykonuje którykolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie, jeśli po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub wznowienia wykonywania dostaw zgodnie z umową, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do jego treści,
 - 4) zaistnienia okoliczności skutkujących zakazem dalszego wykonywania zamówienia publicznego określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. Rozwiązanie Umowy przewidziane w ust. 1 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich i wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należyście wykonanej części Umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
 - 1) przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 4, w sytuacji:
 - a) niezrealizowania całości Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w § 4 - Strony mogą przedłużyć okres realizacji Umowy do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,
 - 2) zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, zaś wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
 - 3) zmianę w zakresie przedmiotowym:
 - a) zastąpienie produktu objętego Umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z produktem objętym Umową,
 - b) zmiany przez producenta wielkości opakowania, nazwy produktu lub numeru katalogowego produktu objętego Umową, pod warunkiem, że cena za produkt nie ulegnie zwiększeniu.
 - 4) gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
 - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią w 2025 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362),

- b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427) o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, to zastosowanie będą mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach § 9.

- 3. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach § 10.
- 4. Oprócz okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 455 ust. 1-2 PZP.

§ 9

- 1. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany przysługującego mu wynagrodzenia.
- 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:
 - 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – w szczególności umowy o pracę,
 - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
 - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
- 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w szczególności oryginałów dokumentów do wglądu lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
- 4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
- 5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

§ 10

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strona dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
- 2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
- 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa, jeśli doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów w takiej wysokości, że łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia zmienia się o minimum 10% względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
- 4) obowiązek wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz ich wpływu na łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z pkt 3), należy do Strony, która występuje z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację w tym zakresie oraz dokumenty to potwierdzające,
- 5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
- 6) zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie do wysokości wykazanej zgodnie z pkt 1) - 4) rzeczywistej łącznej zmiany kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o wartość wskaźnika wzrostu/ obniżki towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
- 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi w każdym roku realizacji Umowy 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.

2. Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie.

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia.

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień paragrafu 10 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 pkt 2.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja Administratora

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik 3d do SWZ (dot. pakietu nr 61)

UMOWA nr

zawarta w dniu, zwana dalej „**Umową**” pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 reprezentowanym przez:

Jolantę Królak – p. o. Dyrektora Szpitala,
zwanego w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....
reprezentowanym przez:

.....

zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub z osobna „**Stroną**”, o następującej treści:

§ 1

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu : **Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki** przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest:

a) zakup oraz dostawa na rzecz Zamawiającego : zestaw aspiracyjny do usuwania skrzeplin z tętnicy płucnej, zwanych dalej „**Przedmiotem Zamówienia**”

b) dzierżawa pompy, zwanych dalej „**Przedmiotem Dzierżawy**” według bieżących potrzeb Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i ofertą Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz pkt II SWZ.

3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia i Przedmiot Dzierżawy:

- 1) dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania, dokumentów to potwierdzających,
- 2) z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy,
- 3) w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

- 4) wraz z ulotką w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika,
 - 5) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620),
 - 6) wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń,
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć i utrzymywać na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wyznaczonym, skład konsygnacyjny rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, zwany dalej **Składem**, a także wykonać wszelkie obowiązki z tym związane określone w SWZ pkt II.
2. Zamawiający będzie określał, które rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia i w jakich ilościach, nie większych niż określone w Załączniku nr 1, mają znajdować się w Składzie, poprzez przesłanie zamówień na następujący adres e-mail Wykonawcy: Wykonawca każdorazowo w terminie **dni** roboczych od otrzymania takiego zamówienia dostarczy do Składu wskazane w danym zamówieniu rzeczy stanowiące Przedmiot Zamówienia.
3. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego rzeczy stanowiącej Przedmiot Zamówienia a znajdującej się w Składzie, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Składu w **terminie** dni roboczych od powiadomienia go o tym przez Zamawiającego.
4. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca zapewnia przechowywanie Przedmiotu Zamówienia oraz jego transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach, w szczególności zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta.
6. Przedmiot Dzierżawy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane w terminie do **14 dni** roboczych od zawarcia Umowy.
7. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności przy korzystaniu z Przedmiotu Zamówienia.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Dzierżawy, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia lub odpowiednio Przedmiot Dzierżawy na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2.
9. W zakresie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiotu Dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia ich uruchomienia, gwarancji, serwisu, przeglądów, usuwania awarii i dostarczenia urządzenia zastępczego w sposób i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
10. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień zgodnie z ust. 2, nie uzupełnienia Składu zgodnie z ust. 3 lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego zgody sądu.

§ 4

1. Umowę zawiera się od dnia na okres 24 miesięcy.
2. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Dzierżawy Wykonawcy w stanie uwzględniającym jego prawidłowe używanie. Wykonawca zobowiązany jest odebrać Przedmiot Dzierżawy oraz niewykorzystany przez Zamawiającego Przedmiot Zamówienia znajdujący się w Składzie na swój koszt w terminie 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Umowy.

§ 5

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie :
 - 1) według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 oraz wykorzystanego w danym miesiącu obowiązywania umowy Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Składzie,
 - 2) z tytułu dzierżawy Przedmiotu Dzierżawy (dzierżawa pompy) Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczny czynsz bruttozł, (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:); czynsz za niepełny miesiąc będzie naliczany proporcjonalnie.
2. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy kwoty brutto: zł (słownie:), w tym netto: zł (słownie:), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący %, czyli zł (słownie:).
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nastąpi w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Czynsz za dzierżawę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) płatny będzie miesięcznie – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą :
 - 1) wystawione w języku polskim,
 - 2) odzwierciedlały asortyment wchodzący w skład Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy,
 - 3) zawierały numer Umowy.
8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
9. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
 - 1) w wersji papierowej,
 - 2) pocztą elektroniczną na adres: efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
 - 3) Platforma Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>
10. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny
 - 3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw. „biała

lista podatników VAT”).

11. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków określonych w Umowie.

12. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362).

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia do Składu zgodnie z § 3 ust. 2 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w uzupełnieniu Składu zgodnie z § 3 ust. 3 – w wysokości 0,3% wartości netto rzeczy stanowiących Przedmiot Zamówienia, które nie zostały dostarczone w terminie, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad
- w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
 - 4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
 - 5) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Dzierżawy – w wysokości 5 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,
 - 6) za zwłokę w wykonaniu któregośkolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 9 – w wysokości 3 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,
 - 7) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania własne.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1) Wykonawca nie utworzył lub zaprzestał utrzymywania Składu,
 - 2) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się

pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 48 godzin, albo też pięciokrotną dostawę Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad,

3) Wykonawca, oprócz przypadków wskazanych w pkt 1-2 powyżej, nie wykonuje lub nienależyte wykonuje którykolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie, jeśli po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub wznowienia wykonywania dostaw zgodnie z umową, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do jego treści,

4) zaistnienia okoliczności skutkujących zakazem dalszego wykonywania zamówienia publicznego określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Rozwiązanie Umowy przewidziane w ust. 1 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich i wymaga zachowania formy pisemnej.

3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należyte wykonanej części Umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:

1) przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 4, w sytuacji:

- a) niezrealizowania całości Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w § 4
- Strony mogą przedłużyć okres realizacji Umowy do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,

2) zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, zaś wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

3) zmianę w zakresie przedmiotowym:

- a) zastąpienie produktu objętego Umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z produktem objętym Umową,
- b) zmiany przez producenta wielkości opakowania, nazwy produktu lub numeru katalogowego produktu objętego Umową, pod warunkiem, że cena za produkt nie ulegnie zwiększeniu.

4) gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:

- a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią w 2025 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 poz. 1362),
- b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427) o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, to zastosowanie będą miały zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach § 9.

3. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach § 10.
4. Oprócz okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 455 ust. 1-2 PZP.

§ 9

1. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany przysługującego mu wynagrodzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:
 - 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – w szczególności umowy o pracę,
 - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
 - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w szczególności oryginałów dokumentów do wglądu lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

§ 10

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
- 2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
- 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa, jeśli doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów w takiej wysokości, że łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia zmienia się o minimum 10% względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
- 4) obowiązek wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz ich wpływu na łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z pkt 3), należy do Strony, która występuje z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację w tym zakresie oraz dokumenty to potwierdzające,
- 5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
- 6) zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie do wysokości wykazanej zgodnie z pkt 1) - 4) rzeczywistej łącznej zmiany kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o wartość wskaźnika wzrostu/ obniżki towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
- 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi w każdym roku realizacji Umowy 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.

2.Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.

3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie.

4.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia.

5.Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień paragrafu 10 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 pkt 2.

6.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja Administratora

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do Umowy nr

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
2. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja czynności poprzedzających zawarcie umowy, realizacja warunków i zobowiązań określonych w zawartej umowie, w tym obowiązków prawnych (m. in. odprowadzania składek ubezpieczeniowych, podatków). Podstawą prawną ich przetwarzania będą art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (umowa zlecenie, umowa o współpracy, umowa o świadczenie usług), czy też art. 42 - 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. b i c;
4. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. NFZ, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, (np. usługi IT), serwisanci lub Poczta Polska.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i realizacji umowy. Po jej wygaśnięciu przez okres 5 lat. W zakresie wymaganym przepisami prawa o systemie ubezpieczeń społecznych, okres ten liczy się od wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy, która podlegała oskładkowaniu. Okres ten dotyczy również celów podatkowych i liczy się go od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres ich przechowywania. Po tych terminach dane będą protokolarnie niszczone.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Można również skorzystać z prawa do przenoszenia danych w przypadku spełnienia określonych wymogów i możliwości technicznych w odniesieniu do tych zebranych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”.
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepis „RODO” przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niezbędne do realizacji zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości jej zawarcia.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie profilowania.

Załącznik nr 4 do SWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer[], data[], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	Zp/3/PN/25

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

¹Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

²W przypadku **instytucji zamawiających**: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.

W przypadku **podmiotów zamawiających**: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.

³Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> :czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

⁶Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷Por. *zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)*. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR/roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p>

¹⁰Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia**A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO**

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w **organizacji przestępczej**¹³;
- korupcja**¹⁴;
- nadużycie finansowe**¹⁵;
- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁶
- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁷
- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samemu wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w

¹³Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (**Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15**).

¹⁸Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Jeżeli tak , proszę podać ²⁰ : a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („ samooczyszczenie ”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji.	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

19Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

20Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

21Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

22Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

23Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p>W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</p> <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>[.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>[.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):²⁴ [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYPLACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) zbankrutował; lub</p> <p>b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub</p> <p>c) zawarł układ z wierzycielami; lub</p> <p>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub</p> <p>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub</p> <p>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?</p> <p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p>

²⁴Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej ²⁸ .	
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego ²⁹ ? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	Nie dotyczy [.....] Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji ? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów ³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	Nie dotyczy [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem , lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	Nie dotyczy [...] Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić	Nie dotyczy

²⁸Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	
---	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w-	[...]

³¹Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³⁴ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca	(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y ³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....] ³⁷

32Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

33Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

34Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

35Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

36Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

37Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)-wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)-następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [....] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane : W okresie odniesienia ³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju : Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [..] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi : W okresie odniesienia ³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju . Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych ⁴⁰ :	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [..] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych ⁴¹ , w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub	[.....] [.....]								

³⁸Institucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹Institucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

usług technicznych o wykonanie robót:	
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości , a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]

42Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ rządowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

43Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p> <p>Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyrażne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):-</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
--	---

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):-</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):-</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
--------------------------------	------------

<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]⁴⁶</p>
--	---

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zamawiający:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
 reprezentacji)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/3/PN/25, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2024r. poz. 507).

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10%
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: (określić

odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 4b do SWZ
(jeżeli dotyczy)

Zamawiający:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/3/PN/25, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2024r. poz. 507).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

.....

Oświadczenie wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : „**Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki**” - Zp/3/PN/25, prowadzonego przez **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu** oświadczam, co następuje:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

są nadal aktualne

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca:

.....

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/3/PN/25 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. **nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*
2. **należymy** do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

-
3. **nie należymy** do żadnej grupy kapitałowej*.

*** niepotrzebne skreślić**

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot.

Ad. pkt 2. Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Ad. pkt 3. Oświadczenie wskazane w pkt 3. może złożyć Wykonawca, według swego wyboru, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z ofertą,

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7 do SWZ
(jeśli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne):

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie
art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)
DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,
KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki**” - Zp/3/PN/25, oświadczam, że:

•Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....

•Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....

•Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawca udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy)

.....

(pełna nazwa/firma, adres,
 NIP, Nr KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię i nazwisko,
 stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOŚTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY

**Na podstawie art. 118 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –
 Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:.....

.....
 przystępującemu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Dostawy sprzętu
 do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki**” - Zp/3/PN/25

.....
 (podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

- Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

 (podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie.....
- W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
 zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty
 budowlane.....(podać zakres)

.....
 Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

.....

TABELA – PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Przedmiot Zamówienia: „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/3/PN/25.

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Zakres zlecony podwykonawcy

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 10 do SWZ

.....
(Wykonawca)

.....
(miejsowość i data)

Oświadczenie

Oświadczamy, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620). Na każde żądanie Zamawiającego jesteśmy w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 11 do SWZ

.....
(Wykonawca).....
(miejsowość i data)**Wykaz dostaw**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki**” - Zp/3/PN/25 oświadczamy że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) następujące zamówienia:

Lp.	Zakres wykonanych dostaw, w tym m.in.	Termin realizacji zamówienia		Zamawiający/ Odbiorca zamówienia (nazwa i adres, adres e-mail)	Wartość dostaw
		Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr)	Zakończenie (dd/mm/rrrr)		
1					
2					

UWAGA: Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy załączyć **referencje** lub dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 12 do SWZ

NAZWA ADMINISTRATORA:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. dra ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

KWESTIONARIUSZ OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE W IMIENIU ADMINISTARTORA
(potencjalnego Podmiotu Przetwarzającego na podstawie art. 28 ust. 1 RODO)

A. DANE INFORMACYJNE

NAZWA PODMIOTU	
ADRES/SIEDZIBA	
NIP	
REGON	
KRS	

B. KWESTIONARIUSZ

LP	PYTANIE PODSTAWA PRAWNA RODO	ODPOWIEDŹ			INFORMACJE DODATKOWE, UWAGI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO	UWAGI ADO
		TAK	NIE	NIE DOTYCZ Y		
1.	Czy przepisy prawa wymagają, aby Podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych? (art. 37)					
2.	Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych? (art. 37)					
3.	Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył inną osobę lub zespół osób odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji? (Proszę wypełnić jeśli odpowiedzi na pytania 1 i 2 są negatywne.

	art. 24)					
4.	Czy personel Podmiotu przetwarzającego dedykowany do obsługi administratora został przeszkolony z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych? (art. 24.)					
5.	Czy fakt przeszkolenia personelu (pkt. 4) jest udokumentowany? (art. 24)					
6.	Czy personel Podmiotu przetwarzającego został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa informatycznego? (art. 24)					
7.	Czy personelowi Podmiotu przetwarzającego wydawane są upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? (art. 24,29)					
8.	Czy personel Podmiotu przetwarzającego został zobowiązany do zachowaniu w poufności danych osobowych? (art. 24,28)					
9.	Czy w odniesieniu do Podmiotu przetwarzającego została wydana prawomocna decyzja organu nadzorczego lub wyrok sądu stwierdzający naruszenie zasad ochrony danych osobowych? Czy naruszenie zostało usunięte? (art. 24)					
10.	Czy Podmiot przetwarzający stosuje się do przyjętych przez organ nadzorczy kodeksów postępowania? Proszę je wymienić. (art. 40)					
11.	Czy Podmiot przetwarzający objęty jest monitorowaniem przestrzegania kodeksu postępowania przez akredytowany podmiot monitorujący? (art. 41)					
12.	Czy Podmiot przetwarzający otrzymał certyfikat zgodności z RODO? (art. 42)					
13.	Czy Podmiot przetwarzający posiada inny certyfikat bezpieczeństwa (np. ISO 27001)?					

	Proszę wymienić wraz z nr certyfikacji i terminem ważności. (art. 24)					
14.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych lub inny dokument opisujący system ochrony danych osobowych oraz procedury postępowania w związku z realizacją wymogów RODO? (art. 24 ust. 2)					
15.	Czy wdrożona instrukcja/procedura postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych zawiera postanowienia o obowiązku poinformowania Administratora o naruszeniu i o sposobie realizacji tego obowiązku? (art. 24, 33 ust. 2)					
16.	Czy wdrożona instrukcja/procedura postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych zawiera zapisy dotyczące obowiązku podjęcia środków w celu zaradzenia naruszeniu (w tym minimalizowania skutków)? (art. 24, 33 ust. 3 lit. d)					
17.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych? (art. 24, 33 ust. 5)					
18.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (jako ADO) oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych jako podmiot przetwarzający? (art. 30)					
19.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne (np. instrukcja, procedura, zakres odpowiedzialności pracowników, funkcjonalność systemu IT) przeznaczone do pomocy Administratorowi w realizacji praw osób, których dane dotyczą? (art. 15-22, 28					

	ust.3 lit. e)					
20.	Czy Podmiot przetwarzający realizuje proces analizy ryzyka oraz analizy naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (DPiA)? (art. 24, 32, 35)					
21.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył zabezpieczenia we własnym systemie informatycznym adekwatne do wyników szacowania ryzyka oraz DPiA? (art. 24, 32)					
22.	Czy system informatyczny Podmiotu przetwarzającego zapewnia pełną rozliczalność działań jego użytkowników? (art. 24, 32)					
23.	Czy Podmiot przetwarzający przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego, na zasadach określonych w rozdziale V RODO? Proszę wskazać na jakich zasadach (art. 44 – 49, Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 04.062021r.)					
24.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył „Plan Ciągłości Działania” ? (art. 24, 32)					
25.	Czy Podmiot przetwarzający stosuje regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych ? W jakiej formie są dokumentowane? (art. 32)					
26.	Czy Podmiot przetwarzający korzysta w ramach powierzenia lub ma zamiar korzystać z usług innych podmiotów (tzw. „pod-powierzających” lub dalszych podmiotów przetwarzających)? (art. 24, 28)					
27.	Czy Podmiot przetwarzający przed nawiązaniem współpracy z tzw. „pod-powierzającymi” dokonuje jego weryfikacji pod kątem zdolności					

	do zapewnienia ochrony danych osobowych ? (art. 28)					
28.	Czy Podmiot przetwarzający z powierzającymi ma zawarte stosowne umowy lub inne formy udokumentowanego przetwarzania w jego imieniu ? (art. 28)					Proszę wypełnić w przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt. 26

C. INFORMACJE KOŃCOWE

DATA WYPEŁNIENIA	
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY AUTORYZUJĄCEJ DOKUMENT W IMIENIU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO PEŁNIONA FUNKCJA/STANOWISKO	
LICZBA STRON KWESTIONARIUSZA	

D. OCENA ADMINISTRATORA

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WERYFIKUJĄCEJ DOKUMENT W IMIENIU ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH	
DATA ANALIZY/OCENY	
REKOMENDOWANA DECYZJA	