

Wałbrzych, dnia 24.01.2025 r.

DZPZ-530- Zp/70/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Sprostowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6, 7, 8, 75, 76 w dniu 17.01.2025 r

Dotyczy: Dostawa angiografu w ramach realizacji zadania pn.: "Poprawa bazy leczniczej " oraz adaptacja budowlano – techniczna pomieszczenia do angiografu.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 6 dotyczy pkt 173 zał nr 1 do SWZ

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu „krok po kroku“?”

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

Odp.: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy pkt 173 zał nr 1 do SWZ

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?“

Odp.: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy pkt 173 zał nr 1 do SWZ

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie „zmiennego przepływu środka kontrastowego”, który umożliwia operatorowi dozowanie kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?“

Odp.: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 75 dotyczy OPZ

Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wymienić oprawy oświetleniowe na nowe oraz w których należy zastosować oświetlenie z regulacją w systemie DALI?

Odp.: Tylko pracownia angiografu.

Pytanie nr 76 dotyczy OPZ

Prosimy o określenia mocy szafy zasilania separowanego IT oraz określenie ilości obwodów?

Odp.: Moc 10 kW, 8 obwody.

Zatwierdzam:
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941