

Kraków, 07.04.2025 r.

DZ.271.39.380.2025

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitalip2.krakow.pl**dotyczy: postępowania DZ.271.39.2025 – Wyposażenie Oddziałów i Pracowni Szpitala w specjalistyczne i pomocnicze urządzenia medyczne do wspomagania leczenia pacjentów**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET II – Chłodnie**Pytanie 1.**

Dotyczy: wszystkich części

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzeń z bieżącej produkcji z roku 2024 lub 2025 i zamianę zapisu dla każdej z części z "produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2024" na zapis: " produkt fabrycznie nowy, niepowystawowy, rok produkcji - 2024 lub 2025" ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń z bieżącej produkcji z roku 2024 lub 2025. W związku z powyższym odpowiednie punkty w załączniku nr 3 w pakiecie nr 2 przyjmują postać:

Część A - Witryna chłodnicza

4	produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024	TAK		-
---	--	-----	--	---

Część B - Chłodziarka I typu

4	produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024	TAK		-
---	--	-----	--	---

Część C - Chłodziarka II typu

4	produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024	TAK		-
---	--	-----	--	---

Pytanie 2.

Dotyczy: wszystkich części

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie gwarantowanego czasu naprawy z 7 dni do 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy? Prośbę swą motywujemy procesem naprawy, który rozpoczyna się od diagnozy urządzenia a później koniecznością sprowadzania części zza granicy do naprawy, co znacznie wydłuża czas realizacji naprawy sprzętu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3.

Dotyczy: wszystkich części

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji? Urządzenia, które chcemy zaoferować nie wymagają przeglądów okresowych.

Odp.: Zgodnie z SWZ – zał. nr 3 do SWZ, pakiet II, punkty: A.20, B.31, C.33.

Pytanie 4.

Dotyczy: Część A - Witryna chłodnicza

Czy Zamawiający dopuści pojemność 1195 l?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy: Część A - Witryna chłodnicza

Czy Zamawiający dopuści szerokość 1600 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy: Część B - Chłodziarka I typu

Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne 500×450×1290 mm (SzxGxW)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy: Część B - Chłodziarka I typu

Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego na biało?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8.

Dotyczy: Część B - Chłodziarka I typu

Czy Zamawiający dopuści alarm awarii zasilania w momencie awarii zasilania? Co ma większy sens niż alarmowanie o awarii zasilania post factum.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy: Część B - Chłodziarka I typu

Czy Zamawiający dopuści obciążenie półki 25 kg i maksymalny załadunek 175 kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10.

Dotyczy: Część B - Chłodziarka I typu

Czy Zamawiający dopuści uchwyt wkomponowany w ramę drzwi, bez elementów wystających, bez mechanizmu otwierania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Dotyczy: Część B - Chłodziarka I typu

Czy Zamawiający dopuści masę netto 65 kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne 500×464×1343 mm (SzxGxW)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści wysokość 1920 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii 211,7 kWh/rok?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści sterowanie za pomocą przycisków membranowych i wyświetlacza LED?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści alarm awarii zasilania w momencie awarii zasilania? Co ma większy sens niż alarmowanie o awarii zasilania post factum.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści obciążenie półki 25kg i maksymalny załadunek 200 kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści uchwyt wkomponowany w ramę drzwi, bez elementów wystających, bez mechanizmu otwierania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści zamek mechaniczny, bez pilota?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20.

Dotyczy: Część C - Chłodziarka II typu

Czy Zamawiający dopuści masę netto 78 kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET III – Urządzenia rehabilitacyjne, Część B – Stół rehabilitacyjny elektryczny

Pytanie 21.

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny elektryczny z regulacją wysokości w zakresie od 520 do 950 cm? Reszta parametrów jest zgodna z wymaganiami.

Odpowiedź pozytywna na powyższe pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać te same zabiegi pacjenta a różni się jedynie jednym szczegółem technicznym, który nie ma wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET IV - Głowica przezprzełykowa do aparatu VIVID S60 posiadanego przez Zamawiającego

Pytanie 22.

Dotyczy: Warunki gwarancji i serwisu; ppkt 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przystąpienia do naprawy wynosił max. 72h w dni robocze (czyli od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odp.: Tak, Zgodnie z SWZ

Pytanie 23.

Dotyczy: Dot. Zdalna diagnostyka

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni podłączenie urządzeń objętych umową do sieci komputerowej oraz umożliwi Wykonawcy świadczenie zdalnych usług serwisowych zapewniających zdalną diagnostykę i weryfikację usterek, naprawę oprogramowania i błędów konfiguracji, zmianę parametrów aplikacyjnych, instalację aktualizacji oprogramowania i peryferii lub aktywację opcji. Realizacja usług zdalnych niesie wiele korzyści dla interesów Zamawiającego, m.in. usterki sprzętu są szybciej i sprawniej wykrywane oraz naprawiane, a aktualizacje oprogramowania lub opcji mogą być wykonywane na bieżąco, co minimalizuje czas wyłączenia sprzętu z użytkowania i przyczynia się do większej optymalizacji organizacji pracy Zamawiającego. Mając na względzie powyższe, wnosimy o dodanie do umowy następującego zapisu:

„Zamawiający zapewni podłączenie urządzeń objętych umową do sieci komputerowej oraz umożliwi Wykonawcy świadczenie zdalnych usług serwisowych zapewniających w szczególności zdalną diagnostykę i weryfikację usterek, naprawę oprogramowania i błędów konfiguracji, zmianę parametrów aplikacyjnych, instalację aktualizacji oprogramowania i peryferii lub aktywację opcji.”

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, pod warunkiem podania przez Wykonawcę danych wymaganych dla zestawienia bezpiecznego połączenia, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dodaje do wzoru umowy proponowanego zapisu.

PAKIET VI - Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem

Pytanie 24.

Dotyczy: Pytanie nr 1 Pakiet nr VI, Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia pkt 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego (zamiast dwóch) dodatkowego filtra powietrza i dwie dedykowane gąbeczki do czyszczenia (zamiast trzech). Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – punkt nr 52 w pakiecie nr 6 w załączniku nr 3 do SWZ przyjmuje postać:

52	do każdego dostarczanego urządzenia typu II, oferowanego w pakiecie, min.: jeden dodatkowy filtr powietrza (poza zainstalowanym w urządzeniu), jedno przyłącze tlenowe (wąż tlenowy z zamontowanym złączem typu AGA), jedna dedykowana wielorazowa rura do dezynfekcji termicznej, dwie dedykowane gąbeczki do czyszczenia, trzy pokrowce zabezpieczające po dezynfekcji	TAK, podać		–
----	--	------------	--	---

Pytanie 25.

Dotyczy: punkt. 17 waga urządzenia, max. 2,2 kg

czy dopuszczają Państwa aparat Waga 4 kg, wymiary 335 mm × 227 mm × 158 mm gdzie aparat będzie mocowany na wózku.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26.

Dotyczy: punkt. 19 wymiary urządzenia, gł. x szer. x wys, max: 300 x 180 x 180 mm

czy dopuszczają Państwa aparat Waga 4 kg, wymiary 335 mm × 227 mm × 158 mm gdzie aparat będzie mocowany na wózku.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PPAKIET VIII - Aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy - 1 sztuka

Pytanie 27.

Dotyczy: SWZ, punkt 6

W związku z rozbieżnymi zapisami SWZ proszę o potwierdzenie, że dla pakietu nr VIII Zamawiający wymaga terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28.

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) dla pakietu nr VIII, punkt 52.

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o wymienioną w punkcie 52 głowicę liniową matrycową do badań 3D/4D w czasie rzeczywistym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Punkt 52 w pakiecie nr 8 w załączniku nr 3 do SWZ przyjmuje postać:

52	możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową do badań 3D/4D w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min. od 4 do 14 MHz, ilość elementów min. 50 000	TAK/NIE		1/0
----	---	---------	--	-----

PAKIET IX - Respirator do wentylacji nieinwazyjnej - 1 sztuka

Pytanie 29.

Dotyczy: Pakiet nr 9 – opis przedmiotu zamówienia , tabela, pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z rocznika 2020 lub późniejszy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 30.

Dotyczy: Pakiet nr 9 – SWZ rozdział 6 zdanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji respirator turbinowy o parametrach i wyposażeniu jak poniżej:

Lp.	Parametry
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020
2	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych
3	Respirator stacjonarno-transportowy
4	Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8-6,0 bar
5	Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O ₂ z koncentratora
6	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego
7	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. Waga respiratora bez podstawy jezdnej 12kg
8	Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz
9	Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego - 180 minut pracy ciągłej
10	Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤40 dB(A)
Tryb wentylacji	
1	VCV Wentylacja kontrolowana objętością
2	PCV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem
3	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC
4	PRVC+SIMV
5	V-SIMV, P-SIMV
6	CPAP/PSV
7	APRV
8	Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
9	Oddech spontaniczny
10	Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów
11	Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia
12	Wentylacja nieinwazyjna NIV
13	Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu
14	Funkcja wstrzymania na wdechu

15	Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora
16	Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O ₂ o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO ₂
Parametry regulowane	
1	Częstość oddechów 1–80 odd./min
2	Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml
3	Czas wdechu zakres 0,2 – 10 s
4	I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10
5	Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu
6	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
7	Ciśnienie wdechowe P _{insp} 5 – 80 cmH ₂ O
8	Ciśnienie wspomagania P _{supp} 0 – 80 cmH ₂ O
9	PEEP zakres 1 – 45 cmH ₂ O
10	Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-80 cmH ₂ O
11	Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-45 cmH ₂ O
12	Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV. respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. zakres: 0,2 do 30 sekund
13	Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0,2 do 30 sekund
14	Czas narastania ciśnienia 0 – 2 s
15	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres 0,5 – 15 l/min
16	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres -0,5 – -10 cmH ₂ O
17	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV zakres 10 – 85 [%]
Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji	
1	Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 18,5 cala z rozdzielczością 1080x1920 pikseli. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora
2	Integralny pomiar stężenia tlenu
3	Całkowita częstość oddychania
4	Częstość oddechów obowiązkowych
5	Częstość oddechów spontanicznych
6	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu
7	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego
8	Objętość całkowitej wentylacji minutowej
9	Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej
10	Minutowa objętość przecieku
11	Ciśnienie szczytowe
12	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
13	Ciśnienie PEEP/CPAP
14	Ciśnienie plateau
15	Pomiar I:E
16	Pomiar oporów wdechowych i wydechowych
11	Pomiar podatności statycznej
12	Pomiar podatności dynamicznej
13	Pomiar ciśnienia PEEPi
14	Pomiar V _{trap} – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi
15	Pomiar P0.1
16	Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej.
17	Pomiar pracy oddechowej WOB
18	Pomiar wskaźnika RSBI

19	Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp
20	Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu
21	Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ
22	Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u
23	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z 72 godzin
Alarmy	
1	Braku zasilania w energię elektryczną
2	Braku zasilania w tlen
3	Braku zasilania w powietrze
4	Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
5	Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
6	Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta
7	Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta
8	Wysokiej częstości oddechowej
9	Bezdechu
10	Hierarchia alarmów w zależności od ważności
11	Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń
Inne pożądane funkcje i wyposażenie	
1	Układ pacjenta jednorazowy z czujnikiem przepływu – 10 szt.
2	Ramię podtrzymujące – 1 szt.
3	Podstawa jezdna – wózek transportowy
4	Maska do wentylacji NIV – 3 szt.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET X - Giętkie wideoendoskopy intubacyjne

Pytanie 32.

Dotyczy: (dot. załącznika nr 3 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia, pakiet X, 2.Giętki wideoendoskop intubacyjny TYP 2 - 1 sztuka, pkt.4)

Czy Zamawiający dopuści w ramach specjalnej akcji promocyjnej wideoendoskop rekondycjonowany w pełni sprawny, z pełną oferowaną gwarancją producenta i spełniający wszystkie parametry SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33.

Dotyczy: (dot. załącznika nr 3 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia, pakiet X, 1.Giętki wideoendoskop intubacyjny TYP 1 - 1 sztuka, pkt. 26 i 2.Giętki wideoendoskop intubacyjny TYP 2 - 1 sztuka, pkt. 21)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 15 dni roboczych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34.

Dotyczy: (dot. pakietu nr X)

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35.

Dotyczy: (dot. pakietu nr X)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych za zwłokę w naprawie/usunięciu wad w przypadku przekroczenia terminów określonych w umowie, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany przed upływem terminu o którym mowa w załączniku nr III do SWZ, w pakiecie nr X, pkt.: 1.26 oraz 2.21.

PAKIET XI - Kardiomonitor transportowy - 1 sztuka

Pytanie 36.

Dotyczy: Pkt 16.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania zapisu EKG 12-odprowadzeń przy użyciu kabla 5 lub 6 elektrodowego? Nie ma możliwości prezentacji 12-odprowadzeń z kabla 3 elektrodowego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37.

Dotyczy: Pkt 17.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem tętna z saturacji 30-300 /min.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET XIII - Ergometr rowerowy

Pytanie 38.

Dotyczy: Warunki gwarancji i serwisu; ppkt 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przystąpienia do naprawy wynosił max. 72h w dni robocze (czyli od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odp.: Tak, Zgodnie z SWZ.

Pytania do wzoru umowy dostawy.

Pytanie 39.

Dotyczy: (dot. wzoru umowy §4 ust. 1)

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie do 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki?

Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 40.

Dotyczy: (dot. wzoru umowy §4 ust. 1)

Zwracamy się z prośbą obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 wzoru umowy.

Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 40% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokości kary umownej. Zgodnie z orzecnictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecnictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za kary rażąco wygórowane (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar ważących wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji

projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). W związku z powyższym prosimy jak na wstępie.

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 41.

Dotyczy: Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie osobnych umów dla poszczególnych pakietów (w przypadku, gdy jeden wykonawca złoży ofertę na więcej niż 1 pakiet)?

Odp.: Tak.

Pytanie 42.

Dotyczy: Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 43.

Dotyczy: Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 44.

Dotyczy: par. 4 pkt 3.

Czy dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy uszkodzonej głowicy, zwalnia Wykonawcę od ewentualnych kar umownych związanych z nieterminowym wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji?

Odp.: Tak, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany przed upływem terminu na naprawę, przewidzianym w SWZ w załączniku nr III.

Pytanie 45.

Dotyczy: par. 4 pkt 3.

Zwracamy się z prośbą o dodanie kolejnego zapisu dot. pkt 3:

„W przypadku przedłużającej się naprawy dłuższej od 5 dni roboczych na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego w terminie 7 dni roboczych od momentu wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania tylko o ile Wykonawca takim aparatem zastępczym dysponuje. Przekazanie Zamawiającemu (odbior) i późniejszy zwrot Wykonawcy sprzętu zastępczego zostanie potwierdzone przez Strony w protokole zdawczo-odbiorczym. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za używanie sprzętu zastępczego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz ponosi ryzyko jego utraty, zepsucia i/lub zniszczenia.”

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 46.

Dotyczy: Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust.1 Umowy?

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 47.

Dotyczy: Dotyczy wzoru umowy § 5 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji jak również innych dokumentów w wersji elektronicznej?

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 48.

Dotyczy: wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ) par. 4, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia do wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie do wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych.

Pytanie 49.

Dotyczy: par. 2 ust. 10 lit. c – wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie par. 2 ust. 10 lit. c:

„bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem; (...)”

Odp.: Nie, bez zmian w przedmiotowym zakresie.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza ujednolicony i obowiązujący załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia.