



ZP.261.07.1.2025

Łębork, dn. 17.03.2025 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-0eab3c15-d437-4628-87ce-781c1e175dbf

Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/07/25

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do Pracowni Patomorfologii, Laboratorium Analitycznego (wraz z dzierżawą analizatorów) oraz SOR.
Znak sprawy: ZP-PN/UE/07/25.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Część nr 1

1. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji nr 3 – Alkohol etylowy odwodniony (op. = 5 litrów) i utworzenie dla tego produktu osobnego pakietu?.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
2. *Czy jest możliwość złożenia oferty na: alkohol etylowy odwodniony (nieskażony) zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie, który możemy dostarczyć do podmiotu zużywającego, zarejestrowanego w zakresie podatku akcyzowego. Alkohol etylowy musi być zużyty na cele, które uprawniają do zastosowania zwolnienia?.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że nie wyraża zgody na złożenie oferty na alkohol etylowy odwodniony (nieskażony) zwolniony od akcyzy.**
3. *Z SWZ wynika iż dostawy będą realizowane w okresie 36 miesięcy. Jakie ilości produktów będą zamawiane jednorazowo? Informacja niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania kosztów transportu.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności w zakresie Pracowni Patomorfologii, nie jest w stanie określić wielkości jednorazowego zamówienia. Zamówienia będą składane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.**
4. *poz. 6. czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opakowania PET w ciemnobrązowym kolorze w pełni spełniające wymagania co do trwałości względem odczynnika jakim jest hematoksylina mayera?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza do zaoferowania hematoksyliny Meyera w opakowaniach z tworzywa PET.**
5. *poz. 7 czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 10kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na parafinę w opakowaniach po 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 90 op. po 10 kg.**
6. *poz. 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wielkości opakowania: 500ml czy 1L?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga się opakowania 500 ml.**
7. *Poz 8. jeżeli Zamawiający oczekuje opakowania 1L to czy zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga się opakowania 500 ml.**

8. *poz.8. jeżeli Zamawiający oczekuje opakowania 500ml to czy zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga opakowania 500 ml.**
9. *poz. 8. Czy Zamawiający dopuści balsam z zawartości ksylenu 60-65%?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje balsami kompatybilnego z zaklejarkami histopatologicznymi.**
10. *poz. 8. czy Zamawiający dopuści balsam z zawartości ksylenu 50-70%, metakrylan metylu 0,1-0,4%?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje balsamu kompatybilnego z zaklejarkami histopatologicznymi.**
11. *poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hematoksylinę harrisa o składzie Siarczan glinu oktadekahydrat o stężeniu 10-13% oraz Glikol o stężeniu $\leq 10\%$*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania hematoksylinę harrisa o ww. składzie.**
12. *czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści parafinę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, ale w opakowaniach wielkości 10 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj 90 op (10 kg) ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza parafinę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, ale w opakowaniach wielkości 10 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 90 op. po 10 kg.**
13. *Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i utworzenie odrębnego pakietu co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cen.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
14. *pozycja 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie parafiny konfekcjonowanej w opakowaniach 10 kg, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (90 x 10 kg)*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na parafinę w opakowaniach po 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 90 op. po 10 kg**
15. *pozycja 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie balsamu na bazie ksylenu, lepkość (20 st. C) – 850 – 950 cSt, współczynnik załamania światła (20 st. C) – 1,5210-1,5230. Opakowanie 500ml – transparentna plastikowa butelka ułatwiająca wizualną ocenę ilości medium. Odczynnik o zawartości ksylenu na poziomie 70-75% oraz zawierający ftalandibutylu na poziomie 5-8%.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje balsamu kompatybilnego z zaklejarkami histopatologicznymi.**
16. *pozycja 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie hematoksyliny wg Harrisa Pakowanej w 1000ml – plastikową butelkę wykonaną z ciemnego brązowego plastiku zabezpieczającego odczynnik przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego. Odczynnik zawierający etano-1,2-diol na poziomie 5-15% oraz zawierający siarczan glinu oktadekahydrat na poziomie 10-13 %.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. hematoksylinę Harrisa.**
17. *Pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody demineralizowanej.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
18. *Pozycja 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hematoksyliny Mayera w butelce wykonanej z tworzywa PET (nakrętka z HDPE).*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza do zaoferowania hematoksyliny Mayera w opakowaniach z tworzywa PET.**
19. *Pozycja 7. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wyjaśnienie kwestii oczekiwanej ilości parafiny w kg. Zamawiający wymaga parafiny w ilości 900 opakowań po 1 kg (900 kg). Jednocześnie dopuszcza parafinę w opakowaniach 5 kg w ilości 120 op. (co daje w sumie 600 kg). Która sumaryczna oczekiwana ilość parafiny jest właściwa?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga łącznie 900 kg parafiny.**

Część nr 2

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka w opakowaniach liczących 72 sztuki z przeliczeniem wielkości zamówienia zaokrąglając do pełnego tj. 21 op (72 szt) ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza szkła adhezyjne, krawędzie szlifowane, narożniki 90°, wymiary: 75x25x1 mm (+-1mm) w opakowaniach 1op=72 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 21 op. po 72 szt.
21. Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek z krawędziami (narożnikami) szlifowanymi pod kątem 90 stopni.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.
22. Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań zawierających 72 sztuki szkiełek adhezyjnych.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania opakowanie zawierające 72 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Część nr 3

23. poz. 1. czy Zamawiający oczekuje testu diagnostycznego, którego czas przeprowadzania to 1h?
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje testu, którego czas przeprowadzenia mieści się w przedziale czasowym 50-60 min.
24. poz. 1. czy Zamawiający oczekuje testu, który będzie wybarwiać jądra na niebiesko, cytoplazmę na różowo a *H. pylori* na niebiesko w kształcie skrzydła mewy?
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje testu, który będzie wybarwiał: jądra na niebiesko, cytoplazmę na różowo, *Helicobacter pylori* na niebiesko.
25. poz.1. czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z 2 odczynników odwadniających, 1 odczynnika różnicującego, buforu octanowego i zmodyfikowanego roztworu giemsy każdy po min. 150ml ?
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje zestawu, który będzie na minimum 75 testów, odczynniki o pojemności od 100 do 150 ml.
26. poz. 2. czy Zamawiający oczekuje testu trwającego 1h50min?
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje testu trwającego w przedziale czasowym 1h 40 min do 1h 50 min.
27. poz.2. czy Zamawiający oczekuje testu składającego się z 8 odczynników każdy po max. 30ml?
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje testu składającego się z 8 odczynników, każdy po 30 ml.
28. poz.3. czy Zamawiający oczekuje żyłek platerowanych platyną dla lepszej wytrzymałości żyłek w kontakcie z różnymi rodzajami tkanek?
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje żyłek o dużej wytrzymałości w kontakcie z różnymi rodzajami tkanek.
29. pozycja 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zestawu wystarczającego na 100 oznaczeń.
- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu wystarczającego na 100 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. w zaokrągleniu 4 op.
30. pozycja 3. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmym zapytaniem, czy wymaga aby noże wykonane były w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza.
- Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga aby noże wykonane były w technologii plazmowej.
31. pozycja 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie preparatu konfekcjonowanego w przezroczystych butelkach z atomizerem o pojemności 100 ml. ze stosownym, korzystnym dla Zamawiającego przeliczeniem ilościowym (17 x100 ml). Zaproponowane rozwiązanie spełnia kryteria DNSH. Daje Użytkownikowi możliwość ponownego napełnienia butelki odczynnikami z większych pojemników.
- Komisja Przetargowa informuje, że nie wyraża zgody na preparat konfekcjonowany w przezroczystych butelkach z atomizerem.

32. pozycja 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie pudełka do archiwizacji, o pojemności 1000 preparatów i wymiarach: 305x155x85 mm.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ



33. Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu Grocott na 100 oznaczeń w ilości 4 opakowań.

- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu Grocott na 100 oznaczeń w ilości 4 opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości.

34. Pozycja 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełek tekturowych do przechowywania 220 bloczków (maksymalnie 250 bloczków), o wymiarach 325 x 240 x 65 mm (+/- 10 mm).

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Część nr 6

35. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie?

Rodzaj rozwiązania	Nazwa usługi/serwera	Adresy URL (FQDN)	Porty	Adresy IP
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (globalna)	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (CN)	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Analizy danych (RadCon)	Device Insights (RadCon/gen. 1)	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Serwer udostępniania urządzeń	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Azure IOT Hub	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługi Microsoft Azure API Management	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługa analityczna Microsoft Cloud Log	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Device Code Authentication (MFA)	(...)	TLS (https) TCP/443	(...)

- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy?

- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy.

Część nr 7

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy?
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy.**

Dot. zapisów SWZ

38. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ. Część 6 i 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wykrycia skrzepu w odczynniku/materiale zużywalnym/awarii/ uszkodzenia/wady sumować liczbę niewykorzystanych testów w reklamowanych kasetach. Jeżeli liczba zsumowanych testów osiągnie objętość pełnej kasety Wykonawca na własny koszt dokona zwrotu). Lub czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia faktur korygujących wystawionych na niezrealizowaną i niewykorzystaną ilość testów z reklamowanej kasety sensorowej / pakietu odczynnikowego?)
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wystawianie faktur korygujących wystawionych na niezrealizowaną i niewykorzystaną ilość testów z reklamowanej kasety sensorowej / pakietu odczynnikowego.**
39. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”? W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności – zwiększone lub zmniejszone ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości jednorazowego zamówienia. Zamówienia będą składane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.**
40. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności – zwiększone lub zmniejszone ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości jednorazowego zamówienia. Zamówienia będą składane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.**
41. Prosimy o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
42. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Z uwagi na specyfikę wykonywanej działalności – zwiększone lub zmniejszone ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości jednorazowego zamówienia. Zamówienia będą składane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.**