



Numer postępowania: ZP/37/055/D/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **ultratermostatu do badania kolektorów słonecznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej** na potrzeby realizacji Projektu „Studia 5.0. Programy studiów dla kluczowych branż krajowego przemysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr umowy o dofinansowanie FERS.01.05-IP.08-0027/23-00.

ULTRATERMOSTAT DO BADANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem do stabilizacji temperatury cieczy (m.in. wody) wg poniższej specyfikacji. – **1 szt.**

Specyfikacja ultratermostatu:

- zakres temperaturowy: -20 ... 80 st.C,
- stabilność temperaturowa: +/- 0,05 st.C,
- moc chłodnicza: minimum 0,98 kW dla temp. medium (etanol) 0 st.C,
- wydatek pompy: minimum 37 l/min.,
- ciśnienie tłoczenia max.: 3,2 bar,
- objętość zbiornika max.: 15 l,
- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- wymiary: szerokość x głębokość x wysokość: 450 x 550 x 790 mm +/- 10 mm