



Znak: AE/ZP-27-16/25

Tarnów, 2025-03-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy w celu poprawy komfortu użytkowania i ograniczenia zużycia rękawic Zamawiający oczekuje, aby rękawice były pakowane w całkowicie zautomatyzowanym procesie (potwierdzone piktogramem na opakowaniu) w sposób naprzemienny (każda sztuka), płasko warstwami (rękawice układane jedna po drugiej w przeciwnym kierunku - palce - mankiet) co zapewnia pobieranie za każdym razem pojedynczych rękawic chwytych zawsze w obszarze dłoni, a co za tym idzie zmniejszenie strat związanych z wypadaniem rękawic z opakowania.
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych max. po 100 szt. (dla XL 90 szt.)
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 4** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ze względu na bezpieczeństwo personelu oraz zabezpieczenie ich przed alergiami i podrażnieniami na dłoniach oczekuje rękawic bezpudrowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** rękawic pakowanych w całkowicie zautomatyzowanym procesie (potwierdzone piktogramem na opakowaniu) w sposób naprzemienny (każda sztuka), płasko warstwami (rękawice układane jedna po drugiej w przeciwnym kierunku - palce - mankiet) co zapewnia pobieranie za każdym razem pojedynczych rękawic chwytych zawsze w obszarze dłoni, a co za tym idzie zmniejszenie strat związanych z wypadaniem rękawic z opakowania pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2

Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** dyspensera rękawic diagnostycznych, którego otwór dozujący posiada dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** pakowanie rękawic max. po 100szt (dla XL 90 szt.), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika Nr 4 do SWZ jednocześnie dopuszcza w **Pakiecie Nr 4 poz.1**, a w **Pakiecie Nr 4 poz.2** wymaga zaoferowanie rękawic chirurgicznych sterylnych bezpudrowych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ w tym łatwość zakładania.

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

