

Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/7/2/25

data: 12.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 7/25/ZP „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytanie:

Firma 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z przeprowadzenia szkolenia obsługowego personelu Zamawiającego? Zwracamy uwagę, że obsługa wag jest intuicyjna, dodatkowo do sprzętu jest dołączana jasna i prosta instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Tak. Modyfikacja umowy w załączeniu.

Pakiet 1:

Pytanie 1

Zwracamy uwagę, że wymagane przez Zamawiającego parametry – poz. 8 i 9 charakterystyczne są dla wag producenta, który utracił certyfikację. Prosimy w związku z tym o dopuszczenie wagi o obciążeniu maksymalnym wynoszącym 300 kg i dokładności odczytu $50g < 150kg > 100g$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, modyfikacja w załączeniu.

Pakiet 2:

Pytanie 1

Czy Zamawiający na pewno wymaga wagi o maksymalnym obciążeniu 300 kg? Zwracamy uwagę, że według naszej wiedzy i doświadczenia w przypadku wag łóżkowych jest to niewystarczający zakres w przypadku roślejszych pacjentów.

W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisów z:

„Maksymalne obciążenie 300 kg” na „Maksymalne obciążenie 600 kg” oraz

„Dokładność odczytu: 100g” na „Dokładność odczytu: $100g < 300 kg > 200 g$ ”

Odpowiedź: Tak, modyfikacja w załączeniu.

Pytanie 2

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Rodzaj kalibracji wagi – zewnętrzna”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Rodzaj kalibracji wagi – zewnętrzna” rozumie, że kalibracja lub adiustacja wag to szereg czynności, w rezultacie których następuje korekcja wskazań wagi. Dokonywana jest przez producenta wzorcem masy zbliżonym do maksymalnej wartości udźwigu wagi. Kalibracja wagi legalizowanej jest zabroniona i mogą jej dokonywać tylko serwisy lub jednostki do tego uprawnione. Dokonanie kalibracji wiąże się z koniecznością ponownej legalizacji wagi.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie portu komunikacyjnego – USB. Zwracamy uwagę, że jest to rozwiązanie nowsze technologicznie i obecnie powszechnie stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, modyfikacja w załączeniu.

Firma 2

1. Czy zamawiający wykreśli zapis ze względu na to że wagi nie wymagają przeglądów są na to oświadczenia producentów (dotyczy dwóch rodzajów wag) Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.

Odpowiedź: Tak. Modyfikacja dla pakietu 1 w załączeniu.

2. Dotyczy wagi osobowej ze wzrostomierzem ze względu na to iż podany model w zapytaniu jest unikatowy i wskazuje na jednego producenta który nie produkuje już wag medycznych czy zamawiający przyjmuje następujące parametry - waga medyczna z legalizacją.

Dane techniczne wagi osobowej na kółkach ze wzrostomierzem teleskopowym i legalizacją

Parametr Wartość

Klasa dokładności III (3)

Nośność 200 kg

Podziałka 100 g < 150 kg > 200 g

Zasilanie Bateria (w zestawie); zasilacz w zestawie

Wymiary 294 x 831 x 417 mm

Wzrostomierz Zakres pomiaru: 60-200 cm, podziałka 1 mm

Waga netto 6,3 kg

Funkcje Automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, TARA, HOLD, Body Mass Index (BMI), przełączanie zakresów ważenia

Certyfikacja CE 0109, 0123

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy wagi łózkowej ze względu na to że opis w zapytaniu dotyczy wagi które nie jest już wyrobem medycznym czy zaakceptują Państwo takie parametry

Parametr Specyfikacja

Obciążenie maksymalne 600 kg

Dokładność pomiaru 100 g (do 300 kg), 200 g (powyżej 300 kg)

Funkcje TARA, HOLD, automatyczne BMI, śledzenie długoterminowe, sygnał dźwiękowy

Pamięć standardów TARA 10 rodzajów obciążeń

Rampy najazdowe Technologia ULTRA LOW

Wyświetlacz Podwójny wyświetlacz do podstawowych i uzupełniających informacji

Zasilanie Bateria lub sieciowe (zasilacz w zestawie)

Transmisja danych USB (kabel do PC w zestawie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy wagi ze wzrostomierzem, czy zamawiający dopuszcza wagę pracującą za zasilacz oraz na bateriach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, modyfikacja w załączeniu.

5. Dotyczy wagi ze wzrostomierzem, czy zamawiający dopuszcza wagę bez podświetlanego wyświetlacza ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, modyfikacja w załączeniu.

6. Dotyczy wagi ze wzrostomierzem oraz wagi łóżkowej czy zamawiający dopuści wagi z legalizacją - ale bez świadectwa - wg ustawodawcy nie ma takiego dokumentu - są cechy świadczące o legalizacji pierwotnej - wszystko będzie zgodne z przepisami Miary i Wagi.

Odpowiedź: Tak, modyfikacja w załączeniu.

7. Dotyczy wagi łóżkowej czy zamawiający zamiast tego Zasilenie – zasilacz 230V AC i wewnętrzne źródło zasilania, akumulator zaakceptuje baterie Plus zasilacz oraz brak podświetlenia wyświetlacza ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, modyfikacja w załączeniu.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ:

- Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – zmienia się pkt 2 na:

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **16.04.2025 r.**

- Dział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **18.03.2025 r. do godz. 08:00:00**

- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **18.03.2025 r. godz. 08:15:00.**

Modyfikacji ulega również załącznik:

- nr 4 Projekt umowy

- nr 2 a dla pakietu 1 oraz pakietu 2 - Minimalne parametry techniczne

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

PROJEKT UMOWY

zawarta pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: –,
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a firmą..... z siedzibą w, przy ulicy,
wpisanym do pod numerem

reprezentowaną przez:

..... –
zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. postępowanie nr 7/25/ZP, Strony niniejszej umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Asortyment, produkt, urządzenie – sprzęt, którego dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym załącznik nr 1 oraz nr 2 do Umowy;
2. SWZ – specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę dostawy;
5. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu produkt na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
3. Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje całość zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot umowy, posiada dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem oraz nie jest ono obciążone zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
6. Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykietę producenta, gwarancję, instrukcję obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa (jeśli dotyczy) w języku polskim.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opakowany w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.
8. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia zawarcia.

§ 3

WARUNKI DOSTAWY

1. Miejscem dostawy asortymentu jest siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku Zamawiającemu w terminie do max do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.
4. Po stronie Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie przedmiotu zamówienia są
5. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE, GWARANCJE

1. Odbiór sprzętu odbędzie się w miejscu dostawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego sprzętu pod względem kompletności w dniu odbioru. W przypadku stwierdzonych braków Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, uzupełni dostawę o brakujące elementy.
3. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczany sprzęt był wolny od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne (rękojmia).
4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast sprzętu wadliwego, sprzęt wolny od wad w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą sprzętu wolnego od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy sprzęt wadliwy.

6. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy sprzętu wolnego od wad w następnym dniu roboczym.

7. Dokonanie odbioru sprzętu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, o których mowa w ust. 4 - 5.

8. Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu zamówienia.

11. Długość okresu gwarancji udzielanej Zamawiającemu na dostarczony sprzęt wynosi:
.....

Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (stwierdzonego protokołem).

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości: Pakiet nr zł. netto, tj. zł. brutto

2. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura winna zawierać tytuł zadania – „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego”. Faktura wystawiona będzie na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

5. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15).

7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

8. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020r. poz. 295, z późn. zm.).

§ 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego sprzętu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;

b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;

c) w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

- d) z tytułu odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji dostawy wynikającej z Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiającemu, poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - b) w przypadku dwukrotnej zwłoki w dostarczeniu sprzętu przekraczającego termin, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy;
 - c) w przypadku dwukrotnej zwłoki w uzupełnieniu dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy;
 - d) w przypadku dwukrotnej zwłoki w dostarczaniu sprzętu wolnego od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;
 - e) w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji sprzętu, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;
 - f) w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
- a) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,
 - b) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
2. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu po cenie niższej (m.in. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawców) niż określonej w niniejszej umowie.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie

bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

5. Niezależnie od ww. postanowień, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp.

6. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

7. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

8. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, ani w całości, ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie umowy.

11. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.

12. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

13. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

14. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Wykonawca:

Zamawiający:

Minimalne parametry techniczne

Pakiet 1: Waga medyczna ze wzrostomierzem

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcję, potwierdzić "TAK" lub "NIE")
1.	Model	PODAĆ	
2.	Producent	PODAĆ	
3.	Kraj pochodzenia	PODAĆ	
4.	Rok produkcji 2024/2025 – fabrycznie nowy	PODAĆ	
5.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
6.	Wyrób medyczny	TAK	
WYMAGANIA OGÓLNE			
7.	Wskazanie pomiaru w kg	TAK	
8.	Wskazanie wielkości pomiaru minimum 2 miejsca po przecinku	TAK	
9.	Zakres ważenia w obciążeniu maksymalnym wynoszącym 300 kg	TAK	
10.	Dokładności odczytu 50g<150kg>100g	TAK	
11.	Obrazowanie wyniku – wyświetlacz LCD z podświetleniem lub bez podświetlenia	TAK/ PODAĆ	
12.	Wyświetlacz mocowany na maszcie	TAK	
13.	Automatyczne wyłączanie podświetlenia	TAK	
14.	Zasilanie 230V/ 50/60 Hz	TAK	
15.	Wypożenie w akumulator umożliwiający pracę niezależnie od zasilania sieciowego lub pracująca na zasilaczu oraz na bateriach	TAK/ PODAĆ	
16.	Automatyczne wyłączanie jeśli waga nie jest używana	TAK	
17.	Możliwość tarowania	TAK	
18.	Legalizacja pierwotna zgodna z przepisami Miar i Wag	TAK	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
19.	Wzrostomierz zamocowany do konstrukcji wagi	TAK	
20.	Obliczanie współczynnika BMI	TAK	
GWARANCJA, SERWIS			
21.	Pełna gwarancja liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.	TAK	

22.	Okres gwarancji nie mniej niż 24 m-ce	TAK, Podać	
23.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia	TAK	
24.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK	
DOSTAWA			
25.	Dostawa zamawianego sprzętu po stronie Wykonawcy z 2 dniowym uprzedzeniem terminu dostawy.	TAK	
26.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	TAK	

1. Oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
2. Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
3. Wszystkie parametry w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Minimalne parametry techniczne

Pakiet 2: Waga medyczna łózkowa

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić "TAK" lub "NIE")
1.	Model	PODAĆ	
2.	Producent	PODAĆ	
3.	Kraj pochodzenia	PODAĆ	
4.	Rok produkcji 2024/2025 – fabrycznie nowy	PODAĆ	
5.	Oznakowanie znakiem CE	TAK	
6.	Wyrób medyczny	TAK	
WYMAGANIA OGÓLNE			
7.	Konstrukcja wagi umożliwiająca użycie jej niezależnie od typu łóżka i systemów hamulcowych.	TAK	
8.	Długość platformy ważenia pozwalające na pomiar masy łóżka w dowolnym miejscu.	TAK	
9.	Regulowany rozstaw platform do 2,5 m – umożliwiający stosowanie wagi do łóżek o dowolnych wymiarach.	TAK	
10.	Waga wyposażona w głowicę pomiarową z wyświetlaczem	TAK	
11.	Waga posiada: - lekką konstrukcję, - łatwość przenoszenia, - łatwość najeżdżania łóżkiem, - legalizacja pierwotna zgodna z przepisami Miar i Wag	TAK	
12.	Maksymalne obciążenie 600 kg	TAK	
13.	Dokładność odczytu: 100g<300 kg>200 g	TAK	
14.	Klasa dokładności III	TAK	
15.	Rodzaj kalibracji wagi – zewnętrzna	TAK	
16.	Temperatura pracy 0-40°C	TAK	
17.	Zakres tarowania – pełny	TAK	
18.	Port komunikacyjny - RS 232 lub USB	TAK/ PODAĆ	
19.	Zasilanie – zasilacz 230V AC i wewnętrzne źródło zasilania, akumulator lub	TAK/ PODAĆ	

	baterie plus zasilacz		
GWARANCJA, SERWIS			
20.	Pełna gwarancja liczona od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji nie mniejszy 24 m-ce	TAK, PODAĆ	
21.	Dostępność części zamiennych min. 7 lat od daty odbioru końcowego.	TAK	
22.	Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e-mail, na piśmie, a w przypadku konieczności sprawdzenia części spoza granic Polski – w terminie do 14 dni roboczych.	TAK	
23.	Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia ≤ 48 godz.	TAK	
24.	Instrukcja w języku polskim, protokół przekazania sprzętu, dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	
DOSTAWA			
25.	Dostawa zamawianego sprzętu po stronie Wykonawcy z 2 dniowym uprzedzeniem terminu dostawy. Paszport techniczny, protokół przekazania sprzętu dostarczany wraz z urządzeniem.	TAK	
26.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji dostarczone w języku polskim w formie drukowanej.	TAK	

1. Oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
2. Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
3. Wszystkie parametry w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.