



Znak: AE/ZP-27-22/25


Tarnów, 2025-04-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (m.in. introduktory, linie infuzyjne, zestawy do znieczuleń, cewniki).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do znieczuleń:
Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych. Igła typu Tuohy 18G/80mm z dołączonymi skrzydełkami, ze znacznikiem głębokości co 1 cm, przezroczysty cewnik atraumatycznie zaokrąglony, z trzema otworami bocznymi, znaczniki głębokości od 50 do 200 mm, z hipoalergicznego tworzywa miękkiego Peribax, o średnicy 0,85x0,45mm, długość 90cm. Łącznik Luer Lock do cewnika, skalowana strzykawka niskooporowa, płaski filtr bakteryjny (0,2 mikrom), naklejka informacyjna.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu z cewnikiem pośrednim:
Cewnik pośredni Midline, wykonany z biokompatybilnego PUR, w całości kontrastujący w RTG. Wyposażony w mandryn ze złączem "T" na odcinku proksymalnym w celu przepłukania cewnika przed wyjęciem mandrynu, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka cewnika, znaczniki nadrukowane co 1cm, zintegrowana przedłużka 9cm z zaciskiem typu Roberts, skrzydełka do przymocowania cewnika. Zestaw zawiera : cewnik midline, bezpieczna igła do nakłucia z echogeniczną końcówką o długości 7cm, przewodnik nitinolowy w pochewce do obsługi jedną ręką o długości 50cm, rozrywalny introduktor o długości 7cm, bezpieczny skalpel, strzykawka 10ml, złącze bionector, mocowanie Grip-Lok, przywieszka z oznaczeniem "cewnik pośredni", 2 naklejki informacyjne, taśma pomiarowa. Rozmiary : 4F/20cm (przepływ 22ml/min, objętość wypełnienia 0,44ml) ; 4F/25cm (przepływ 19,5ml/min, objętość wypełnienia 0,48ml). Produkt medyczny klasy III
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:**
 - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
 - Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
 - Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
 - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
 - Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
 - Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie korkiem
 - Łącznik do cewnika epiduralnego
 - Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
 - Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
 - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem zbrojonym 19G/90cm, bezpiecznym w MRI, z 4 otworami bocznymi w dystalnej części, widoczny w promieniach RTG, centymetrowy znacznik wyjścia cewnika z igły, igła Touhy 17G/9cm, łącznik zgodny z ISO 80369-6, filtr płaski 0,2 mikrona, strzykawka 10ml Luer slip niskooporowa.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania standardowego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:
- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
 - Igła Touhy 18G x 80mm
 - Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
 - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
 - Płaski filtr epiduralny 0,2µm
 - Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
 - Mocowanie cewnika
 - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy zamawiający dopuści cewnik o parametrach:
- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia
 - Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie
 - Rozszerzacz
 - Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa
 - Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer)
 - Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y)
 - Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer)
 - Igła iniekcyjna
 - Koreczki heparynowe luer-lock
 - Skalpel
 - Klips mocujący



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

✓ **Ad 1**

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie zestawu do znieczuleń: Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych. Igła typu Touhy 18G/80mm z dołączonymi skrzydełkami, ze znacznikiem głębokości co 1 cm, przezroczysty cewnik atraumatycznie zaokrąglony, z trzema otworami bocznymi, znaczniki głębokości od 50 do 200 mm, z hipoalergicznego tworzywa miękkiego Peribax, o średnicy 0,85x0,45mm, długość 90cm. Łącznik Luer Lock do cewnika, skalowana strzykawka niskooporowa, płaski filtr bakteryjny (0,2 mikrom), naklejka informacyjna.

✓ **Ad 2**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

✓ **Ad 3**

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie zestaw o następujących właściwościach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5 ml (skala numeryczna co 2 ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę.
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1 cm (od 6 cm do 17 cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiegając uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy.
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90 mm, skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu.

- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem.
- Łącznik do cewnika epiduralnego.
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnika przed zamknięciem światła w miejscu wprowadzenia do ciała.
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta.
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny.

Ad 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie standardowego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Ad 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757