

ZP.1.2025

Jelcz-Laskowice, dnia 07.05.2025 r.

Zamawiający:

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.
ul. Bożka 13,
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania pn. **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej w podziale na 7 zadań**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną o tych parametrach:

Tabela techniczna – lampa diagnostyczna na statywie jezdnym			
	Parametr wymagany	TAK	Parametr oferowany
1	Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED		
2	Statyw wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z hamulcami.		
3	Płaska i gładka powierzchnia kopuły ułatwiająca dezynfekcję		
4	Średnica kopuły min. 16 cm		
5	Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy		
6	Elastyczne ramię typu „gęsia szyja” zapewniające duży zakres ruchowy		
7	Ilość źródeł światła – min. 8 diod LED		

8	Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux		
9	Temperatura barwowa – min. 4.500 K		
10	Średnica pola roboczego d ₅₀ – d ₁₀ : 270 – 140 mm		
11	Współczynnik odwzorowania barw Ra: 97		
12	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 96		
13	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100%		
14	Wgłębność L1+L2 (20%) – 202 cm, (60%)-130cm		
15	Pobór mocy – 15 W		
16	Waga do 14 kg		
17	Żywotność źródła światła min. 50.000 godz.		
18	Włączanie, wyłączanie i regulacja natężenia za pomocą sterownika na czaszy lampy		

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną o wskazanych parametrach.

W związku z powyższym zmianie ulega odpowiedź na pytanie 16, lit. d, której zamawiający udzielił w dniu 06.05.2025 r.

Pytanie nr 16:

Pakiet 6, poz. 2- Lampa diagnostyczna bezcieniowa

- d) dot. poz. 10 tabeli Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o głębokości oświetlenia L1+L2 dla 60%- 130cm, L1+L2 dla 20%- 202 cm?

Odpowiedź:

- d) Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o głębokości oświetlenia L1+L2 dla 60%- 130cm, L1+L2 dla 20%- 202 cm

Zamawiający udostępnia zaktualizowany **Załącznik nr 1a do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy**. Wszelkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Prokurent
Sabina Jasińska