



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110

NIP 657-21-87-534

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl

szpital@morawica.com.pl

centrala

lżba Przyjęć

fax

(41) 36 41 399

(41) 36 41 302

(41) 36 41 299



Morawica, dnia 20.02.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 20.02.2025 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora”, Nr postępowania EZP-252-2/2025.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Informujemy, że w odpowiedziach udzielonych w dniu 18.02.2025 są informacje wzajemnie się wykluczające i nie pozwalające na złożenie prawidłowej oferty.

Poniżej wyjaśnienie:

Pytanie nr 5 Część 2:

W jakim materiale badanym Zamawiający wykonywać będzie oznaczenia glukozy - w surowicy, w moczu czy w obu tych materiałach?

Odpowiedź:

Oznaczenie glukozy będzie wykonywane w surowicy i w moczu.

Pytanie nr 17

Dotyczy Części nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką metodą będzie wykonywał oznaczenia glukozy. Czy Zamawiający będzie wykonywał ten parametr także w moczu i czy będzie go oznaczał metodą z heksokinazą?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia glukozy metodą oksydazy glukozy i peroksydazy (GOD-POD) i będzie wykonywał ten parametr także w moczu.

Glukoza metodą GOD-POD jest przeznaczona do oznaczania stężenia glukozy w surowicy i osoczu.

Glukoza z heksokinazą jest przeznaczona do oznaczania stężenia glukozy w surowicy, osoczu i moczu.

Niemożliwe jest zaproponowanie jednej glukozy zgodnej z wymaganą metodą, a zarazem dającą możliwość oznaczeń z moczu. W załączniku przesyłam ulotki produktowe do glukozy HK i GOD-POD.

Zwracamy się z wnioskiem o ponowne wyjaśnienie odpowiedzi w przedmiotowym zakresie i ostateczną decyzję zamawiającego jakiego produktu wymaga.

Obecny kształt wymagań nosi znamiona postępowania obarczonego błędem i nie pozwala na złożenie w pełni prawidłowej oferty żadnemu z wykonawców.

Odpowiedź:

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że będzie wykonywał oznaczenia glukozy metodą heksokinazy i będzie wykonywał ten parametr także w moczu.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu 20.02.2025 r.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy
Piotr Kiełbowski