

Szczecin, 28.04.2025 r.

A-ZP.381.24.2025.AKZ

informacja na stronę internetową

WYJAŚNIENIA do SWZ nr 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego: Zamrażarka niskotemperaturowa, Chłodziarka laboratoryjna
- zakup jest finansowany ze środków projektu badawczego pt. "Wpływ wyczerpania immunologicznego i zmian w metylomie na rezerwuuar latentengo HIV-1 w zależności od subtypu wirusa", na podstawie Umowy nr UMO-2024/53/B/NZ6/03743 zawartej z Narodowym Centrum Nauki.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Część nr 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

- Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
- Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?
- Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?
- Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
- Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź 1

- Urządzenie będzie umieszczone na I. piętrze.
- Budynek nie jest wyposażony w windę.
- Tak.
- Wysokość otworu drzwiowego docelowego pomieszczenia wynosi 200cm, szerokość wynosi 90cm.
- W opinii zamawiającego brak ograniczeń architektonicznych.

Pytanie 2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z systemem dwurdzeniowym- układ dwóch kompresorów pracujących razem i równolegle a w przypadku awarii jednego kompresora drugi podtrzyma pracę zamrażarki na poziomie -70 C. Zużycie energii jest na poziomie 8,3 kW/24h przy pełnym załadunku.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu Certyfikatu – Energy Star i Zero Waste to Landfill, certyfikat ACT My Green Lab).

Zużycie energii w modelu który chcemy zaproponować jest na poziomie 8,3 kW/24h przy pełnym załadunku.

W zakładach wdrożony jest system ISO 14001 oraz ISO 45001

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

dr Marcin Borek
Kancelarz
/podpisano podpisem kwalifikowanym
elektronicznym/