

Wałbrzych, dnia 20.01.2025 r.

DZPZ-530 - Zp/70/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa angiografu w ramach realizacji zadania pn.: "Poprawa bazy leczniczej" oraz adaptacja budowlano – techniczna pomieszczenia do angiografu.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy pkt 121 zał nr 1 do SWZ

Prosimy o podanie jakiej firmy system IVUS oraz FFR Zamawiający posiada oraz w jakiej konfiguracji tj. na niezależnym wózku czy na szynach akcesoryjnych stołu.

Odp.:

IVUS:

Abbot skonfigurowany z angiografem

Makoto na wózku

Volcano I skonfigurowany z angiografem

Acist - wózek

Volcano II - wózek

FFR:

Abbot skonfigurowany z angiografem

Acist szyny akcesoryjne stołu

Volcano I skonfigurowany z angiografem

Volcano II wózek

Procardia -wózek

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Tabela z parametrami – Pkt 163

163.	Integracja z systemem RIS/PACS Szpitala	Tak	Bez oceny
-------------	--	------------	------------------

Prosimy o wskazanie dostawcy oraz nazw systemów z jakimi Zamawiający wymaga integracji.

Odp.: Dostawca: Resquemed, system: Infinet.

Zatwierdzam:

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941