



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki



Warszawa, dnia 29.04.2025 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do plazmowego czyszczenia podłoży - nr postępowania F2/40/2025/ZP.

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2), tj. wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu ofertę złożył Wykonawca: PIE Scientific LLC, 3209 Whipple Rd., Union City, CA 94587, USA.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Oferta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ w punktach:

- 13.4 - Wyposażona w klatkę Faradaya – Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „ *No, Since Tergeo-Plus has true downstream mode with remote source, there is no need to have faraday cage because the samples are not exposed to plasma or rf field in the downstream mode.*”
(*Nie, ponieważ Tergeo-Plus ma prawdziwy tryb downstream ze zdalnym źródłem, nie ma potrzeby stosowania klatki Faradaya, ponieważ próbki nie są narażone na działanie plazmy lub pola RF w trybie downstream*)

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



**KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY**



**Rzeczpospolita
Polska**

**Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU**



Strona 1 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805 | imif.lukasiewicz.gov.pl
AE: PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl
NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918, BDO: 000505091
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001

- 16.7 - Regulator ciśnienia tlenu do butli ze sprężonym gazem. Z zaworem odcinającym i ¼" złączem do rurek sprężonych. Wyjście 0-50PSI - Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „ *No, please purchase it locally within Poland for compliance*”
(*Nie, należy zakupić go lokalnie w Polsce, aby zachować zgodność z przepisami*)
- 16.8 - Regulator ciśnienia argonu do butli ze sprężonym gazem z zaworem odcinającym i ¼" złączem do rurek sprężonych. Wyjście 0-50PSI - Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „ *No, please purchase it locally within Poland for compliance*”
(*Nie, należy zakupić go lokalnie w Polsce, aby zachować zgodność z przepisami*)
- 16.9 - Regulator ciśnienia azotu do butli ze sprężonym gazem z zaworem odcinającym i ¼" złączem do rurek sprężonych. Wyjście 0-50PSI - Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „ *No, please purchase it locally within Poland for compliance*”
(*Nie, należy zakupić go lokalnie w Polsce, aby zachować zgodność z przepisami*).