

Wałbrzych, dnia 10.01.2025r.

DZPZ-530-Zp/86/TP/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa kardiomonitorów i defibrylatora na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego – Zp/86/TP/24.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakietu 1 pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wymiarach 342x242x196mm? Są to niewielkie różnice względem oczekiwań Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pakietu 1 pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości instalacji dodatkowej baterii?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. pakietu 1 pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ekranem o rozdzielczości 800x600?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozdzielczości ekranu 1024x800 z ekranem 12 cali, zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 4 dot. pakietu 1 pkt 7 i 10.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. pakietu 1 pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z uchwytem na szynę z koszykiem na akcesoria zamiast pojemnika na akcesoria w obudowie monitora?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. pakietu 1 pkt 12.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zapisem krzywych dynamicznych z 48 godzin ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pakietu 1 pkt 21.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z czasem pomiaru NIBP : 85-120 s?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czasu pomiaru nieprzekraczającego 45 s, zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 8 dot. pakietu 1 pkt 28.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z dokładnością pomiaru PI +/- 0,2 %?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. pakietu 1 pkt 29.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez pomiaru częstości oddechu na podstawie SpO2 ? Pomiar częstości oddechów realizowany na podstawie EKG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 10 dot. pakietu 1 pkt 35.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z czasem odświeżania ST 12 s?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czasu odświeżania ST maks. 10 s, zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 11 dot. pakietu 1 pkt 38.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem częstości HR w zakresie 15 – 350 / min?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. pakietu 1 pkt 51.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z uchwytem na szynę z koszykiem na akcesoria zamiast miejsca na akcesoria w obudowie monitora?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga koszyka na akcesoria w obudowie, zgodnie z opisem w SWZ.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Adam Szkudlarek