

Katowice, 08.01.2025 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

Oznaczenie sprawy: 01/TP/D-LABOR/12/2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 07.01.2025 r.

Dotyczy pakietu 1:

PYTANIE 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o innej objętości niż wymagana tj. 12x2 ml do oznaczania czasu protrombinowego z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o innej objętości niż wymagana tj. 5x1 ml osocza kontrolnego P z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o innej objętości niż wymagana tj. 5x1 ml osocza kontrolnego N z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o innej objętości niż wymagana tj. 25 ml (25 mM) chlorku sodu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o innej objętości niż wymagana tj. 12x2 ml odczynnika do oznaczenia APTT z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 6. Czy Zamawiający może doprecyzować czy program kontroli jakości dotyczy zewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli np. Randox?

ODPOWIEDŹ: Dotyczy kontroli wewnętrznej, archiwizacja uzyskanych wyników w pamięci koagulometru. Zakresy dopuszczalnych wartości osoczy kontrolnych wprowadzane kodami kreskowymi.

PYTANIE 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostawy częściowej w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni ? Uzasadnienie: 1 dzień dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego terminu dostawy.

Patrz zapis w SWZ pkt. XXII Uwaga lit. a. Termin dostawy liczony jest od następnego dnia, w którym złożono zamówienie (dni robocze – patrz odpowiedni zapis w projekcie Umowy), minimalny termin 1 dzień, maksymalny 5 dni a więc zakres terminu dostawy mieści się w przedziale czasowym próśby Wykonawcy.

PYTANIE 8. Czy w Pakiecie 10 poz.1 Zamawiający dopuści test o wykrywalności: GDH - 1 ng/ml; toksyna A - 2 ng/ml; toksyna B-7 ng/ml, czułość GDH 95,10% TOXIN A - 94,30% TOXIN B - 91,80%? Wielkość opakowania 10 szt – prosimy o możliwość zaoferowania po odpowiednim przeliczeniu.

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 9. Prosimy o wydzielenie poz. 2 z Pakietu 10 do odrębnego pakietu bądź też umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu 10. Umożliwi to zwiększenie konkurencyjności asortymentowej, gdyż pozostawienie tej pozycji w pakiecie ogranicza liczbę wykonawców. Asortyment zgromadzony w w/w pozycji jest odrębnym rodzajem asortymentu o innym przeznaczeniu i sposobie wy-konania niż asortyment w pozostałych pozycjach, w których wyspecyfikowane są testy immuno-chromatograficzne.

ODPOWIEDŹ: NIE, pakiet stanowi niepodzielną całość.

PYTANIE 10. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 10 poz. 3 testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę.

ODPOWIEDŹ: DOPUSZCZAM

PYTANIE 11. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 10 poz. 3 testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 25 szt. lub w opakowaniach indywidualnych x 1 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę.

ODPOWIEDŹ: DOPUSZCZAM

PYTANIE 12. Czy w Pakiecie 10 poz. 6 Zamawiający dopuści test z czasem odczytu 10 minut?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 13. Czy w Pakiecie 10 poz. 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli dołączanych nieodpłatnie osobno do każdego opakowania zestawu, wraz z dostawą każdego opakowania?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 14. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 10 poz. 7 testu konfekcjonowanego w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę.

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 15. Czy w pakiecie 10 poz. 7 Zamawiający dopuści test wykrywający przeciwciała (IgG, IgM i IgA) we krwi surowicy i osoczu?


ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 16. Czy w Pakiecie 10 poz. 8 Zamawiający dopuści test wykrywający na osobnych prążkach SARS-CoV-2, grypę A/B i RSV z odczytem wyniku 12 minut?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 17. Czy w Pakiecie 11 Zamawiający dopuści test o czułości: AMP 300ng/ml, OPI 100ng/ml, MET 300ng/ml?

ODPOWIEDŹ: TAK

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy

mgr/MBA Tomasz Broda