



Poznań, 12.05.2025 r.

Oznaczenie sprawy: TP-39/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę 6 sztuk pomp objętościowych,
i 1 sztuki lampy diagnostyczno-zabiegowej**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczno - zabiegową, której wskaźniki Ra i R9 wynoszą 97? To tylko 2 punkt mniej niż zamawiający wymaga, a ludzkie oko nie jest w stanie odróżnić różnicy przy wartościach 95+.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2

Część 2 i 3

Dotyczy §1 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności dostarczenia dokumentacji serwisowej dla części 2 i 3. Dokumentem przeznaczonym dla użytkownika jest instrukcja obsługi dostarczana standardowo wraz z urządzeniem. Instrukcja obsługi zawiera wszelkie dane przeznaczone dla użytkownika, dotyczące funkcjonowania i eksploatacji sprzętu jak również wytyczne dot. postępowania w sytuacji awarii sprzętu. Jedynym upoważnionym podmiotem mogącym wykonywać czynności serwisowe jest autoryzowany serwis, ingerencja innych podmiotów wiąże się z utratą gwarancji na dostarczony sprzęt.

Odp.: Zamawiający odstępuje od konieczności dostarczenia, wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, dokumentacji serwisowej dla części nr 1 i części nr 2.

Sporządziła: Beata Tyłska

