

ZP.1.2025

Jelcz-Laskowice, dnia 30.04.2025 r.

**Zamawiający:**

**Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.**  
**ul. Bożka 13,**  
**55-220 Jelcz-Laskowice**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania pn. **Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej w podziale na 7 zadań**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

w odpowiedzi na prowadzone przez Państwa postępowanie dotyczące zakupu sprzętu, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania:

Część 4:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści stół o następujących parametrach:

- nachylenie podglówka regulowane ręcznie od +40° do -70°
- tapicerka o grubości 50 mm
- maksymalne obciążenie: 180 kg
- wymiary powierzchni leżącej: 202 x 69 cm
- regulacja wysokości: 48 - 96 cm

Wskazane parametry przez Zamawiającego cechują stół jednego dostawcy na rynku i dla potrzeb zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie ww. parametrów, które nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania. W związku z powyższym zmodyfikowano załącznik nr 1a do SWZ w powyższym zakresie (zadanie 4, poz. 2 – kozetka lekarska elektryczna).

---

Data i podpis