

Łębork, 27.02.2025 r.

ZP.261.05.2025

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-bb70688e-d862-4d79-a53f-a7839aa50757

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „**Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Łęborku – dostawa tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej**”. Znak sprawy: ZP-PN/UE/05/25

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie z dnia 14.02.2025 r.

1. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia.**

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz

licencji lub kluczy serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępny serwis. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany *vendor lock-in*, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających^[1], w której czytamy, że *„przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiającego nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”*.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, **UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów, licencji lub kluczy serwisowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu urządzenia)**. Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że: *„nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji interfejsów nie prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu”*.

^[1] Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws_zamowiec584_na_syst_emy_informatyczne.pdf

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych^[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi licencjami, kluczami i dostęпами serwisowymi**, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu danego producenta.

^[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § ... ust. ... jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, których brak po upływie gwarancji uniemożliwiałoby lub utrudniałoby Nabywcy dostęp do opcji serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibrację, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia, przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Nabywcę z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Nabywcy wszelkie kod, licencje lub klucze serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Nabywcy dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie ww. usług serwisowych.. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub odnowienia ww. licencji, kluczy serwisowych lub kodów serwisowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi licencjami lub kluczami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełny dostęp do funkcjonalności zaimplementowanych w urządzeniu i pozwalających w sposób nieograniczony na wykonywanie procedur serwisowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej i instrukcji urządzenia na potrzeby świadczenia usług serwisowych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego

przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze, m.in. takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia. Zamawiający modyfikuje § 4 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści: **„Wykonawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 4 ust. 1 jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności konieczności dokupienia kodów, licencji, kluczy serwisowych, których brak po upływie gwarancji uniemożliwiałoby lub utrudniałoby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub realizację usług serwisowych sprzętu takich jak: przeglądy techniczne, testy bezpieczeństwa, testy jakości obrazowania, konfiguracje ustawień, kalibracje, diagnostykę, naprawy, wymiany podzespołów, montaż lub demontaż urządzenia, przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy – na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody, licencje lub klucze serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do wszelkich opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie ww. usług serwisowych. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany lub odnowienia ww. licencji, kluczy serwisowych lub kodów serwisowych.”**

Pytania z dnia 18.02.2025 r.

1. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 1 ust. 19 Załącznika nr 4 do SWZ do treści: „Wykonawca oświadcza, iż pracownicy realizujący przedmiot umowy w zakresie robót budowlanych: prace rozbiórkowe, czynności związane z pracami murarskimi, tynkarskimi, malarskimi, układaniem instalacji i sieci elektrycznych i niskoprądowych oraz sanitarnych, spawaniem, montażem urządzeń i wyposażenia, kierowaniem pojazdami, zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą one bezpośrednio wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej. Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. kierowników budowy, kierowników robót, projektantów różnych branż, dostawców materiałów budowlanych i innych materiałów, operatorów sprzętu budowlanego oraz innych osób wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 1 ust. 19 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, do treści proponowanej przez Wykonawcę.

2. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 2 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ do treści: „Dostawa sprzętu nastąpi transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do miejsca użytkowania (Pracownia Tomografii Komputerowej - budynek główny, parter) z usługą wniesienia i montażu. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, paszport techniczny, gwarancję i inną niezbędną dokumentację w języku polskim, jeżeli jest wymagana. W przypadku, gdy oryginalny dokument producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie.”

Uzasadnienie: Ze względu na gabaryty urządzenia może wystąpić potrzeba wprowadzenia go przed zakończeniem prac adaptacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 2 ust. 2 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, do treści proponowanej przez Wykonawcę.

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wolną licencję do systemu RIS/PACS firmy Alteris, którą będzie można wykorzystać do podłączenia nowego urządzenia.

Odpowiedź: Po odłączeniu starego urządzenia TK zwolni się jedna licencja do systemu RIS/PACS, którą będzie można wykorzystać. Natomiast Wykonawca powinien pokryć ewentualne koszty rekonfiguracji systemu radiologicznego do współpracy z nowym aparatem.

4. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czasów szkoleń podanych w par. 3 ust. 9 i 10 oraz par. 4 ust. 2 oraz Cz. IX Załącznika nr 1A do SWZ (rodzaj szkoleń, podanie ilości godzin dla każdej grupy – lekarze, technicy).

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy § 3 ust. 9 i 10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający zmienia § 4 ust. 2 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ oraz pkt. 125 w Części IX Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ na następujący: „Wykonawca zapewni szkolenie specjalistyczne dla

lekarzy i techników z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej:

- 1) 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu,***
 - 2) 5 dni x 7 godz. po odbiorze aparatu przez Sanepid Radiacyjny,***
- w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”***

5. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 7 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ do treści: „Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy w okresie od przekazania terenu budowy do odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne, przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzane przez inspektora nadzoru.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 7 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ do treści: „Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrządzone z winy Wykonawcy w okresie od przekazania terenu budowy do odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie te szkody i jeśli to konieczne, przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzane przez inspektora nadzoru.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 7 ust. 8 Załącznika nr 4 do SWZ do treści: „Zmiany personelu po stronie Wykonawcy, w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania, mogą mieć miejsce wyłącznie na jego pisemny, umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy muszą odpowiadać wskazanym przez Zamawiającego w cz. VII SWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.” oraz wykreślenie dalszej części wskazanego paragrafu, Zamawiający nie może kształtować polityki kadrowej Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 7 ust. 8 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, do treści proponowanej przez Wykonawcę.

8. Wykonawca prosi o obniżenie kar wskazanych w par. 8 ust. 2 pkt 6) i 7) do wysokości 500 zł, wysokość podana przez Zamawiającego jest zdaniem Wykonawcy wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o określenie, czy demontaż ma zostać przeprowadzony w sposób umożliwiający późniejsze zmontowanie urządzenia, czy w sposób, aby można było urządzenie zutylizować. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy w zakres zamówienia wchodzi również utylizacja starego TK, czy jedynie demontaż.

Odpowiedź: Demontaż urządzenia ma zostać przeprowadzony w sposób umożliwiający późniejsze zmontowanie i użytkowanie aparatu TK, wraz z przeniesieniem części aparatu w miejsce wskazane przez Dział Techniczny na terenie Szpitala. Utylizacja aparatu TK - nie dotyczy. Utylizacja odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych i montażowych - w zakresie i na koszt Wykonawcy.

Pytania z dnia 24.02.2025 r.

1. Dotyczy SWZ, rozdział IV pkt. 1

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. tomografu komputerowego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego, a tym bardziej usług?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia w katalogu lub innym równoważnym dokumencie parametrów technicznych wymienionych w Części I-VII Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ.

2. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji przedstawienia ceny i dokonania podziału pozycji w nim zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, został opracowany w taki sposób, aby Wykonawca podał wartość netto, brutto oraz stawkę VAT odrębnie dla dostaw i robót budowlanych oraz ogólną wartość oferty brutto. Jeżeli w ramach dostawy lub roboty budowlanej również zachodzi konieczność zróżnicowania stawki VAT, Wykonawca może dokonać modyfikacji przedstawienia ceny i dokonać podziału

pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ, rozdział X, pkt. 130

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w.w zapisu na: *"Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotów zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych."*?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: *„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy*

w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy SWZ

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania¹ przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

¹- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odpowiedź: Tak, będzie taka możliwość dla ustalonych adresów IP.

6. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego

organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu ochronę interesów podwykonawcy (dostawcy sprzętu medycznego) nie będącego podwykonawcą robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania z dnia 25.02.2025 r.

1. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy artykuł 29 ustęp 4 prawa budowlanego, prosimy o wykreślenie wymogu pkt dotyczącego wykonania projektów budowlanych i nadzoru nad pracami budowlanymi kierowników wszystkich branż. Pracę adaptacyjną będą polegać na wymianie aparatu TK (RTG) i odświeżania ścian w pracowni i pomieszczeniach jej przyległych. Postawienie tego zbędnego wymogu wykonawcy wygeneruje on dodatkowe koszty które wykonawca będzie musiał uwzględnić ten koszt w swojej ofercie co w rezultacie będzie niekorzystne pod względem mm finansowym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Roboty budowlane mają być zaprojektowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca prosi o wskazanie, jaki system RIS/PACS posiada Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający posiada system radiologiczny Alteris RIS/PACS.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty wszystkich zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami.