

ZP.261.04.2025

Łębork, 06.03.2025 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-96a127a0-420c-4b37-bc81-4819997c1dff

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Bloku Operacyjnego.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy części nr 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT i TOT

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami.

Odp. Zamawiający dopuszcza taśmy podcewkowe o w/w parametrach.

2. Dotyczy części nr 5, poz.2

Czy Zamawiający dopuści

Prowadnice wielorazowe do przezasłanowej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał - stal i aluminium., grubość igły - 4 mm, długość całkowita- 200 mm, długość uchwytu: 125 mm. komplet 2 szt. (prawa i lewa).

Odp. Zamawiający dopuszcza przewodnice wielorazowe do przezzasłonowej implantacji taśmy o w/w parametrach.

3. Dotyczy części nr 8

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści

Worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia, pojemność 200ml. wymiary 90mm x 120 mm, długość 180 mm, długość przewodnika (tuleja) 275 mm do trokara 10 mm oraz worki o pojemności 400ml, wypychacz z uchwytem na dwa palce obręcz z pamięcią kształtu otwarcia?

Odp. Zamawiający dopuszcza worek do ewakuacji narządów o w/w parametrach.

4. Dotyczy części nr 21

Zawracamy się do Państwa jako przedstawicieli Zamawiającego o dopuszczenie produktu

- Mankiet uciskowy na udo o długości roboczej 115 cm× szer. 12 cm kompatybilny z urządzeniem do znieczulania odcinkowego
 - Mankiet uciskowy na ramię, dwukomorowy o długości roboczej dł. 61 cm lub 78 cm × szer. 12 cm kompatybilny z urządzeniem do znieczulania odcinkowego
- Spełniają warunek kompatybilności z posiadanym podwójnym zasilaczem regulowanych opasek zaciskowych firmy CHM Lewickie typu 30.0021.300 SM216

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Dotyczy części nr 21

Zawracamy się do Państwa jako przedstawicieli Zamawiającego o dopuszczenie produktu

- Mankiet uciskowy na udo o długości roboczej 115 cm× szer. 12 cm kompatybilny z urządzeniem do znieczulania odcinkowego
 - Mankiet uciskowy na ramię, dwukomorowy o długości roboczej dł. 61 cm lub 78 cm × szer. 12 cm kompatybilny z urządzeniem do znieczulania odcinkowego
- Spełniają warunek kompatybilności z posiadanym podwójnym zasilaczem regulowanych opasek zaciskowych firmy CHM Lewickie typu 30.0021.300 SM216

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Dotyczy zadania nr 34 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

Odp. Tak Zamawiający oczekuje.

7. Dotyczy zadania nr 34 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wkłuć lędźwiowych, spełniającego wymagania SWZ, jednakże w którego składzie w zamian za igłę 22G 1 1/4 (0,7x30 mm), jest igła 22G 1 1/4 (**0,7x32 mm**)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wkłuć lędźwiowych, spełniającego wymagania SWZ, jednakże w którego składzie w zamian za igłę 22G 1 1/4 (0,7x30 mm), jest igła 22G 1 1/4 (0,7x32 mm).

8. Dotyczy pakietu 18

Czy zamawiający zgodzi się na poniższe rozwiązanie, które w wielu punktach w znacznym stopniu przewyższa wyspecyfikowane pierwotnie parametry:

Igła laparoskopowa do punkcji pęcherzyka żółciowego z końcówką luer śr. 3 mm, dł. 345 mm
elektroda monopolarna haczykowa, jednoczęściowa, ergonomiczna, rękojeść z przyłączem do HF, część robocza w kształcie litery L wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 340 mm
Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z dwustopniowym zaworem, śr. 5mm, dł. robocza 290 mm – 344mm.
Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 3 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5mm, dł. Rob. płaszcz 330 mm
Kleszczyki chwytające uniwersalne z rowkowanymi szczękami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 3 częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną

rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. Rob. płaszcza 330 mm
Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 3 częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. Robocza płaszcza 330 mm
Kleszczyki laparoskopowe obrotowe wielorazowego użytku średnica 5 mm, długość robocza płaszcza 330 mm, monopolarne, chwytające, rozbieralne. Rączka z systemem zatraskowym umożliwiającym jego pełną dezaktywację za pomocą przycisku/dźwigni (krokodyl)
Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne - 3 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę śr. 5 mm, dł. robocza płaszcza 330 mm

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego rozwiązania.

9. Dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższe rozwiązanie, które w wielu punktach w znacznym stopniu przewyższa wyspecyfikowane pierwotnie parametry:

Optyka laparoskopowa UHD, 30°, średnica 10 mm, Długość robocza 305 mm, obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, Oznaczenie kolorystyczne optyki, Oznaczenie kolorystyczne I numeryczne kompatybilności światłowodu, Oznaczenie graficzne jakości UHD oraz oznaczenie graficzne możliwości użycia do diagnostyki NIR, Oznakowanie QR lub data Matrix bezpośrednio na optyce, Możliwość sterylizacji w autoklawie w 134°C wraz z koszem do transportu, przechowywania i sterylizacji.

Optyka laparoskopowa UHD, 0°, średnica 10 mm, Długość robocza 305 mm, obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, Oznaczenie kolorystyczne optyki, Oznaczenie kolorystyczne I numeryczne kompatybilności światłowodu, Oznaczenie graficzne jakości UHD oraz oznaczenie graficzne możliwości użycia do diagnostyki NIR, Oznakowanie QR lub data Matrix bezpośrednio na optyce, Możliwość sterylizacji w autoklawie w 134°C, wraz z koszem do transportu, przechowywania i sterylizacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenia powyższego rozwiązania.

10. Dotyczy części nr 28 pkt.1 – osprzęt do diatermii

Punkt nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4 mm, wielorazowy (do 300 cykli sterylizacji) z nierozłącznym kablem o dł.4m z przyciskami cięcie/koagulacja?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4 mm, wielorazowy (do 300 cykli sterylizacji) z nierozłącznym kablem o dł.4m z przyciskami cięcie/koagulacja.

11. Dotyczy zadania nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 :

w pozycji 1: taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μ m; porowatość max.: 2314 μ m; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μ m, gramaturze 48g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, trzy markery w środkowej części ułatwiające fiksację taśmy jeden centralny na całej szerokości taśmy - wyznaczający środek taśmy dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek - oznaczające miejsce fiksacji przy użyciu nici

Odp. Zamawiający dopuszcza taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o w/w parametrach.

12. Dotyczy zadania nr 5 poz.1; czy Zamawiający wymaga, aby:

brzegi taśmy były gładkie bez palczastych wypustek, co znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań, takich jak erozje i wpływa na bezpieczeństwo zabiegu, aby taśma posiadała plastikową osłonkę co zapewnia sterylność, zapobiega zakażeniom, a także zmniejsza urazowość tkanek podczas implantacji; aby była wykonana w technologii quadriaxial, która charakteryzuje się: geometrią romboidalną, włóknami skośnymi, podwójną nicią wzmacniającą, co zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach oraz zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

13. Dotyczy zadania nr 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 : w pozycji nr 2:

igły przezasłonowe spiralne, komplet (prawa i lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do przezasłonowej implantacji taśmy o

parametrach: długość całego narzędzia 320 mm, długość igły 210 mm, średnica igły 4 mm, długość rączki 110 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy części nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5, poz. 1?

Jednorazową, całkowicie niewchłaniającą, sterylną taśmę w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka; gramatura 45g/m²; grubość 0,34 mm; szerokość 1,1 cm; końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonięte.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy części nr 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5, poz. 2?

Prowadnice wielorazowe do przezzasłonowej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał – stal chirurgiczna. Długość całkowita 200 mm; długość uchwytu ok. 120 mm; komplet 2 szt. (prawa i lewa).

Odp. Zamawiający dopuszcza prowadnice wielorazowe do przezzasłonowej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał – stal chirurgiczna. Długość całkowita 200 mm; długość uchwytu ok. 120 mm; komplet 2 szt. (prawa i lewa).

16. Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający dopuści w części nr 8?

Worek do ewakuacji narządów wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile 5N/cm pojemność 200ml - średnica 60 mm, szerokość 95 mm, długość 195 mm, długość prowadnika ok 400 mm do trokara 10 mm

lub

pojemność 400ml - średnica 83 mm, szerokość 130 mm, długość 195 mm, długość prowadnika ok 400 mm do trokara 10 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza worek do ewakuacji narządów wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile 5N/cm pojemność 200ml - średnica 60 mm, szerokość 95 mm, długość 195 mm, długość prowadnika ok 400 mm do trokara

10 mm lub pojemność 400ml - średnica 83 mm, szerokość 130 mm, długość 195 mm, długość prowadnika ok 400 mm do trokara 10 mm

Czy Zamawiający oczekuje worków z wypychaczem (standard) czy worków typu Retriever Bag z uchwytem nożycowym na dwa palce?

Odp. Zamawiający oczekuje worków z wypychaczem (standard).

17. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z części nr 10 poz. 1, 2, 3, 4, 5?

Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty

Odp. Zamawiający informuje, że od 2021 roku nie ma technicznej możliwości tworzenia nowych części (pakietów) w ogłoszonym postępowaniu. System e-zamówienia uniemożliwia dodawanie części w trwającym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie wydzieli z części 10 poz. 1, 2, 3, 4, 5.

18. Dotyczy części nr 10 poz.1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 10?

Poz. 1

Jednorazowy trokar 10-11 mm – pozostałe parametry jak w opisie Zamawiającego

Odp. Zamawiający dopuszcza jednorazowy trokar 10-11 mm- pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Poz.2

Jednorazową kaniulę 10-11 mm – pozostałe parametry jak w opisie Zamawiającego

Odp. Zamawiający dopuszcza jednorazową kaniulę 10 – 11 mm – pozostałe parametry zgodne z SWZ.

19. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z części nr 12 poz. 1 i 2 do odrębnego pakietu.

Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty

Odp. Zamawiający informuje, że od 2021 roku nie ma technicznej możliwości tworzenia nowych części (pakietów) w ogłoszonym postępowaniu. System e-zamówienia uniemożliwia dodawanie części w trwającym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie wydzieli z części 12 poz. 1 i 2.

20. Dotyczy części nr 43 pkt.2

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie elektrod z funkcją ssania w rozmiarze 3,5mm, długości roboczej 135mm, kącie 30 i/lub 50 stopni wykorzystywanych w procedurach artroskopowych? Oferowane elektrody zaopatrzone są w 3 przyciski na rękojeści, służące do zmiany ustawień. Elektrody bipolarne służą do cięcia oraz koagulacji z możliwością zmieniania poziomów ustawień. Elektroda sterylana, jednoczęściowa z wbudowanym przewodem sterującym (3m). Posiada system rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody, co ma znaczący wpływ na minimalizację uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę. Istnieje możliwość wyginania elektrody w zakresie 0-45°.

Wykonawca zapewni użyczenie na czas trwania umowy kompatybilnej z elektrodami konsoli do waporyzacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy załącznika nr 7

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:

a. Pkt 1 z 1% na 0,5% niedostarczonego towaru

b. Pkt 3 usunięcie z uwagi na częściowe zdublowanie z pkt 1?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ w zakresie § 7. Zamawiający podkreśla, że kara umowna naliczana jest od wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, a nie od wartości brutto umowy. W § 7 ust. 1 pkt. 3 Zamawiający nie wskazuje sytuacji o której mowa w pkt. 1 więc zapisy się nie powtarzają.

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa.

22. Dotyczy załącznika nr 7

Czy Zamawiający dookreślił w §10 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty, oraz czy Zamawiający doda, iż w przypadku zwłoki w płatności to na Zamawiającym będą leżały koszty oddzielnego postępowania przed Sądem Polubownym?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odp. Zamawiający modyfikuje §10 ust. 3 oraz ust. 4 projektu umowy w następujący sposób: ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą podlegały mediacjom. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony sporu zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku obowiązującym w dniu złożenia wniosku o mediację”.

Ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.”

23. Dotyczy części nr 28 poz.8 - osprzęt do diatermii

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dwudzielną, owalną, o powierzchni całkowitej 168 cm², z pierścieniem okalającym pozwalającym na niekierunkową aplikację, z wyprowadzeniem do kabla ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Dotyczy części nr 29 poz.1 - osprzęt do diatermii Valleylab

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową , dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, z przewodem długości od 4,5 do 5,0 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, z końcówką nożową ?

Odp. Zamawiający dopuszcza uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową , dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, z przewodem długości od 4,5 do 5,0 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, z końcówką nożową.

25. Dotyczy części nr 29 poz.2 - osprzęt do diatermii Valleylab

Czy Zamawiający dopuści przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 2,5 cm, o długości przewodu 5,0m, kompatybilny z generatorem Valleylab ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

26. Dotyczy części nr 29 poz.3 - osprzęt do diatermii Valleylab

Czy Zamawiający dopuści bezpieczna elektrodę neutralną z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu przylegania i kompatybilne z generatorem Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta (opakowanie 100 szt.) ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Dotyczy części nr 29 poz.4 - osprzęt do diatermii Valleylab

Czy Zamawiający dopuści przewód do pincety bipolarnej o dł. 5m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab ?

Odp. Zamawiający dopuszcza przewód do pincety bipolarnej o dł. 5m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab.

28. Dotyczy części nr 29 poz.6 - osprzęt do diatermii Valleylab

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, typu kulkowa ze stali nierdzewnej, wielorazowa o średnicy 4 mm, o długości 50 mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 44 dopuści do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar)?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar).

30. Dotyczy części nr 24 poz.2

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności, w poz. 2 Zamawiający dopuści ostrza do pił oscylacyjnych o szerokości ostrza 19,05 mm kompatybilne z zestawem wiertarskim Conmed Linvatec PRO6125?

Odp. Zamawiający dopuszcza ostrza do pił oscylacyjnych o szerokości ostrza 19,05 mm kompatybilne z zestawem wiertarskim Conmed Linvatec PRO6125.

31. Dotyczy części nr 24 poz.3

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności, w poz. 3 Zamawiający dopuści ostrza do pił oscylacyjnych o szerokości ostrza 25,40 mm kompatybilne z zestawem wiertarskim Conmed Linvatec PRO6125?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Dotyczy zadania nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści taśmę jak poniżej :

Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, Taśma bez osłonki, gdyż charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niską masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko

infekcji bakteryjnej, Wytwarzana jest techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Na obydwu końcach taśma zaopatrzona w uchwyty również z przędzy polipropylenowej monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m², szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm, bez znacznika środka.

Odp. Zamawiający dopuszcza taśmę o w/w parametrach.

33. Dotyczy zadania nr 5 poz.2

Czy zamawiający dopuści:

Specjalnie zaprojektowane wielorazowe aplikatory do przezzasłonowej implantacji taśmy, wykonane ze stali nierdzewnej pozwalają na bezpieczne wprowadzenie taśmy urologicznej do ciała pacjentki. Długość całkowita: 277 mm; długość uchwytu 102 mm. Komplet 2 szt. (prawa i lewa).

Odp. Zamawiający dopuszcza wielorazowe aplikatory do przezzasłonowej implantacji taśmy, wykonane ze stali nierdzewnej pozwalają na bezpieczne wprowadzenie taśmy urologicznej do ciała pacjentki. Długość całkowita: 277 mm; długość uchwytu 102 mm. Komplet 2 szt. (prawa i lewa).

34. Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego gdzie serweta podfoliowana-barierowa w rozmiarze 50x60cm z otworem 10cm, przylepiec dookoła otworu i przylepcami na rogach serwety jest o gramaturze min. 55 g/m² zamiast 56 g/m² 1 szt ? Wszystkie pozostałe elementy zestawu zgodnie z wymogami.

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw do wkłucia lędźwiowego gdzie serweta podfoliowana-barierowa w rozmiarze 50x60cm z otworem 10cm, przylepiec dookoła otworu i przylepcami na rogach serwety jest o gramaturze min. 55 g/m² zamiast 56 g/m² 1 szt. Wszystkie pozostałe elementy zestawu zgodnie z wymogami.

35. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (§2 ust. 2)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

36. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w § 7 ust. 1 pkt 1) wynosiła 0,5% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym podtrzymuje zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

37. Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający w części 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60; pojemność 200ml, średnica 50 mm, szerokość 90 mm, długość 190 mm, długość przewodu (tuleja) 225 mm do trokara 10 mm, wypychacz bez uchwytu na dwa palce pozwalający na głębsze włożenie tuleji, obręcz z pamięcią kształtu otwarcia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

38. Dotyczy części nr 3 pkt. 1 i 2

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie elektrod jednorazowych bipolarnych z wbudowanym przewodem sterującym (dł. 3m), sterylnych, automatycznie rozpoznawanych przez konsolę? Rękojeść elektrody zaopatrzona w trzy przyciski sterujące, służące do zmiany ustawień. Przycisk szary (kontrola mocy cięcia), przycisk żółty (kontrola uruchomienia cięcia), przycisk niebieski (kontrola uruchomienia koagulacji). Elektrody z i bez kanału ssącego. Możliwość wyginania elektrod (bez kanału ssącego) pod dowolnym kątem w zakresie 0-45 stopni. Średnica elektrod 2,5/3,5/4,0 mm. Posiada system rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody, co ma znaczący wpływ na minimalizację uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę. W asortymencie różne rodzaje elektrod do wyboru przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni użyczenie na czas trwania umowy kompatybilnej z elektrodami konsoli do waporyzacji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

39. Dotyczy części nr 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy o średnicy 26 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez

nowo utworzone zespole, liczba zszywek 20 szt., stapler ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, okrągłymi w przekroju. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, zakres zamknięcia zszywki: 1,6 – 2,4 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

40. Dotyczy części nr 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy o średnicy 29 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespole, liczba zszywek 24 szt., stapler ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, okrągłymi w przekroju. Dwa podwójne rzędy zszywek. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, zakres zamknięcia zszywki: 1,6 – 2,4 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

41. Dotyczy części nr 14 poz.3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy o średnicy 32 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespole, liczba zszywek 30 szt., stapler ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, okrągłymi w przekroju. Dwa podwójne rzędy zszywek. Wysokość zszywek przed zamknięciem 5,0 mm, zakres zamknięcia zszywki: 1,8 – 2,6 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

42. Dotyczy części nr 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości drutu, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,0 mm. Ruchoma dźwignia spustowa (odpalanie staplera na dwie strony). Zabezpieczająca pochewka na nóż, nóż chowa się w nią po odpaleniu. Oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Dotyczy części nr 15 poz.2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, opisanego w pytaniu do pozycji 1, ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

44. Dotyczy części nr 15 poz.3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości drutu, do tkanki zwykłej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm. Ruchoma dźwignia spustowa (odpalanie staplera na dwie strony). Zabezpieczająca pochewka na nóż, nóż chowa się w nią po odpaleniu. Oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Dotyczy części nr 15 poz.4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, opisanego w pytaniu do pozycji 3, ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Dotyczy części nr 15 poz.5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, opisanego w pytaniu do pozycji 6, ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

47. Dotyczy części nr 15 poz.6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 80 mm, ładunek zawierający dwie podwójne linie zszywek z nożem pomiędzy nimi. Nowy nóż w każdym ładunku. Zszywki okrągłe w przekroju na całej długości drutu, do tkanki zwykłej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm. Ruchoma dźwignia spustowa (odpalanie staplera na dwie strony). Zabezpieczająca pochewka na nóż, nóż chowa się w nią po odpaleniu. Oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

48. Dotyczy części nr 15 poz.7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, opisanego w pytaniu do pozycji 8, ładunki pakowane po 6 szt. w opakowania zbiorcze?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

49. Dotyczy części nr 15 poz.8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 80 mm, ładunek zawierający dwie podwójne linie zszywek z nożem pomiędzy nimi. Nowy nóż w każdym ładunku. Zszywki okrągłe w przekroju na całej długości drutu, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,0 mm. Ruchoma dźwignia spustowa (odpalanie staplera na dwie strony). Zabezpieczająca pochewka na nóż, nóż chowa się w nią po odpaleniu. Oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

50. Dotyczy części nr 15 poz.9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

51. Dotyczy części nr 15 poz.10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki zwykłej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

52. Dotyczy części nr 15 poz.11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Dotyczy części nr 45 poz.1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, artykulacja non-stop do 45 stopni w obie strony, pozostałe parametry wg SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

54. Dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

55. Dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 220 cm z wkładem chłonnym. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 220 cm z wkładem chłonnym. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230kg.

56. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm

- 10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa
- 10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa
- 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski
- 1 szt. Chwytnik metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer
- 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer
- 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm
- 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm
- 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

57. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączoną miską nerkowatą, która może służyć jako twardy blister?

- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)
- 1x Strzykawka 2-częściowa 2ml Luer
- 1x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer
- 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 10x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm
- 1x Pojemnik okrągły, poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

58. Dotyczy części nr 44

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wysokociśnieniowego o parametrach

- Niebisko-przezroczysta butelka wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa PVC
- Pojemność butelki 200ml

- Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia/wielkości podciśnienia początkowego równego 900 mbar
- Wysoki stopień dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie z dokładnością co 10ml do pełnej pojemności butelki
- Łącznik Large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową
- Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 – CH 18, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizującą
- Dwie wygodne klemmy zaciskowe typu przesuwne (od próżni i do wydzieliny)
- Własny, uniwersalny system podwieszenia
- Sterylny
- Podwójnie pakowany: zewnątrz folia/papier, wewnątrz folia

Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw do drenażu wysokociśnieniowego o w/w parametrach.

59. Dotyczy części nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na podanie ceny za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem podanych ilości.

60. Dotyczy części nr 17, 19, 20

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w części nr 17, 19, 20 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części nr 17 do 14 dni roboczych, a dla części nr 19 i 20 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

61. Dotyczy części nr 17

(Dot. części nr 17 załącznik nr 2 do SWZ arkusz asortymentowo - cenowy) Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności oferowanych elektrod bipolarnych w zestawie z optyką 26105BA, gdyż taka konfiguracja zestawu nie jest wskazana przez producenta oferowanych elektrod.

Odp. Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska zamiast 26105BA powinno być 26105FA.

62. Dotyczy części nr 19

(Dot. części nr 19 załącznik nr 2 do SWZ arkusz asortymentowo - cenowy) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza optykę artroskopową 30°, szerokokątną, o średnicy 4 mm, długości roboczej 180 mm razem z płaszczem artroskopowym, obrotowym o średnicy 6 mm, długości roboczej 135 mm, z szybkozłączem, 2 zaworami, obturatorem, pojemnikiem do sterylizacji optyk i zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że poszczególne elementy opisanego kompletu nie muszą być kompatybilne z osprzętem artroskopowym firmy Richard Wolf.

Odp. Zamawiający dopuszcza optykę artroskopową o w/w parametrach i potwierdza, że poszczególne elementy opisanego kompletu nie muszą być kompatybilne z osprzętem artroskopowym firmy Richard Wolf.

63. Dotyczy części nr 20

(Dot. części nr 20 załącznik nr 2 do SWZ arkusz asortymentowo - cenowy) Czy Zamawiający wymaga, aby wymagana kompatybilność oferowanych optyk histeroskopowych była potwierdzona w materiałach producenta posiadanych przez Zamawiającego płaszczy histeroskopowych 26040SL i 26050SL, które należy dołączyć do oferty?

Odp. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w materiałach producenta kompatybilności optyk histeroskopowych z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczykami histeroskopowymi. Zgodnie z zapisami arkusza asortymentowo cenowego, Wykonawca składając ofertę na w/w część potwierdza jednocześnie przedmiotową kompatybilność.

64. Dotyczy części nr 20

(Dot. części nr 20 załącznik nr 2 do SWZ arkusz asortymentowo - cenowy) Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści do zaoferowania druciany pojemnik przeznaczony do sterylizacji tylko jednego endoskopu (optyki), pozostałe wymogi bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania druciany pojemnik przeznaczony do sterylizacji tylko jednego endoskopu (optyki), pozostałe wymogi bez zmian.

65. Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 9

(Dot. wzoru umowy §1 ust. 9) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety z nazwą wyrobu w języku polskim dla wyrobów oferowanych w części nr 17, 19, 20 i dopuszczenie wyrobów niezbędne informacje w oryginalnym języku producenta, tj. j. angielskim. Zgodnie z obowiązującą

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust, 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących lakami posiadała etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym podtrzymuje zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

66. Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 1

(Dot. wzoru umowy §4 ust. 1) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę oferowanych wyrobów terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

67. Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 5

(Dot. wzoru umowy §4 ust. 5) W związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy, prosimy o wydłużenie terminu na wymianę reklamowanego towaru na wolny od wad do 20 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

68. Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 1.1

(Dot. wzoru umowy §7 ust. 1.1)) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie do 0,5% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym podtrzymuje zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

69. Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 1.2

(Dot. wzoru umowy §7 ust. 1.2)) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu odmowy dosatwy zamówionego towaru do 2,5% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym podtrzymuje zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

70. Dotyczy części nr 3 poz.1 - elektrody do waporyzatora

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1:

Elektroda bipolarna, 50 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130mm, owalna, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania w kształcie litery Y, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki sterujące: żółty (ablacja), niebieski z wypustką (koagulacja) oraz szary (zmiany poziomu ablacji).

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrodę biopolarną o w/w parametrach pod warunkiem, iż Wykonawca zapewni użyczenie na czas trwania umowy konsoli do waporyzacji.

71. Dotyczy części nr 3 poz.2 - elektrody do waporyzatora

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2:

Elektroda bipolarna, 90 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania w kształcie litery X, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką (koagulacja) oraz szary (zmiany poziomu ablacji).

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrodę biopolarną o w/w parametrach pod warunkiem, iż Wykonawca zapewni użyczenie na czas trwania umowy konsoli do waporyzacji.

72. Dotyczy części nr 19 - optyki artroskopowe

Czy Zamawiający dopuści:

Optyka artroskopowa HD 30°, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm. Optyka w pełni autoklawowalna. Dwukranikowy płaszcz do optyki w komplecie z konikalnym obturatorem, płaszcz o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatraskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. Kontener do sterylizacji optyk artroskopowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza optykę artroskopową o w/w parametrach.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).