

Warszawa, 4 grudnia 2024 r.

ADZ.261.37.2024

**Wykonawcy –
uczestnicy postępowania**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej progów unijnych realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Dostawy sprzętu laboratoryjnego: Zakup dostawa i instalacja urządzeń do mikromanipulacji w podziale na 2 zadania KPO11” (znak sprawy: ADZ.261.37.2024).

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz działając na podstawie art. 137 ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

W przypadku, gdy udzielona w ramach wyjaśnień odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi.
2. Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1.

Pytanie 1: Dotyczy Załącznika 1b do SIWZ

IV. WYMAGANIA DLA POMPY DO MIKROINIEKCJI Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM CIŚNIENIA - punkt: 4. „Regulacja ciśnienia wejściowego w zakresie co najmniej 0-150 PSI.”

Czy zamawiający dopuści pompę z regulacją ciśnienia wejściowego w zakresie 1-120 PSI?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Punkt IV. WYMAGANIA DLA POMPY DO MIKROINIEKCJI Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM CIŚNIENIA, w punkcie 4. otrzymuje brzmienie:

4.	Regulacja ciśnienia wejściowego w zakresie co najmniej 1-120 PSI .
----	---

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika 1b do SIWZ

IV. WYMAGANIA DLA POMPY DO MIKROINIEKCJI Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM CIŚNIENIA

Dotyczy pkt 8: „Regulacja podciśnienia wejściowego w zakresie co najmniej 0-760 mmHg.”

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie o parametrze 0-30.0" Hg?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana wartość jest taka sama, wyrażona jednak w innych jednostkach – dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika 1b do SIWZ

IV. WYMAGANIA DLA POMPY DO MIKROINIEKCJI Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM CIŚNIENIA

Dotyczy pkt 9: „Regulacja podciśnienia wyjściowego w zakresie co najmniej 5-750 mmHg.”

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie o parametrze 0.2-29.9" Hg?

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana wartość jest taka sama, wyrażona jednak w innych jednostkach – dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4.

Zwracam się z kolejną prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie do zał. 1b:

punkt IV, 19.4 - Czy zamawiający wyraża zgodę na uszczelkę do igieł o szerokości 1,65 mm zamiast 1,7 mm?

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, tym samym dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Punkt IV. WYMAGANIA DLA POMPY DO MIKROINIEKCJI Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM CIŚNIENIA, w punkcie 19, podpunkt 19.4. otrzymuje brzmienie:



19.4.	D. Uszczelka do igieł o szerokości w przedziale 1.65 mm - 1.7 mm – co najmniej 3 sztuki.
-------	---

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Załącznik nr 3 po zmianie z dn. 04.12.2024 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma.