



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dnia 18.02.2025 roku

FZP.II-241/11/25/ZO

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego pt. „Dostawa formaliny, benzyny aptecznej i wapna sodowanego”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,w kanistrach o gramaturze 5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści formalinę w op 20l z dodatkowym kranikiem ułatwiającym dozowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.