

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## ZAMAWIAJĄCEGO:

ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
W SZCZECINIE

NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE  
**W TRYBIE PODSTAWOWYM Z BEZ MOŻLIWOŚCI NEGOCJACJI**  
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE.

**DOSTAWA ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO W TECHNOLOGII  
4K Z MOŻLIWOŚCIĄ OBRAZOWANIA W PODCZERWIENI (IR)  
Z UŻYCIEM ZIELENI INDOCYJANINOWEJ  
WRAZ Z NARZĘDZIAMI LAPAROSKOPOWYMI.  
TP-50/24**

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.  
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(t.j. Dz.U z 2024 poz. 1320)



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin.
2. Numer telefonu: sekretariat – 91 42 51 409.
3. Adres poczty elektronicznej: [szpital@onkologia.szczecin.pl](mailto:szpital@onkologia.szczecin.pl)
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1032766>

**II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Dokumenty prowadzonego postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1032766>

<https://zcoszczecin.bip.gov.pl/>

**III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz.U z 2024 poz.1320) zwanej dalej „ustawą”.

**IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI.**

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

**V. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art 112 ust. 2 Ustawy.

**VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej oraz narzędzi laparoskopowych.** Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w **Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.**
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
  - 1) **Pakiet nr 1:** zestaw laparoskopowy,
  - 2) **Pakiet nr 2:** narzędzia laparoskopowe.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, oprócz czynności określonych w **Załączniku nr 1 do SWZ**, wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności transport, montaż, uruchomienie, szkolenie, ubezpieczenie na

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- koszt WYKONAWCY wszystkich elementów przedmiotu zamówienia od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego (**Załącznik nr 4 do SWZ**), w tym na czas transportu.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Blok Operacyjny, w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 3 - Oddział Chirurgii Onkologicznej.
  5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
    - 1) W zakresie Pakietu nr 1 wchodzi:
      - a) dostawa zestawu laparoskopowego, o parametrach określonych szczegółowo w **Załączniku nr 1 do SWZ**,
      - b) instalacja przedmiotu zamówienia oraz jego montaż i uruchomienie,
      - c) szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO dla maksymalnie 15 użytkowników.
    - 2) W zakresie Pakietu nr 2 wchodzi:
      - a) dostawa narzędzia laparoskopowych o parametrach określonych szczegółowo w **Załączniku nr 1 do SWZ**,
  6. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
    - Pakiet nr 1: CPV 33162000-3 - urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych,
    - Pakiet nr 1: CPV 33162100-4 - urządzenia używane na salach operacyjnych,
    - Pakiet nr 2: CPV 33162200-5 - przyrządy używane na salach operacyjnych.
  6. Klauzula równoważności:

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjmując należy, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
  7. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjmując należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
  8. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany "z nazwy" przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć, jakości osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ w ofercie produktów/ równoważnych do produktów/ wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
  10. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 poz.1620 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – w zakresie wyrobów medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

**VII. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.**

1. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Rozliczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w złotych polskich.
3. Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie wypłacone na podstawie faktury, po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru urządzenia medycznego.
4. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU i uprzedniego podpisania wymaganych dokumentów.
5. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze.
6. Szczegółowe koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia określone zostaną przez WYKONAWCĘ **w Załączniku nr 2 do SWZ.**
7. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.

**VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się następująco: **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

**IX. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, na jeden lub dwa pakiety. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części, określonych jako Pakiety. ZAMAWIAJĄCY nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu WYKONAWCY.
2. Dalsze dzielenie zamówienia, z uwagi jego specyfikę, nie jest celowe ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, bowiem wiązałoby się to z dużymi trudnościami związanymi ze skoordynowaniem działań różnych WYKONAWCÓW. Mogłoby to zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, a w konsekwencji prawidłowej realizacji dostaw.

**X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH / DODATKOWYCH.**

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień na dostawę dodatkowe, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 8 ustawy.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

**XI. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ.**

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**XII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 5 do SWZ**.

**XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCAMI odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, która jest dostępna pod adresem <https://platformazakupowa.pl/>.
2. **Identyfikator (ID) postępowania na Platformie Zakupowej:** 1032766
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy Zakupowej (przycisk „wszystkie postępowania”).
4. ZAMAWIAJĄCY informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla WYKONAWCÓW” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. WYKONAWCA, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - a. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej ani logowania.
7. Komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywać się będzie poprzez Platformę Zakupową w szczególności w poniższym zakresie:
  - a. przesyłania ZAMAWIAJĄCEMU wniosków o wyjaśnianie treści SWZ,
  - b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
  - c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
  - d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych,
  - f. przesłania odpowiedzi na inne wezwania ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
  - g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń WYKONAWCY,
8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do ZAMAWIAJĄCEGO. Nie dotyczy składania ofert.
  9. Uwaga! WYKONAWCA niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO”, po kliknięciu przycisku **Wyślij**, otrzyma na adres mailowy, podany w polu **Twój adres e-mail**, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu **Kod Uwierzytelniający**, a następnie potwierdzić przyciskiem **Wyślij**. Następnie WYKONAWCA otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.
  10. ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCOM informacje za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, informacje, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji „Komunikaty” Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana do tego wykonawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wiadomości prywatnej.
  11. WYKONAWCA jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) przesłanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  12. **ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)**, w szczególności za sytuację, gdy ZAMAWIAJĄCY zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO”). Taka oferta zostanie uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy.
  13. ZAMAWIAJĄCY określa sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania). Dokumenty muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452, dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów).
  14. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

- formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
15. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
    - a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
    - b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail.
  16. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) WYKONAWCA, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
  17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem Platformy Zakupowej, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [zamowienia\\_publiczne@onkologia.szczecin.pl](mailto:zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl) (nie dotyczy składania ofert).
  18. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób niż przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.

**XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

ZAMAWIAJĄCY wyznacza następujące osoby do kontaktu z WYKONAWCAMI:

- 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  - a) **Lek. Szymon Dziurda - Oddział Chirurgii Onkologicznej, nr tel.: 91 42 51 563.**
  - a) **Dział Urządzeń i Gazów Medycznych, e-mail: [aparatura@onkologia.szczecin.pl](mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl) nr tel.: 91 42 51 443.**
- 2) w sprawach formalnych dotyczących zamówienia publicznego:
  - b) **Agnieszka Metlerska – Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: [ametlerska@onkologia.szczecin.pl](mailto:ametlerska@onkologia.szczecin.pl) nr tel.: 91 42 51 431**

Adres e-mail do kontaktu: [zamowienia\\_publiczne@onkologia.szczecin.pl](mailto:zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl)

**XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. WYKONAWCA związany jest ofertą od dnia upływu składania ofert **do dnia 5.02.2025 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w punkcie 1, ZAMAWIAJĄCY przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2, wymaga złożenia przez WYKONAWCĘ pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

**XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA.**

1. ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy:
  - 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy,
  - 2) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, to jest na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
2. WYKONAWCA może zostać wykluczony przez ZAMAWIAJĄCEGO na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 3 Ustawy.
4. Wykluczenie WYKONAWCY następuje na okres wskazany w art. 111 Ustawy.
5. Wykluczenie następuje również na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024, poz. 507), na okres trwania okoliczności określonych ww. regulacją.

**XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 r., poz. 1233), w celu utrzymania w poufności tych informacji, WYKONAWCA przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. WYKONAWCA zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez WYKONAWCĘ tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez ZAMAWIAJĄCEGO jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez WYKONAWCĘ podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
4. Do oferty należy dołączyć w formie elektronicznej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy).
5. Do przygotowania oferty należy wykorzystać **formularz ofertowy – (Załącznik nr 5 do SWZ)**.
6. Do oferty należy dołączyć:
  - 6.1. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji WYKONAWCY, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiLDG). Powyższe dotyczy także WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- 6.2. **Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile WYKONAWCA wskaże w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. NIP, nr KRS). Powyższe dotyczy odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby, WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
- 6.3. Wypełniony **Załącznik nr 1 do SWZ** przedstawiający potwierdzenie spełnienia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy i wskazanie oferowanych parametrów podlegających ocenie.
- 6.4. Wypełniony **Załącznik nr 2 do SWZ przedstawiający** szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia, w którym należy wskazać cenę jednostkową, wartość oferty dla danej pozycji, wartość pakietu.
- 6.5. Wypełniony **Załącznik nr 5 do SWZ** będący formularzem ofertowym.
- 6.6. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ**.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z WYKONAWCÓW.
- 6.7. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
8. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale tj. w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w jednej z form w jakiej składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
10. Jeżeli WYKONAWCA nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.6, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
  - 1) oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
  - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11. Jeżeli złożone przez WYKONAWCĘ oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.6, budzi wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 1824) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

**XVIII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA.**

1. WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz zgodnie z zapisami zawartymi **w rozdziale XIII**.
2. Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 284 ust. 2 Ustawy), ZAMAWIAJĄCY udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później **niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, ZAMAWIAJĄCY może zmienić treść specyfikacji.
5. Każda zmiana, wprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY prześle zmianę ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych.
6. W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od WYKONAWCÓW dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści specyfikacji i przygotowanie oferty, ZAMAWIAJĄCY przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

**XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.

**XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 8.01.2025 roku, do godz. 7:10**.  
ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1032766>
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
6. Oferta, oświadczenia, wnioski, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) oraz inne wymagane dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty WYKONAWCA składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. WYKONAWCA, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść WYKONAWCA, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez WYKONAWCĘ powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. Szczegółowa instrukcja dla WYKONAWCÓW dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 8.01.2025 roku, o godz. 7:20**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. ZAMAWIAJĄCY, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje o:
  - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, których oferty zostały otwarte,
  - 4.2. cenach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. ZAMAWIAJĄCY poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 Ustawy).

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

8. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
    - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona.
9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8 podpunkt 3, ZAMAWIAJĄCY wyznacza WYKONAWCY odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
10. ZAMAWIAJĄCY może zaprosić WYKONAWCÓW do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu. Gdy ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

## **XXII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.**

1. WYKONAWCA w przedstawionej ofercie winien zaoferować łączną cenę, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dostawą do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w tym w szczególności: transport, ubezpieczenie, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego np. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu postępowania, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty.
3. Jeżeli WYKONAWCA stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je ZAMAWIAJĄCEMU w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty.
4. WYKONAWCA poda w **Formularzu ofertowym** – cenę netto oraz cenę brutto z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z obliczeń zawartych w treści **Załącznika nr 2 do SWZ przedstawiającym szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia.**
5. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
7. WYKONAWCA poda w **Załączniku nr 2 do SWZ przedstawiającym szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia**, również stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Ustawy, w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy)
8. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w złotych polskich.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 poz. 261) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu ZAMAWIAJĄCY dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w ofercie:

- 1) poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym ZAMAWIAJĄCEGO, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą WYKONAWCY, będzie miała zastosowanie.

**XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami:

lp.	Kryterium	(waga punktowa)
1.	cena	60
2.	okres gwarancji i rękojmi	40

2. Wartość **kryterium nr 1 – cena oferty**, obliczana będzie wg wzoru:

$$W_{k1} = \frac{\text{ofert (niepodlegających odrzuceniu)} \times 60}{\text{cena oferty}}$$

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium nr 1 wynosi 60.

3. Wartość **kryterium nr 2 – okres gwarancji i rękojmi** – będzie ustalona według następującego wzoru:

$$W_{k2} = \text{punkty przyznane ofercie}$$

Ocena w zakresie kryterium nr 2 zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji WYKONAWCY w sprawie okresu gwarancji i rękojmi (z zastrzeżeniem, iż wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące). Termin liczony jest od podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego bez wad.

Liczba przyznanych punktów:

- a) okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy— 40 pkt,
- b) okres gwarancji i rękojmi: 30 miesięcy — 20 pkt,
- c) okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące — 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium nr 2 wynosi 40.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

**ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że brak określenia lub błędne określenie w interaktywnym formularzu ofertowym ww. kryterium (podanie innej wartości niż wskazana w pkt a - c powyżej lub wpisanie więcej niż jednej wartości spośród wskazanych w pkt a - c powyżej) jest jednoznaczne z wyborem najniższej punktowanej opcji.**

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wskutek oceny wszystkich kryteriów – 100 pkt wg wzoru  $W = W_{k1} + W_{k2}$
5. Ocena punktowa będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem ewentualnej cyfry na trzecim miejscu o wartości od 1 do 5 w dół, a od 6 do 9 – w górę.

**XXIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. W celu usprawnienia procesu przygotowania umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, na jego wniosek, edytowalnej wersji załączników do formularza ofertowego.
2. ZAMAWIAJĄCY zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, po upływie terminów wskazanych w art. 308 ust.2 ustawy albo w warunkach, o których mowa w art. 308 ust. 3 ustawy.
3. WYKONAWCA ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 5 do SWZ**. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) najpóźniej przed podpisaniem umowy przedstawią ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy regulującej współpracę tych WYKONAWCÓW.
5. WYKONAWCY składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za podpisanie umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY preferuje możliwość zawarcia umowy za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.
7. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej ZAMAWIAJĄCY wyśle dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres WYKONAWCY pocztą lub przesyłką kurierską. Wysyłka nastąpi z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych poprzedzających dzień oznaczony w umowie, jako dzień jej zawarcia.
8. WYKONAWCA w terminie trzech dni roboczych zwróci jeden podpisany egzemplarz umowy. Zwłoka WYKONAWCY w podpisaniu i zwrocie umowy zostanie uznana za odmowę zawarcia umowy, ze skutkami z tego wynikającymi.
9. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

**XXVI.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:

- 1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail [iod@onkologia.szczecin.pl](mailto:iod@onkologia.szczecin.pl), nr telefonu 91 42 51 621.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

**TP-50/24 Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- 6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
- 7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
  - do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
  - do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
  - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
- 9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
  - do usunięcia danych osobowych,
  - do przenoszenia danych osobowych,
  - do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział w postępowaniu.

**XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują WYKONAWCY, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Warunki formalne odwołania reguluje ustawa.
3. WYKONAWCA ma prawo wnieść odwołanie na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność ZAMAWIAJĄCEGO, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której ZAMAWIAJĄCY był obowiązany na podstawie ustawy,
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że ZAMAWIAJĄCY był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołujący przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

**ZATWIERDZAM:**

**Dyrektor  
Zachodniopomorskiego Centrum  
Onkologii**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:**

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
Załącznik nr 2: Szczegółowe koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia,  
Załącznik nr 3: Projekt umowy,  
Załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego,  
Załącznik nr 5: Formularz ofertowy,  
Załącznik nr 6: Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu.  
Załącznik nr 7: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

Załącznik nr 1  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP-50/24

Załącznik nr 1  
do umowy nr TP-50/24

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

**Pakiet nr 1:**

Zestaw Laparoskopowy w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta.

a) Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (*tabelę proszę powielić wg potrzeb*):

1	nazwa urządzenia/ nazwa katalogowa	
2	model i typ	
3	producent (nazwa/ siedziba)	
4	kraj pochodzenia	

b) Parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

Lp.	wymagane parametry techniczne i cechy użytkowe	warunek graniczny	parametry oferowane (wypełnia WYKONAWCA)
<b>1.</b>	<b>wymagania ogólne</b>		
1	<b>endoskopowa kamera 4K</b>	tak	
2	migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy	tak, proszę podać	
3	rozdzielczość kamery 4K UHD	tak, proszę podać	
4	system skanujący: w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60 kHz	tak, proszę podać	
5	elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min 8-stopniowa	tak, proszę podać	
6	wbudowane programy specjalistyczne min 10: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoscopia, laser, mikroskop, torakoscopia, standard	tak	
7	endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED	tak	

Tryb podstawowy nr TP-50/24

Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.

8	wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne)	tak	
9	wyświetlanie obrazu w trybie światła białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym	tak	
10	wyświetlanie obrazu w świetle białym z nałożoną fluorescencją w skali kolorów, gdzie wzrastający poziom fluorescencji przechodzi od niebieskiego przez żółty do czerwonego	tak	
11	wyświetlanie obrazu w trybie światła białego w skali szarości z fluoryzującym środkiem oznaczonym kolorem zielonym	tak	
12	tryb wizualizacji, wykorzystujący krótkie światło niebieskie i zielone w celu zapewnienia lepszej wizualizacji powierzchni struktur	tak	
13	funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła	tak	
14	konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)	tak, proszę podać	
15	wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2 szt.		
16	możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych	tak	
17	menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.	tak	
18	możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery	tak	
19	możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	tak	
20	waga głowica kamery - nie więcej niż 0,2 kg	tak, proszę podać	
21	waga głowica kamery z kablem- nie więcej niż 0,5 kg	tak, proszę podać	
22	przewód głowicy kamery - długość nie więcej niż 3,05 m	tak, proszę podać	
23	<b>źródło światła – 1 szt.</b>	tak	
24	urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów:	tak	
a	- światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)),	tak	
b	- fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz	tak	
c	- transiluminacja w bliskiej podczerwieni	tak	
25	obsługa czterech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG	tak	
26	urządzenie posiadające laser emitujący fale o długości 780 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm	tak	
27	panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD	tak	
28	urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta	tak	
29	żywoćność LED min 60 000 godzin	tak, proszę podać	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

30	wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów	tak, proszę podać	
31	tryb gotowości standby	tak	
32	menu urządzenia w języku polskim	tak	
33	wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła	tak	
34	uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów	tak	
35	możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów	tak	
36	możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery	tak	
37	możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	tak	
38	klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014 lub równoważną	tak	
39	urządzenie laserowe klasy 1M	tak	
40	wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera	tak	
41	zakres światłowodów od 2 mm do 6,5 mm	tak	
42	<b>medyczny rejestrator cyfrowy/system zarządzania danymi - 1 szt.</b>	tak	
43	dotykowy panel (min. 8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę	tak, proszę podać	
44	wyposażony w porty USB 3.0	tak	
45	możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym	tak	
46	możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom/ikonom na ekranie głównym	tak	
47	lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika	tak	
48	wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych	tak	
49	wejścia wideo min.: 1x DVI, 1xRGBHV (poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI	tak, proszę podać	
50	wyjścia wideo min.: 1xRGBHV (poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI	tak, proszę podać	
51	opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy, pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe	tak	
52	nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K	tak	
53	możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć	tak	
54	wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1Tb	tak, proszę podać	
55	wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz	tak	
56	moduł sterowania urządzeniami	tak	
57	<b>monitor OLED</b>	tak	
58	przekątna ekranu min. 32", ekran panoramiczny	tak, proszę podać	
59	jasność: 540 cd/m <sup>2</sup> standard.	tak	
60	kontrast: 1 000 000: 1 standard	tak	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

61	prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 10 specjalności	tak, proszę podać	
62	wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/ dopasowanie obrazu - 5 efektów	tak	
63	dwustronna powłoka antyrefleksyjna	tak	
64	twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H	tak	
65	możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora	tak	
66	sterowanie monitorem poprzez pokrętkę i 4 przyciski na panelu przednim	tak	
67	wejścia. :(x1) DVI-I; (x1) min. HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0	tak, proszę podać	
68	format obrazu.: DVI do 1920 x 1080p – 60 Hz; HDMI 1.4 do 1920 x 1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160 p - 60Hz	tak	
69	wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10-bit)	tak	
70	możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski	tak	
71	regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video	tak	
72	możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)	tak	
73	osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę	tak	
74	<b>wózek aparaturowy z atestem medycznym</b>	tak	
75	jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół	tak	
76	minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm	tak, proszę podać	
77	listwa zasilająca z min. 10 gniazdami	tak, proszę podać	
a	w komplecie/ zestawie:	-	
b	uchwyt do światłowodu	tak	
c	uchwyt na głowicę kamery	tak	
d	wieszak na worki z płynem do irygacji	tak	
e	możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka	tak	
f	możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy	tak	
78	ramię wózka umieszczone centralnie min 600 mm	tak, proszę podać	
79	transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka	tak	
80	uchwyt na butlę CO <sup>2</sup>	tak	
81	uchwyt na pompę laparoskopową	tak	
91	<b>optyka śr. 10 mm, 30 stopni - 4 kpl.</b>	tak	
92	optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptory do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10 mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm; w komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki oraz światłowód w przezroczystej osłonie 5 mm dł. 3 m	tak, proszę podać	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

93	<b>optyka z możliwością pracy z ICG śr. 10 mm, 30 stopni - 3 szt.</b>	tak, proszę podać	
94	umożliwiająca wizualizację z użyciem: - światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni; wymiary optyki: śr. 10.00 mm; kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 33 cm	tak, proszę podać	
95	kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 3 szt.	tak	
96	światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG - 3 szt.	tak	
97	<b>insuflator CO<sup>2</sup> (umożliwiający przeprowadzanie zabiegów bariatrycznych)</b>	tak	
98	regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.	tak, proszę podać	
99	zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30 mmHg	tak	
100	funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO <sup>2</sup> . (insuflator podaje CO <sup>2</sup> w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów)	tak	
101	zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcją automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłączeniu odpowiedniego drenu	tak	
102	funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała	tak	
103	funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego	tak	
104	czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu	tak	
105	ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy	tak	
106	funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy	tak	
107	funkcja podgrzewania gazu	tak	
108	możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie	tak	
109	możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO <sup>2</sup>	tak	
110	przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli	tak	
111	sześć trybów pracy insuflatora:	tak	
112	typu STANDARD - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO <sup>2</sup> ; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i lekko otyłych (BMI poniżej 30) w wieku powyżej 14 lat	tak	
113	typu HIGH FLOW/BARIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO <sup>2</sup> ; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych (BMI powyżej 30) w wieku powyżej 14 lat	tak	
114	typu PEDIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych	tak	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

	poprzez insuflację CO <sup>2</sup> ; przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku poniżej 14 lat		
115	typu ADVNCED FLOW- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych, w tym między innymi laparoskopii wspomaganych robotem poprzez insuflację CO <sup>2</sup> ; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych w wieku powyżej 14 lat	tak	
116	typu VESSEL HARVEST- stosowany do rozszerzania jamy wzdłuż żyły odpiszczelowej, lub tętnicy promieniowej podczas endoskopowego pobierania naczyń; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku życia	tak	
117	typu TAMIS- stosowany do rozszerzania wypełniania odbytnicy i okrężnicy poprzez insuflację CO <sup>2</sup> w minimalnie inwazyjnych zabiegach transanalnych; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku życia	tak	
118	menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym	tak	
119	ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu”	tak	
120	maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg	tak	
121	maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI	tak	
122	minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI	tak, proszę podać	
123	minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI	tak, proszę podać	
124	zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI	tak	
125	max. pobór mocy: 150 VA	tak, proszę podać	
126	max. pobór prądu: 630 mA (wg IFU 0.5A)	tak, proszę podać	
127	masa: ok. 10 kg	tak, proszę podać	
128	automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu	tak	
129	dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem	tak	
130	jednorazowy dren do insuflatora z wbudowanym filtrem z oddymianiem (10 szt. w opakowaniu zbiorczym) - 20 op.	tak	
131	<b>pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii</b>	tak	
132	praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min)	tak	
133	dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę	tak	
134	automatyczne włączenie systemu, gdy kasetka zostanie włożona i wyłączony się po jej wyjęciu z pompy	tak	
135	dodatkowe zasilanie- akumulator	tak	
136	możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco-płuczącą	tak	
137	końcówki wielorazowe	tak	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

138	końcówka ssąco/płuczająca 5 mm kompatybilna z drenami do pompy - 3 szt.	tak	
139	końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy	tak	
140	końcówka ssąco/płuczająca 5 mm/32cm z możliwością elektorkoagulacji z końcówką "L" - 1 szt.		
141	końcówka ssąco/płuczająca 5 mm/32 cm - igła aspiracyjna	tak	
142	dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt.- 12 op.	tak	
143	<b>medyczny monitor 4K 55"</b>	tak	
144	technologia ekranu z podświetleniem LED	tak	
145	rozdzielczość 3840 x 2160	tak	
146	rozmiar piksela max. 0.32	tak, proszę podać	
147	obsługa koloru 1073 milionów (10-bitowy)	tak	
148	kąt widzenia (poz., pion.) min. 178° poz. / 178° pion	tak, proszę podać	
149	współczynnik kontrastu 1100:1 -2000:1	tak	
150	czas reakcji LCD max. 8 ms	tak	
151	osłona ekranu: 2-stronne antyrefleksyjne szkło laminowane	tak	
152	wejścia sygnałowe 4K-UHD: min. HDMI 2.0; HDMI 1.4; 1x DP 1.1; 1x DP 1.2	tak	
153	zużycie energii (maks.) 200 W ± 10%	tak, proszę podać	
154	standard mocowania VESA (200 mm, 600 mm)	tak	
155	możliwość wyświetlania obrazu w obrazie PiP	tak	
156	statyw do monitora	tak	
157	<b>nadajnik bezprzewodowy 4K do monitora 4K</b>	tak	
158	wejście: jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI)	tak	
159	wyjście: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI)	tak	
160	formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s	tak	
161	kodowanie: ortogonalne zwiłokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów	tak	
162	<b>odbiornik bezprzewodowy 4K do monitora 4K</b>	tak	
163	wyjście: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI)	tak	
164	formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s	tak	
165	kodowanie: ortogonalne zwiłokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów	tak	
<b>II</b>	<b>wymagania dodatkowe</b>		
1.	dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, w cenie dostawy	tak	
2.	instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej - <b>dostarczana wraz z urządzeniem</b>	tak	
3.	certyfiakat CE wraz z dokumentami dopuszczającymi stosowanie urządzenia na terenie Polski	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia	



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

		opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	
4.	potwierdzenie wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu zamówienia, w języku polskim takie jak: dokumentacja techniczna, zdjęcia, broszury informacyjne zawierających pełną informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia lub jeżeli brak jest takiego dokumentu – oświadczenia WYKONAWCY.  ZAMAWIAJĄCY prosi o widoczne oznaczenie w dokumentach numeru pozycji, którego dany parametr dotyczy	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	
5.	DTR w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej,	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	
6.	wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	
7.	wykaz czynności jakie powinny być wykonane przez inżyniera serwisu podczas wykonywania okresowego przeglądu technicznego w formie elektronicznej i papierowej (check-lista)	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	
8.	pisemne oświadczenie podmiotu uprawnionego do serwisowania i wykonywania przeglądów technicznych potwierdzające, że personel posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem, świadectwem, znajdującym się w aktach osobowych osób dokonujących napraw serwisowych lub przeglądów technicznych	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	
9.	paszport techniczny z odpowiednimi wpisami, potwierdzającymi montaż, uruchomienie, szkolenie z informacją o sprawności urządzenia	tak	
10.	maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół.	tak	
11.	szkolenie personelu medycznego (15 osób) w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego urządzenia, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia i jego bieżącej konserwacji, potwierdzone protokołem; data i godzina szkolenia uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez ZAMAWIAJĄCEGO.	tak	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

	(ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość szkolenia we wcześniej uzgodnionych godzinach popołudniowych)		
<b>III</b>	<b>warunki instalacji, serwisu i gwarancji</b>	<b>parametr wymagany</b>	<b>opis parametrów w oferowanych (wypełnia WYKONAWCA)</b>
1.	przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej i naprawy gwarancyjne, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą w cenie dostawy	tak	
2.	w okresie gwarancji, organizacja spedycji oraz koszt transportu urządzenia do i z punktu serwisowego oraz koszty dojazdu serwisanta do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w celu wykonania przeglądu technicznego lub prac naprawczych urządzenia/usunięcia usterki, pokrywa WYKONAWCA	tak	
4.	w ramach gwarancji, WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania napraw wszelkich awarii urządzenia, w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania ponosząc wszelkie koszty z tym związane (m.in. koszty: części fabrycznie nowych oryginalnych, wymiany części zużywalnych i nie zużywalnych, konserwacji)	tak	
5.	w okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z wykonanych przeglądów w paszporcie technicznym urządzenia; WYKONAWCA zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji z interwencji serwisowych w paszporcie technicznym urządzenia oraz na karcie pracy / raporcie serwisowym, potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa	tak	
6.	czas naprawy/usunięcia usterki urządzenia: max. 5 dni roboczych (pn-pt), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia zgłoszenia awarii	tak	
7.	brak możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia oznacza jego wymianę na urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa WYKONAWCA	tak	
8.	okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych wynosi min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego	tak	
9.	wskazać autoryzowany przez producenta urządzenia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta	tak, proszę podać	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

10.	wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy	tak	
11.	przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do WYKONAWCY, bez konieczności zlecenia (przypominania) przez ZAMAWIAJĄCEGO	tak	
12.	WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	tak	
13.	maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, uprawniający Zamawiającego do żądania wymiany na fabrycznie nowy element lub podzespół	tak	
14.	nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na urządzenie w przypadku dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad lub dokonania jego istotnych napraw; jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższy zapis stosuje się odpowiednio do części wymienionej	tak, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego	
15.	przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku naprawy innej, niż wskazana wyżej w pkt. 14	tak, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego	
16.	wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO	tak	
17.	fabrycznie nowe, oryginalne części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia	tak	
18.	wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe	tak	
19.	zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez WYKONAWCĘ	tak, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania na adres <a href="mailto:aparatura@onkologia.szczecin.pl">aparatura@onkologia.szczecin.pl</a>	

**UWAGA:**

W przypadku, gdy w rubryce „wymagane” wymagana jest odpowiedź tak lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”. Każda inna odpowiedź lub jej brak zostaną uznane za niespełnienie warunku granicznego, co spowoduje odrzucenie oferty.

W rubryce parametry oferowane, należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, w której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. (patrz SWZ)

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

**Pakiet nr 2****Narzędzia laparoskopowe**

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta.

- a) Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (*tabelę proszę powielić wg potrzeb*):

1	nazwa urządzenia/ nazwa katalogowa	
2	model i typ	
3	producent (nazwa/ siedziba)	
4	kraj pochodzenia	

- b) Parametry przedmiotu zamówienia wymagane bezwzględnie i podlegające ocenie:

<b>lp.</b>	<b>opis narzędzia</b>	<b>warunek graniczny</b>	<b>parametry oferowane (wypełnia wykonawca)</b>
1.	wielorazowa tuleja trokaru, gwintowana, z kurkiem insuflacyjnym, średnica 5 mm, długość 110 mm, tuleja nierozbieralna, kodowana kolorystycznie	tak	
2.	obturator stożkowaty-ostry kompatybilny z trokarem 5 mm, kodowany kolorystycznie	tak	
3.	kompletny wkład zaworu insuflacyjnego kompatybilny z trokami 5mm, wielorazowy, w opakowaniu min. 20 szt.	tak	
4.	wielorazowa tuleja trokaru, korpus gwintowany, z kurkiem insuflacyjnym, średnica 10 mm, długość 110 mm, kodowana kolorystycznie	tak	
5.	obturator stożkowaty-ostry kompatybilny z trokarem 10 mm, kodowany kolorystycznie	tak	
6.	reduktor trokaru z 10/12 mm na 5 mm	tak	
7.	korpus zaworu insuflacyjnego do trokarów 10/12 mm	tak	
8.	zawór insuflacyjny z nacięciem krzyżowym do trokarów 10/12mm- opakowanie 20 szt.	tak	
9.	kabel monopolarny (kompatybilny z posiadaną przez ZAMAWIAJĄCEGO diatermią Erbe ICC) wtyk 5 mm	tak	
10.	instrument ssąco-płuczący średnica 5 mm długość 330 mm, w części dystalnej dodatkowe otwory	tak	
11.	kleszyczki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji	tak	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

	instrumentu w formie złożonego narzędzia potwierdzone stosownym wpisem w instrukcji obsługi producenta		
12.	nożyczki monopolarne typ metzenbaum izolowane do nasady bransz instrumentu, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji instrumentu w formie złożonego narzędzia potwierdzone stosownym wpisem w instrukcji obsługi producenta	tak	
13.	kleszczyki jelitowe typu "dorsey", monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji instrumentu w formie złożonego narzędzia potwierdzone stosownym wpisem w instrukcji obsługi producenta	tak	
14.	kleszczyki okienkowe uniwersalne krótkie, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji instrumentu w formie złożonego narzędzia potwierdzone stosownym wpisem w instrukcji obsługi producenta	tak	
15.	wielorazowy uchwyt haczyka laparoskopowego śr. 5 mm dł. 330 mm	tak	
16.	końcówka haczyka typu "I", w ceramicznej osłonie	tak	
17.	kleszczyki preparacyjne precyzyjne, do rozwarstwiania, zagięte 90stopni, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji instrumentu w formie złożonego narzędzia potwierdzone stosownym wpisem w instrukcji obsługi producenta	tak	
18.	imadło laparoskopowe lewe, dł. 310 mm, śr. 5 mm. rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku. wyposażone w kanał płuczący.	tak	
19.	imadło laparoskopowe samocentrujące, proste, dł. 310 mm, śr. 5 mm. rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku. z funkcją samoczynnego ustawiania igły, wyposażone w kanał płuczący.	tak	
20.	narzędzie do przechwytywania guzika staplera okrężnego, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku. wyposażone w kanał płuczący.	tak	
21.	igła punkcyjna śr. 5 mm 330 mm, przyłącze luer lock	tak	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

22.	jednorazowy trzon narzędzia laparoskopowego, nożyczki metzenbaum śr. 5 dł. 310 mm, kompatybilne z wielorazowymi uchwytami narzędzi, opakowanie zbiorcze zawierające 10 sterylne zapakowanych trzonów.	tak	
23.	stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych,	tak	
24.	wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	tak	
25.	1/1 pokrywa niebieska, bezobsługowa, wyposażona w filtry teflonowe przeznaczone na min. 5000 cykli sterylizacji	tak	
<b>II</b>	<b>wymagania dodatkowe, warunki instalacji, serwisu i gwarancji</b>		
1.	okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych wynosi min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego	tak	
2.	w ramach gwarancji, WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania napraw wszelkich awarii urządzenia, w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania ponosząc wszelkie koszty z tym związane (m.in. koszty: części fabrycznie nowych oryginalnych, wymiany części zużywalnych i nie zużywalnych, konserwacji)	tak	
3.	nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na urządzenie w przypadku dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad lub dokonania jego istotnych napraw; jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższy zapis stosuje się odpowiednio do części wymienionej	tak, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego	
5.	przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niego korzystać – w przypadku naprawy innej, niż wskazana wyżej w pkt. 4	tak, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 2 Kodeksu Cywilnego	
6.	czas naprawy/usunięcia usterki urządzenia: max. 5 dni roboczych (pn-pt), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia zgłoszenia awarii	tak, proszę podać	
7.	brak możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia oznacza jego wymianę na urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa WYKONAWCA	tak	
8.	zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez WYKONAWCĘ lub faxem na numer podany przez WYKONAWCĘ	tak, proszę podać	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

**UWAGA:**

W przypadku, gdy w rubryce „wymagane” wymagana jest odpowiedź tak lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”. Każda inna odpowiedź lub jej brak zostaną uznane za niespełnienie warunku granicznego, co spowoduje odrzucenie oferty.

W rubryce parametry oferowane, należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, w której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

Załącznik nr 2  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP-50/24

Załącznik nr 2  
do umowy nr TP-50/24

**SZCZEGÓLNE KOSZTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
*(tabela wypełniana przez WYKONAWCĘ)*  
**W razie potrzeby proszę dodać wiersz w tabeli.**

**Pakiet 1**

lp.	nazwa określonej części przedmiotu zamówienia	liczba	cena jedn. netto (zł)	wartość netto (zł)	stawka VAT (%)	wartość brutto (zł)
1.	dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej	1 szt.			8%	
2.	instalacja przedmiotu zamówienia oraz jego montaż i uruchomienie,	1 kpl.			23%	
3.	szkolenie personelu	1 kpl.			23%	
4.	wyposażenie dodatkowe (proszę osobno wycenić każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia- jeżeli dotyczy)					
5.	...					
	<b>łącznie wartość</b>					

**Pakiet 2**

lp.	nazwa określonej części przedmiotu zamówienia	liczba	cena jedn. netto (zł)	wartość netto (zł)	stawka VAT (%)	wartość brutto (zł)
1.	wielorazowa tuleja trokaru, gwintowana, z kurkiem insuflacyjnym, średnica 5mm, długość 110 mm,	3			8%	
2.	obturator stożkowy-ostry kompatybilny z trokarem 5 mm	3			8%	
3.	kompletny wkład zaworu insuflacyjnego kompatybilny z trokarami 5mm, wielorazowy, w opakowaniu min. 20 szt.	1			8%	
4.	wielorazowa tuleja trokaru, korpus gwintowany, z kurkiem insuflacyjnym, średnica 10 mm, długość 110 mm	3			8%	
5.	obturator stożkowy-ostry kompatybilny z trokarem 10 mm	3			8%	



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

6.	reduktor trokaru z 10/12mm na 5 mm	2			8%	
7.	korpus zaworu insuflacyjnego do trokarów 10/12mm	2			8%	
8.	zawór insuflacyjny z nacięciem krzyżowym do trokarów 10/12mm- opakowanie 20 szt.	1			8%	
9.	kabel monopolarny wtyk 5 mm	4			8%	
10.	instrument ssąco-płuczący średnica 5 mm długość 330 mm,	4			8%	
11.	kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm,	3			8%	
12.	nożyczki monopolarne typ metzenbaum izolowane do nasady bransz instrumentu, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm, dł. 310 mm,	4			8%	
13.	kleszczyki jelitowe typu "dorsey", monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm,	6			8%	
14.	kleszczyki okienkowe uniwersalne krótkie, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm,	3			8%	
15.	wielorazowy uchwyt haczyka laparoskopowego śr. 5 mm dł. 330 mm	4			8%	
16.	końcówka haczyka typu "I", w ceramicznej osłonie	4			8%	
17.	kleszczyki preparacyjne precyzyjne, do rozwarstwiania, zagięte 90 stopni, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm,	1			8%	
18.	imadło laparoskopowe lewe, dł. 310 mm, śr. 5 mm	2			8%	
19.	imadło laparoskopowe samocentrujące, proste, dł. 310 mm, śr. 5 mm	1			8%	
20.	narzędzie do przechwytywania guzika staplera okrężnego.	1			8%	

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

21.	igła punkcyjna śr. 5 mm 330 mm, przyłączy luer lock	1			8%	
22.	jednorazowy trzon narzędzia laparoskopowego, nożyczki metzenbaum śr. 5 dł. 310 mm, kompatybilne z wielorazowymi uchwytami narzędzi, opakowanie zbiorcze zawierające 10 sterylne zapakowanych trzonów	1			8%	
23.	stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych,	3			8%	
24.	wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni..	3			8%	
25.	1/1 pokrywa niebieska, bezobsługowa, wyposażona w filtry teflonowe przeznaczone na min. 5000 cykli sterylizacji	3			8%	
26.	wyposażenie dodatkowe  (proszę osobno wycenić każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia- jeżeli dotyczy)				8%	
	<b>łącznie wartość</b>					

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

Załącznik nr 3  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP-50/24

**UMOWA TP-50/24 – projekt**

pomiędzy:

**Zachodniopomorskim Centrum Onkologii** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048836, posiadającym NIP 851-25-37-776, Regon 000817391, zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działają:

1. ...
2. ...

a firmą ..., z siedzibą w ..., ul. ..., ..., wpisaną do ... pod nr ..., posiadającą NIP ..., Regon ..., zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu, którego działają:

1. ...
2. ...

została zawarta umowa następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej /dostawa narzędzi laparoskopowych\*, w ramach pakietu ..... zgodnie z treścią SWZ, ofertą WYKONAWCY, treścią niniejszej umowy i załącznikami, stanowiącymi integralną jej część.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Blok Operacyjny, w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 3 - Oddział Chirurgii Onkologicznej.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, oprócz czynności określonych **w Załączniku nr 1 do SWZ**, wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności transport, montaż, uruchomienie, szkolenie, ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY wszystkich elementów przedmiotu zamówienia od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego (**Załącznik nr 3 do umowy**), w tym na czas transportu.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
  - 1) W zakresie Pakietu nr 1:
    - a) dostawa zestawu laparoskopowego, o parametrach określonych szczegółowo **w Załączniku nr 1 do umowy**,
    - b) instalacja przedmiotu zamówienia oraz jego montaż i uruchomienie,

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- c) szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO dla maksymalnie 15 użytkowników.
- 2) W zakresie Pakietu nr 2:
  - 3) dostawa narzędzia laparoskopowe. o parametrach określonych szczegółowo w **Załączniku nr 1 do umowy**.
5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy przez obydwie strony.**
6. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia.
7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym WYKONAWCY realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym § 1 ust. 6 umowy.
8. Zakres niniejszej umowy obejmuje wszelkie czynności wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia i jej załączników, **Załącznika nr 1 do umowy**, oraz wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia i prawidłowego korzystania z dostarczonego przedmiotu zamówienia u ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Dokumenty powyższe należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności lub wieloznaczności WYKONAWCA z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.
10. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 poz.1620 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – w zakresie wyrobów medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

### **Wynagrodzenie i zasady jego zmian**

#### **§ 2.**

1. Strony ustalają, że za przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę netto ..... zł, plus podatek VAT, to jest brutto ..... zł (słownie: .....), zgodną z deklarowaną w ofercie i **w Załączniku nr 2 do umowy**, przedstawiającym szczegółowe koszty przedmiotu zamówienia w tym:
  - 1) Pakiet nr 1: cena netto ..... zł, cena brutto ..... zł
  - 2) Pakiet nr 2: cena netto ..... zł, cena brutto ..... zł.
2. Cena zakupu określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków umownych, w tym dostawą oraz z takimi czynnościami, jak transport, ubezpieczenie, w tym w czasie transportu, przechowania (i montażu, jego uruchomienie, przeprowadzenie prób i przeszkolenie personelu -dotyczy pakietu nr 1) ponadto opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu umowy, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty, oraz wykonanie czynności wymienionych w § 6 oraz § 7 umowy (w zakresie serwisu gwarancyjnego).

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

3. W przypadku zmiany stawki VAT, przy niezmiennej cenie netto, cena brutto ulegać będzie zmianie odpowiednio do zmiany podatku, przy czym zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT po terminie umownego dostarczenia przedmiotu dostawy, WYKONAWCĘ obciąża koszt podwyższonego podatku.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie) i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.

**Rozliczenie umowy / Warunki płatności**

**§ 3.**

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie wypłacone na podstawie faktury, po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru urządzenia medycznego, którego wzór określono w **Załączniku nr 3 do umowy**.
2. **Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU i uprzedniego podpisania wymaganych dokumentów.** W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zakończenia czynności wymaganych do dokonania odbioru lub bez podpisania protokołu odbioru termin zapłaty liczy się od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury lub uzupełnienia ww. braków.
3. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego bez wad.
4. Nazwa przedmiotu dostawy wskazana w fakturze winna być tożsama z nazwą przedmiotu zamówienia wskazanego w §1 ust. 1.
5. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego następuje przejście prawa własności na ZAMAWIAJĄCEGO, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia ponosi WYKONAWCA do czasu podpisania protokołu.
6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, WYKONAWCA może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.
7. Rozliczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w złotych polskich.
8. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.
10. Należność za dostawę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury lub doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na platformie elektronicznego fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/zaloguj> WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, których listę publikuje minister właściwy do spraw gospodarki.

**Zobowiązania WYKONAWCY**

**§ 4.**

1. WYKONAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu dostawy oraz za brak zagwarantowanych właściwości.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

2. WYKONAWCA zapewnia, iż przedmiot dostawy jest nowy i wolny od roszczeń osób trzecich.

**§ 5.**

*(dotyczy pakietu nr 1)*

1. WYKONAWCA przekaze w momencie uruchomienia gwarancje, instrukcję użytkowania, dokona ustawienia i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzi szkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO
2. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazać ZAMAWIAJĄCEMU, na etapie instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia personelu, pełną instrukcję obsługi, dokumentację serwisową, w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna). Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego.
3. Po uruchomieniu i stwierdzeniu prawidłowości działania przedmiotu dostawy, strony sporządzą protokół odbioru końcowego urządzenia medycznego.

**Zasady gwarancji i rękojmi**

**§ 6.**

1. WYKONAWCA udziela na przedmiot umowy ..... miesięcznej gwarancji i rękojmi *(zależy od treści złożonej oferty)* na dostarczony przedmiot dostawy, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego bez wad.
2. Bieg terminu gwarancji przedmiotu dostawy rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego bez wad.
3. ZAMAWIAJĄCY może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.
4. Termin gwarancji i rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany urządzenia na nowe albo dokonania jego istotnych napraw, termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg na nowo; zastrzeżenie to dotyczy także wymiany części składowych, przy czym nowy bieg terminu gwarancji dotyczy tej części.

**§ 7.**

1. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny (w tym przeglądy techniczne w ramach gwarancji) dostarczonego przedmiotu zamówienia, którego warunki zawarte są w **Załączniku nr 1 do umowy**.
2. Ustala się maksymalny czas usunięcia wady/awarii/usterki przedmiotu zamówienia na 5 dni roboczych. W sytuacji, gdy naprawa wymaga użycia części zamiennych albo gdy z przyczyn technicznych, niezależnych od WYKONAWCY dotrzymanie powyższego terminu jest niemożliwe, termin usunięcia wady/awarii/usterki nie może przekraczać 7 dni roboczych. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu i indywidualnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami w sytuacji wyjątkowej, niezależnej od WYKONAWCY, a uniemożliwiającej ich dotrzymania. Przyczyny wskazane zdaniu poprzedzającym winny być każdorazowo wykazane przez WYKONAWCĘ.
3. Ustala się maksymalnie 24 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia.
4. WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić ZAMAWIAJĄCEMU mailem otrzymanie zgłoszenia wady (reklamacji).
5. Wszelkie czynności serwisowe przedmiotu zamówienia, które zgodnie z instrukcją obsługi przypadają w okresie gwarancyjnym, są wykonywane przez WYKONAWCĘ w ramach ceny, o której mowa w § 2 ust. 1.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

6. Wykonując czynności będące przedmiotem umowy, w tym serwisowe WYKONAWCA uwzględni wymogi wynikające z przepisów o wyrobach medycznych.
7. WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy, jeżeli przedmiot zamówienia ulegnie uszkodzeniu w czasie gwarancji w taki sposób, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa, co zostanie potwierdzone przez producenta wyrobu.
8. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych, w tym koszty części, koszty transportu i inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem gwarancyjnych czynności serwisowych, obciążają WYKONAWCĘ.
9. Gwarancją nie są objęte:
  - 1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
    - a) eksploatacji sprzętu przez ZAMAWIAJĄCEGO niezgodnie z jego przeznaczeniem, niestosowania się ZAMAWIAJĄCEGO do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
    - b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub inne nieuprawnione osoby);
  - 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez upoważnienia sądu. Wykonanie zastępcze przez podmiot trzeci nie wyłącza obowiązków gwarancyjnych WYKONAWCY.
11. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad na zasadach ogólnych.

**Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza**

**§ 8.**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
  - a) w wysokości 0,4% ceny netto danego pakietu określonej w § 2 ust. 1 umowy, za zwłokę w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 6 za każdy dzień zwłoki,
  - b) w wysokości 0,2% ceny netto danego pakietu określonej w § 2 ust. 1 umowy, za zwłokę w usunięciu wad/awarii/usterek za każdy dzień zwłoki
  - c) w wysokości 50 zł za każdą godzinę zwłoki w zakresie reakcji serwisu gwarancyjnego wskazanego w §7 ust. 3 Umowy,
  - d) w wysokości 10% ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1, przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
  - e) w wysokości 5 000, zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia dokumentu urządzenia wymaganego przepisami.
2. W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości netto danego pakietu określonej w § 2 ust. 1 umowy.
3. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
4. Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje pełnej szkody ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody jak też w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych.
5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych, jako siła wyższa.
  6. Dla potrzeb niniejszej umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez strony należytej staranności oraz nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
  7. Za siłę wyższą strony uznają w szczególności następujące zdarzenia, które wpływają na wykonanie umowy:
    - a) strajki lub inne formy protestu,
    - b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
    - c) powódź,
    - d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.
  9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych w tym kary z tytułu odstąpienia od umowy z karami za zwłokę.
  10. Łączna wysokość kar umownych, jakiej mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia netto, danego pakietu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

### **Odstąpienie od umowy**

#### **§ 9.**

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w następujących sytuacjach:
  - 1) w przypadku dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową oraz zapisami w SWZ, po uprzednim bezskutecznym dodatkowym wezwaniu WYKONAWCY do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni,
  - 2) w przypadku, gdy WYKONAWCA popadnie w zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu WYKONAWCY do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni,
  - 3) Innego uchybienia WYKONAWCY przy realizacji umowy, w szczególności ujawnienia dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową w tym wymaganiami SWZ, naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązujących przepisów, po uprzednim bezskutecznym dodatkowym wezwaniu WYKONAWCY do należytego wykonania umowy



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- lub usunięcia jego skutków w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni a także w innych przypadkach wskazanych w umowie,
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub odstąpienia od części umowy w przypadku, o którym mowa w art. 456 Ustawy PZP na warunkach przewidzianych w tym przepisie.
  3. Skutki odstąpienia od umowy następują na przyszłość i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy czy innych istotnych dla spraw.
  4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

**Odpowiedzialność WYKONAWCY za osoby trzecie**

**§ 10.**

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za działania i zaniechania własne oraz działania i zaniechania pracowników oraz innych osób, z których pomocą zobowiązania objęte umową wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania.

**Współpraca stron**

**§ 11.**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy.
3. Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO uprawnionymi do reprezentowania w sprawach związanych z realizacją umowy są:
  - 1) .....
  - 2) .....w tym w sprawach związanych z odbiorem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia są:
  - 1) .....
  - 2) .....
4. Przedstawicielami WYKONAWCY uprawnionymi do reprezentowania w sprawach związanych z realizacją umowy są:
  - 1) .....
  - 2) .....w tym w sprawach związanych z odbiorem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia są:
  - 1) .....
  - 2) .....
5. Zmiana osób wskazana w ustępach poprzedzających nie wymaga zmiany umowy, a dowodnego zawiadomienia drugiej strony.
6. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie Umowy są adresami właściwymi do dokonywania skutecznych doręczeń. Strony zobowiązane są do niezwłocznego

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

informowania się o zmianie siedziby lub adresu do doręczeń. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku pismo wysłane listem poleconym na ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone.

**Warunki zmiany umowy**

**§ 12.**

1. ZAMAWIAJĄCY, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy oraz w przypadku, o którym mowa w § 2, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza także wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na zasadach i w zakresie dopuszczonym innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiologiczną.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony w dniu podpisania niniejszej Umowy nie mogły przewidzieć np. warunki atmosferyczne, działania osób trzecich
4. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, formalno-organizacyjną, danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów między stronami.

**§12<sup>1</sup>.**

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
  - 1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzeczpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub
  - 2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego,
  - 3) występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia w związku z występowaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego czy stanu epidemii.

- Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy.
2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.
3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie tej umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy przez:
  - 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, w tym zmianę terminu sukcesywnych dostaw,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,  
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

**Obowiązek informacyjny wobec osób podpisujących umowę**

**§ 13.**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada następującą informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY przy realizacji zamówienia:

- 1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 621,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes wskazuje się konieczność zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
- 5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy,
- 6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa,
- 7) osoby podpisujące i realizujące umowę w imieniu WYKONAWCY mają prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących i sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 8) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
  - a) do usunięcia danych osobowych,
  - b) do przenoszenia danych osobowych,
  - c) do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

**Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli i innych osób WYKONAWCY**

**§ 14.**

1. Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli WYKONAWCY w zakresie wykonywania umowy oraz innych osób realizujących umowę w imieniu WYKONAWCY (w tym jego podwykonawcy) spoczywa na WYKONAWCY.
2. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia, że każda z osób, o których mowa w ust. 1 zapozna się dowodnie z treścią obowiązku informacyjnego odpowiadającego treści obowiązku informacyjnego, zawartego w paragrafie poprzedzającym.

**Postanowienia końcowe**

**§ 15.**

1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią ani dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których wierzytelność WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO przeniesiona zostałaby na podmiot trzeci ani dokonywać potrącenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówieniach publicznych, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu jest właściwy rzeczowo sąd siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, a także szkody ZAMAWIAJĄCEGO, które powstaną lub mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy.
5. W związku z możliwością dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązuje się podpisać i przestrzegać postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi **Załącznik nr 4 do umowy**.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. (*wersja papierowa*)
7. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron. (*wersja elektroniczna*)
8. WYKONAWCA wskazuje samochody uprawnione do wjazdu na teren ZAMAWIAJĄCEGO bez uiszczania opłaty za wjazd, w celu realizacji niniejszej umowy:
  - 1) .....
  - 2) .....

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

(stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z pieczętkami imiennymi)

(stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY, wraz z pieczętkami imiennymi)

*Wersja elektroniczna*

(cyfrowe podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO)

(cyfrowe podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY)

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

**Wykaz załączników do umowy:**

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2: Szczegółowe koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego,
- Załącznik nr 4: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

Załącznik nr 4  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP -50/24

Załącznik nr 3  
do umowy nr TP-50/24

**PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO URZĄDZENIA MEDYCZNEGO)**

**z dnia .....r.**

**1. Podstawa realizacji zamówienia:**

Umowa nr TP-50/24, z dnia ..... r.

**2. Strony:**

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Zachodniopomorskie Centrum  
Onkologii  
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

**reprezentowani przez: (imię, nazwisko, stanowisko)**


**3. Przedmiot dostawy:**

lp.	wyszczególnienie (rodzaj, typ, model, podstawowe parametry techniczne)	ilość kpl./szt.	numery fabryczne
1.			
2.			
...			

**4. Zgodność dostawy z zamówieniem:**

<input type="checkbox"/>	pełna zgodność
<input type="checkbox"/>	braki ilościowe (opis w pkt. 6)
<input type="checkbox"/>	braki jakościowe (opis w pkt. 6)

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

**5. Pozostałe czynności:**

rodzaj	wykonana w całości	wykonana częściowo, lub nie wykonana – brak zgodności z zamówieniem	zostanie wykonana do dnia .....	nie wymagana
demontaż innego urządzenia i dostarczenie do wyznaczonego miejsca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
roboty budowlane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montaż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
testy i pomiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uruchomienie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
szkolenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doręczenie instrukcji obsługi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doręczenie paszportu techn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**6. Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego:**

<input type="checkbox"/> brak
<input type="checkbox"/> stwierdzono następujące niezgodności:

**7. Załącznikiem do protokołu jest potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego:**

<input type="checkbox"/> TAK
<input type="checkbox"/> NIE, czynność wskazana w pkt. 5 do wykonania w terminie późniejszym
<input type="checkbox"/> NIE, szkolenie nie było objęte umową

**8. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury:**

<input type="checkbox"/> TAK, bez zastrzeżeń
<input type="checkbox"/> TAK, z zastrzeżeniem wykonania czynności które wskazano w pkt. 5 do wykonania w terminie późniejszym
<input type="checkbox"/> TAK, z zastrzeżeniem usunięcia, w terminie zapłaty, niezgodności wskazanych w pkt. 6
<input type="checkbox"/> NIE, przedmiot zamówienia nie nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.

---

9. Załączniki do protokołu:

l. p.	wyszczególnienie
1.	
2.	
...	

Podpisy:



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

*Załącznik nr 1  
do protokołu nr TP-50/24*

**PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  
ZCO Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (dotyczy pakietu 1)**

1. Data szkolenia:
2. Nazwa firmy przeprowadzającej szkolenie:
3. Nazwa urządzenia medycznego:
4. Nr seryjny urządzenia medycznego:
5. Urządzenie dostarczone w ramach umowy nr:

**LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU**

<b>lp.</b>	<b>Imię i nazwisko, oddział, stanowisko</b>	<b>podpis</b>

uwagi do przeprowadzonego szkolenia	
---	--

**Podpisy osób wyznaczonych do reprezentowania stron przy odbiorze przedmiotu zamówienia i szkoleniu personelu:**

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

Załącznik nr 5  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP-50/24

### FORMULARZ OFERTOWY

#### I. Oznaczenie WYKONAWCY składającego ofertę.

nazwa WYKONAWCY	
adres	
e-mail, telefon	
NIP	
REGON	
KRS	

#### II. Oferta WYKONAWCY.

<b>*Pakiet nr .....</b>	
<b>cena</b> (wypełnia WYKONAWCA) zgodnie z pakietem, na który składana jest oferta)	
wartość netto (zł) (wypełnia WYKONAWCA)	wartość brutto (zł) (wypełnia WYKONAWCA)

\*w przypadku gdy WYKONAWCA składa ofertę na więcej niż jeden pakiet należy powielić powyższą tabelę i **oznaczyć prawidłowo numer pakietu** ze wskazaniem wartości dla danej części zamówienia.

<b>*Pakiet nr ...</b>	
<b>okres gwarancji i rękojmi</b> (wypełnia WYKONAWCA zgodnie z kryterium nr 2)	
<input type="checkbox"/> okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy <input type="checkbox"/> okres gwarancji i rękojmi: 30 miesięcy <input type="checkbox"/> okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące	

\*w przypadku, gdy WYKONAWCA składa ofertę na więcej niż jeden pakiet należy powielić powyższą tabelę i **oznaczyć prawidłowo numer pakietu** ze wskazaniem wartości dla danej części zamówienia.

#### III. Oświadczenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup>.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

*podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

---

<sup>1</sup> w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 4 (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie).

<sup>2</sup> w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 4 (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie).

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

Załącznik nr 6  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP-50/24

**WYKONAWCA:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

**Oświadczenie  
o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie zamówienia pn. dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1, pkt 4 Ustawy.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:  
.....  
(jeśli nie dotyczy, pkt. 3 skreślić)
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia ZAMAWIAJĄCEGO w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

Załącznik nr 7  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr TP-50/24

Załącznik nr 4  
do Umowy nr TP-44/24

**UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych,  
zwana dalej Umową  
(dotyczy pakietu nr 1)**

zawarta pomiędzy:

**Zachodniopomorskim Centrum Onkologii** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, 71-730 Szczecin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048836, posiadającym NIP 851-25-37-776, Regon 000817391, reprezentowanym przez:

1. ....

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą z siedzibą .....; adres:..... ul....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ..... posiadającą NIP ....., Regon....., reprezentowaną przez:

1. ....

zwaną dalej Wykonawcą

Strony zawarły Umowę nr ..... („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Zamawiający (Administrator) powierzy Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.

## § 1.

### Definicje

- 1) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia z Zamawiającym i w jego imieniu, zwany także Wykonawcą.
- 2) Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zamawiającym.
- 3) Zbiór danych – każdy posiadający strukturę (uporządkowany) zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
- 4) Przetwarzanie danych – jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych lub zestawach osobowych w sposób zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, porządkowanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

- 5) Rozporządzenie- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 6) Inny podmiot przetwarzający (podwykonawca) – podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych.

**§ 2.**

**Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres**

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania przez Wykonawcę.
2. Cele powierzenia przetwarzania definiuje umowa podstawowa.
3. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
4. Zakres danych powierzonych do przetwarzania obejmuje:
  - a. dane pacjentów – ogólne:
    - nazwisko i imię,
    - pesel,
    - nr telefonu,
  - b. dane pacjentów – szczególne:
    - dane medyczne,
  - c. dane pracowników – ogólne:
    - nazwisko i imię,
    - stanowisko,
    - nr tel. kontaktowego,
    - email.

**§ 3.**

**Czas trwania**

1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy podstawowej.
2. W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych, ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

**§ 4.**

**Obowiązki i prawa**

1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji).

2. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym).
3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.

## **§ 5.**

### **Zgłaszanie incydentów**

1. Wykonawca zobowiązuje się, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, do zgłoszenia tego Zamawiającemu, w terminie 24 godzin od chwili ujawnienia tego faktu.
2. Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:
  - 1) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
  - 2) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
  - 3) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje niezbędną dokumentację naruszenia ochrony danych osobowych, celem powiadomienia organów nadzoru przez Zamawiającego.

## **§ 6.**

### **Korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego**

1. Wykonawca nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach, dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 14 dni.

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

3. Podpowierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy pisemnej. W przypadku podpowierzenia, na podwykonawcę zostaną nałożone takie same obowiązki, jak wynikają z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy tak, jak za własne.
5. Lista zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców będzie stanowiła załącznik nr 1 do umowy powierzenia.

**§ 7.**

**Deklarowane środki techniczne i organizacyjne**

1. Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
2. Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych, a w szczególności:
  - 1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  - 2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  - 3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - 4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

**§ 8.**

**Kontrola i nadzór**

1. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu kontrolowanie Wykonawcy i innego podmiotu przetwarzającego, w tym pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny prawidłowości przetwarzania danych osobowych udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub usługi.



**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z wyników przeprowadzonej kontroli.

**§ 9.**

**Odpowiedzialność**

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy oraz przez inny podmiot przetwarzający i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi z obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem.

**§ 10.**

**Rozwiązanie umowy**

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

**§ 11.**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. (*wersja papierowa*)
5. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron. (*wersja elektroniczna*)

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

(stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z pieczętkami imiennymi)

(stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY, wraz z pieczętkami imiennymi)

**Tryb podstawowy nr TP-50/24**

**Dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.**

---

*Wersja elektroniczna*

*(cyfrowe podpisy osób działających w imieniu  
ZAMAWIAJĄCEGO)*

*(cyfrowe podpisy osób działających w imieniu  
WYKONAWCY)*