

Poznań, dnia 18.02.2025

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych, opatrunków, materiałów stomatologicznych, pasków do glukometrów iXell, substancji recepturowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni oraz chusteczek dezynfekcyjnych do Aresztu Śledczego w Poznaniu

znak sprawy: Ds.3/2025

W dniu 17.02.2025 do Aresztu Śledczego w Poznaniu wpłynęły pytania:

PYTANIE 1 – dotyczy pakietu 2, pozycja 9, 10, 11

Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycja 9, 10 oraz 11 wymaga kompresów gazowych w klasie medycznej IIa (reguła 7)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompresów gazowych w klasie medycznej IIa (reguła 7).

PYTANIE 2 – dotyczy pakietu 2, pozycja 18, 19

Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycja 18, 19 dopuści opaskę gipsową nawiniętą na tekturowy (twardy) trzpień, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na tekturowy (twardy) trzpień.

PYTANIE 3 – dotyczy pakietu 1, pozycja 35, 61

Czy Zamawiający w pakiecie 1, pozycja 35 oraz 61 dopuści asortyment ze stawką VAT wynoszącą 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści asortyment spełniający wymagania jak w opisie SWZ z inną stawką VAT.

PYTANIE 4 – dotyczy pakietu 1, pozycja 35

Czy Zamawiający w pakiecie 1, pozycja 35 dopuści maski FFP3 6-cio warstwowe z zewnętrzną warstwą wykonanych z fizeliny, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym

w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych, opatrunków, materiałów stomatologicznych, pasków do glukometrów iXell, substancji recepturowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni oraz chusteczek dezynfekcyjnych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.

MAŁGORZATA DZIUBA
Kierownik Wydziału
Aresztu Śledczego w Poznaniu
mgr inż. Mariusz Ppobyt