

Wałbrzych, dnia 28.01.2025 r.

DZPZ-530 - Zp/70/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa angiografu w ramach realizacji zadania pn.: "Poprawa bazy leczniczej" oraz adaptacja budowlano – techniczna pomieszczenia do angiografu.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 24.01.2025 r. zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert o co najmniej 3 dni robocze, co pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmieni termin składania i otwarcia ofert na 05.02.2025 r.

Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 1 pkt 143

Zamawiający tym parametrem wyklucza z postępowania czołowego producenta systemów angiograficznych. Prezentacja typu MinIP nie znajduje zastosowania w procedurach angiograficznych, gdyż służy ona do uwidaczniania obiektów o wysokiej przenikalności promieniowania X np. powietrze. W badaniach angiograficznych środek cieniujący charakteryzuje się wysokim tłumieniem promieniowania, a co za tym idzie uwidaczniany jest w prezentacji MIP. Prezentacja MinIP nie jest przeznaczona do wizualizacji patologii układu naczyniowego. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania bez funkcjonalności MinIP, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez funkcjonalności MinIP.

Zatwierdzam:

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941