

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/10/1/25

data: 09.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 10/25/ZP „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego II”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytanie:

Firma 1

Dotyczy pakietu nr 4 ssak

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 34x17x40 cm i wadze 5,0 kg? Różnice są bardzo niewielkie, nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 2

Dot. pakietu 7 (stojaki do kroplówek) - czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stojaki do kroplówek którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo, a maksymalne obciążenie wynosi 1 kg na hak? Pozostałe parametry zostaną utrzymane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 3

Dotyczy pakietu 4 –Ssak mobilny -elektryczny

Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym przepływie 30l/min i maksymalnym podciśnieniu do -85 kPa, o wymiarach 160x400x300mm i wadze 5kg, nie wyposażonego w bateryjne zasilanie awaryjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 4

Poniżej pytania dotyczące pakietu nr 7:

Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 110-200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 5

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1a, 1b, 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 6

Dotyczy zadania 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do oferty ssaka o następujących parametrach:

- Ssak akumulatorowo-sieciowy, przenośny zasilany 12V i 230V (w zależności od opcji);

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podstawowe zasilanie sieciowe oraz zapasowe bateryjne.

- Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowy z tworzyw sztucznych poliestrowych i polietylenowych o dużej gęstości HDPE.

- Pojemnik o pojemność 1 l do sterylizacji, umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Manometr podciśnienia;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie 0 do -0,8 bar wybierana za pomocą potencjometru;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Przepływ 26 l/min +/- 4l bez obciążenia;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pełna informacja o stanie naładowania baterii;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Temperatura pracy od - 5 do 50 °C;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Temperatura przechowywania od - 40 do 70 °C;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Ciężar kompletnego ssaka ok. 5,6 kg;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czas pracy 45 min;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienioną długość pracy dla zasilania baterijno – awaryjnego.

- Żywotność akumulatora 400 cykli w przeciągu 3 lat;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Ładowanie akumulatora do poziomu 100% 14h, do poziomu 80% ok 2 h 45 min;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia w postaci filtrów hydrofilowych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy z 48 do 72h w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 7

Pakiet 5: Pulsoksymetr mobilny dziecięcy

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:

Zakres pomiaru saturacji: 0-100%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zakres pomiaru tętna: 30-250 ud/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dokładność: Bezruch: $\pm 2\%$, ruch: $\pm 3\%$ przy 70-100% < 70%, nieokreślony

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Idealnie nadaje się do stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w przychodniach, izbach przyjęć, podczas transportu lądowego, w ratownictwie medycznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie mieścić się w dłoni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Parametry:

Bateria polimerowa Li-ion 3,7V 4400mAh.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czas pracy ok 20 godzin po naładowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Jasny, czytelny 3,5 calowy wyświetlacz LCD wskazuje procentowy pomiar SpO2, częstotliwość pulsu, pletyzmogram i zestawienie trendów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czujnik na palec (dla dorosłych, pediatryczny)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Ochrona przed kroplami-monitor- IP22

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym typ BF

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Temperatura pracy +5 do +40 stopni C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Stacja dokująca do mocowania urządzenia i ładowania w tym samym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wymiary: 78,5 x 158 x 31,5 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Waga: 250g

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ochronny pokrowiec (opcja).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Gwarancja 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10: Ogrzewacz płynów infuzyjnych:

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza o następujących parametrach:

- Regulacja temperatury: 33 stopni – 41 stopni C/co 0.1 stopni C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Metoda ogrzewania: Elastyczny silikonowy profil grzewczy dł. 1400 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Średnica drenu infuzyjnego: 3,5 – 5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Ilość kanałów grzewczych: 1

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czas nagrzewania: mniej niż 2 minuty (20-36 stopni C)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Alarmy, sygnały informacyjne i ostrzeżenia: Wizualny i dźwiękowy alarm przegrzania, sygnał niskiej temperatury przy 32+/- 1stopień C i ostrzeżenie o awarii czujnika

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Interfejs: Duży ekran LED wyświetlający ustawioną temperaturę, aktualną temperaturę, czas nagrzewania i sytuację awaryjną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Dodatkowe zabezpieczenia przed przegrzaniem: Podwójne 42+/-1 stopni C/ 43+/-2 stopnie C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Wydajność ogrzewania: około 25ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Zasilanie: 100-240V/50-60Hz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pobór prądu: Max 120V A

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Klasa zabezpieczenia: I BF

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Wymiary: 85 x 65 x 175 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Firma 8

Dotyczy pakietu nr 4 „Ssak mobilny – elektryczny -2szt”

ad pkt. 18- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zasilanie sieciowe, bez zasilania awaryjnego akumulatorowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ad pkt. 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zasilanie sieciowo- akumulatorowe, bez zasilania awaryjnego akumulatorowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 9

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy

Pytanie 1 dot. §4 ust. 4

Czy Zamawiający może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu reklamacji do 10 dni roboczych dla pakietu 11.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ:

- Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – zmienia się pkt 2 na:

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14.05.2025 r.**

- Dział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **15.04.2025 r. do godz. 09:00:00**

- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **15.04.2025 r. godz. 09:15:00.**

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym