

L.dz. DAG / 242 / 216 / 2024

Dotyczy: postępowania nr TP-50/24 prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej wraz z narzędziami laparoskopowymi.

Stosownie do postanowienia art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zmianę zapisów §7 ust. 2, tj.:

Ustala się maksymalny czas usunięcia wady/awarii/usterki przedmiotu zamówienia na 5 dni roboczych. W sytuacji, gdy naprawa wymaga użycia części zamiennych albo gdy z przyczyn technicznych, niezależnych od WYKONAWCY dotrzymanie powyższego terminu jest niemożliwe, termin usunięcia wady/awarii/usterki nie może przekraczać 7 dni roboczych. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu i indywidualnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami w sytuacji wyjątkowej, niezależnej od WYKONAWCY, a uniemożliwiającej ich dotrzymania. Przyczyny wskazane zdaniu poprzedzającym winny być każdorazowo wykazane przez WYKONAWCĘ.

W przypadku, gdy usunięcie awarii będzie trwało dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca (na żądanie Zamawiającego) dostarczy do siedziby Zamawiającego, urzędnika zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy co zwalnia Wykonawcę z naliczania kar umownych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany w §7 ust. 2 projektu umowy:

Ustala się maksymalny czas usunięcia wady/awarii/usterki przedmiotu zamówienia na 5 dni roboczych. W sytuacji, gdy naprawa wymaga użycia części zamiennych albo gdy z przyczyn technicznych, niezależnych od WYKONAWCY dotrzymanie powyższego terminu jest niemożliwe, termin usunięcia wady/awarii/usterki nie może przekraczać 7 dni roboczych. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu i indywidualnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami w sytuacji wyjątkowej, niezależnej od WYKONAWCY, a uniemożliwiającej ich dotrzymania. Przyczyny wskazane zdaniu poprzedzającym winny być każdorazowo wykazane przez WYKONAWCĘ.

W przypadku, gdy usunięcie awarii będzie trwało dłużej niż 7 dni roboczych WYKONAWCA (na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO) dostarczy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, urzędnika zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy co zwalnia WYKONAWCĘ z naliczania kar umownych.





Pytanie nr 2:

Czy kontakt telefoniczny z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu usterki i dalszego toku postępowania spełnia wymogi zapisu §7 ust. 3?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
 - a) w wysokości 0,4% ceny netto **niezrealizowanej części** danego pakietu określonej w § 2 ust. 1 umowy, za zwłokę w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 6 za każdy dzień zwłoki,
 - b) w wysokości 0,2% ceny netto **niezrealizowanej części** danego pakietu określonej w § 2 ust. 1 umowy, za zwłokę w usunięciu wad/awarii/usterek za każdy dzień zwłoki,
 - c) w wysokości 50 zł za **każdy dzień** zwłoki w zakresie reakcji serwisu gwarancyjnego wskazanego w §7 ust. 3 Umowy,
 - d) w wysokości 10% **niezrealizowanej** ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1, przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
 - e) w wysokości **2500zł** za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia dokumentu urządzenia wymaganego przepisami.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Określona projektem umowy wysokość kar umownych jest odpowiednio wyważona i dostosowana do przedmiotu zamówienia w taki sposób, żeby nie miała charakteru represyjnego w stosunku do Wykonawcy, ale też wystarczająco Wykonawcę dyscyplinowała w realizacji zobowiązań. Zamawiający wskazał przy tym na maksymalną wysokość kar umownych po stronie Wykonawcy na poziomie 40% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Agnieszka Metlerska, nr tel. 91 42 51 431

ZATWIERDZAM:

Adrian Sikorski – Dyrektor

