

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn.: **Dostawa elementów próżniowych z podziałem na 4 części**

Część nr 2 – pn. dostawa pompy próżni wstępnej do linii VUV

Minimalne wymagania dla pompy próżni wstępnej

Lp.		
1.	Rodzaj pompy	Próżniowa, sucha – w obszarze próżniowym brak oleju
2.	Szybkość pompowania azotu	Nie mniejsza niż 10090 m ³ /h – <u>dopuszcza się łączenie maksymalnie dwóch pomp</u>
3.	Uzyskiwana próżnia	Wymagany <u>osiągany</u> poziom próżni – 7*10⁻³ <u>1.1*10⁻²</u> (zamknięty zawór przedmuchu)
4.	Przyłącza próżniowe	ISO-F / NW 40
5.	Maksymalna waga <u>kompletnego systemu pompowego</u>	110kg
6.	Zasilanie	Jednofazowe, 230V AC, 50Hz
7.	Dodatkowe wymagania	Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających chłodzenia wodnego Wraz z pompą zostaną dostarczone: wąż stalowy zakończony dopasowanymi do pompy złączami, elastyczny o długości 2m, klamry umożliwiające podłączenie węża do pompy szt.2, zaślepki dopasowane do węża oraz pompy szt. 2, system uszczelniający dopasowany do węża oraz pompy szt.2, węże stalowe elastyczne o długości 2m zakończone obustronnie złączami NW40 szt. 2, adaptery NW40 – NW25 szt. 2.