

SPZOZ-ZP/2D/2025

Kępno, dnia 28.01.2025r.

Otrzymują:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno

Dotyczy:

postępowania przetargowego pn. „Dostawa APARATURY i SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/2D/2025.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. , poz. 1320) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania:

PYTANIA NR 1

Pytanie dot. kardiomonitora:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

PYTANIA NR 2

Dotyczy załącznik nr 1A Opis przedmiotu zamówienia Pozostałe wymagania

1. Prosimy o wykreślenie zapisu „Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego”, gdyż w przypadku sprzętu tak wysokospecjalistycznego naprawy w siedzibie Zamawiającego są niemożliwe z uwagi na brak odpowiednich warunków i narzędzi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 2 Wzór umowy § 3 Gwarancja i rękojmia pkt 8

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenie zastępcze, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych”?

Taki zapis będzie spójny z zapisami w załączniku 1A. Ponadto jest to sprzęt wysokospecjalistyczny, który należy



SZPITAL w Kępnie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE®**



sprawdzić i odpowiednio przygotować przed dostawą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 2 Wzór umowy § 8 Kary umowne pkt 2. e)

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto urządzenia uszkodzonego za każdy dzień, w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w terminie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej z 2% na 0,5% wartości brutto urządzenia uszkodzonego za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w terminie.

**Podpisano: Dyrektor SPZOZ w Kępnie
/-/ Beata Andrzejewska**