

Warszawa, 03 stycznia 2025 r.

ADZ.261.41.2024

**Wykonawcy –
uczestnicy postępowania**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej progów unijnych realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Dostawy sprzętu związanego z hodowlą zwierząt: Fabrycznie nowa, zaawansowana, wielofunkcyjna platforma do badań metabolicznych, behawioralnych i fizjologicznych u myszy KPO14” (znak sprawy: ADZ.261.41.2024).

Działając na podstawie art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert tj. 31.12.2024 r., godz. 12.00, wpłynęła **1 oferta**. Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajdują się w poniższej tabeli:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (PLN)	Parametry techniczne (TAK/NIE)	Termin realizacji
1.	Sable Systems Europe GmbH 12459 Berlin, Ostendstr. 25, Republika Federalna Niemiec (RFN) Berlin	2 562 090,00	Szczegółowy opis znajduje się w tabeli poniżej	8 tygodni

- Szczegółowy opis kryterium – Parametry techniczne dla Wykonawcą z ofertą numer 1:

L.P.	OPIS PODKRYTERIÓW WRAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT - "PARAMETRY TECHNICZNE"	PARAMETRY TECHNICZNE (TAK/NIE)	DOKŁADNA LICZBA JEŻELI DOTYCZY
1.	System fenotypowania musi mierzyć wszystkie wymienione w punkcie 2 powyżej parametry bez przerwy przez dłuższy czas, tj. co najmniej 7 dni.	TAK	14 DNI
2.	Przez cały czas trwania pomiaru, przy ustawieniach standardowych systemu, wymagana jest stała czasowa klatki (objętość klatki/prędkość przepływu powietrza) nie większa niż 20 minut.	TAK	4 MIN

3.	Dno klatki, jak również pokrywa, pojemnik na pokarm, wodę i do pomiaru masy ciała oraz koła do monitorowania dobrowolnych ćwiczeń muszą być w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 °C przez co najmniej 150 cykli, łącznie ze wszystkimi elementami, które są do nich na stałe przymocowane, aby umożliwić łatwe przenoszenie, czyszczenie i sterylizację.	TAK	ND
4.	Wszystkie elementy systemu fenotypowania (z wyjątkiem butli z gazem kalibracyjnym i komputera z monitorem) powinny być przymocowane do szafy termostatycznej.	TAK	ND
5.	System fenotypowania powinien być elastyczny - jego elementy składowe - co najmniej analizatory gazu, generatory przepływu i jednostka akwizycji danych - muszą umożliwiać stosowanie różnych typów klatek (co najmniej klatki otwarte, klatki IVC i klatki izolowane) dla myszy, bez modyfikacji elementów wewnętrznych.	TAK	ND
6.	System fenotypowania powinien być wyposażony w komponenty, które w przypadku awarii elementów elektronicznych - zarówno "zewnętrznych", na przykład monitorów wagi przerwania wiązki itp. jak i "wewnętrznych", na przykład czujników gazu lub przepływomierzy/sterowników - mają być w pełni wymienne na miejscu, bez konieczności anulowania lub przerwania trwającego eksperymentu.	TAK	ND
7.	System fenotypowania mierzący ciśnienie pary wodnej (WVP) w respirometrii przepływowej i wykorzystujący go w obliczeniach VO_2 i VCO_2 , a także do obliczania wydatków energetycznych i RER, z czujnikiem ciśnienia pary wodnej o rozdzielczości $\geq 0,0001$ kPa.	TAK	ND
8.	Dla myszy pojemnik do monitorowania w formie habitatu posiadającego przeźroczyste lub częściowo przeźroczyste ciemno-czerwone ściany z tworzywa sztucznego, może zawierać elementy metalowe, przy czym jedna płaszczyzna musi pozostać pusta dla wejścia myszy. Dorosła mysz musi w pełni zmieścić się w habitacie, wobec tego powierzchnia jego podłogi musi wynosić co najmniej 40 cm ²	TAK	ND

9.	System fenotypowania musi mieć możliwość włączenia do sieci z możliwością dostępu zdalnego, bez potrzeby dostępu do dołączonego komputera, co pozwala na łatwy nadzór, rozwiązywanie problemów i zarządzanie danymi zarówno w siedzibie, jak i poza nią.	TAK	ND
10.	Serwis merytoryczny wykonywany przez osobę z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy z systemem objętym przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem modelu badawczego jakim są gryzonie w szczególności w obszarze fizjologii gryzoni, wyznaczoną przez Wykonawcę (będącą w jego zasobach osobowych) do realizacji serwisu merytorycznego na rzecz Zamawiającego przez cały okres trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. Serwis musi obejmować w łącznym wymiarze do 30 godzin w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wymagane jest wsparcie Zamawiającego na miejscu lub zdalnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W ramach swojego serwisu wyznaczona przez Wykonawcę osoba będzie udzielała wsparcia w analizie danych i próby ich interpretacji w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania systemu.	TAK	ND
11.	Osoba wykonująca serwis merytoryczny, wskazana w punkcie powyżej posiada wykształcenie w stopniu naukowym minimum doktora nauk biologicznych z zakresu fizjologii zwierząt UWAGA , w przypadku gdy wskazana zostanie inna osoba niż w punkcie 2, wykonawca uzyska 0 punktów.	TAK	ND