

Wałbrzych, dnia 04.02.2025 r.

DZPZ-530 - Zp/70/PN/24

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawa angiografu w ramach realizacji zadania pn.: "Poprawa bazy leczniczej" oraz adaptacja budowlano – techniczna pomieszczenia do angiografu.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 1e.**

W specyfikacji technicznej w punkcie 1e opisującym wymagania dotyczące komputerów znajduje się również informacja o konieczności dostarczenia AP kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem. Kontroler ten jednakże nie został nigdzie wyspecyfikowany co uniemożliwia Wykonawcy prawidłowy dobór sprzętu.

Prosimy zatem o wskazanie się z jakim kontrolerem i wersją systemu mają pracować nowe AP?

**Odp.: Zamawiający posiada kontroler UniFI wersja 8.6.9**

**Pytanie nr 2 dotyczy formularza cenowego**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu cenowym w pozycji nr 1 „Angiograf wraz z osprzętem” ceny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wyspecyfikowanego w części pn.: „Prace adaptacyjne pracowni”, Pkt 1.16 Załącznika Nr 1 do SWZ. Prośbę swoją motywujemy tym, że w skład sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wchodzi elementy objęte stawką 8% VAT, a także są to elementy osprzętu związane z pracą systemu do angiografii, a nie z adaptacją pomieszczeń. W związku z powyższym, skalkulowanie sprzętu komputerowego w poz. 1 formularza cenowego, wraz z angiografem jest w pełni zasadne i celowe.

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

Zatwierdzam:

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych  
Adam Szkudlarek**