Nr sprawy AZP.274.13/2025 - 205

Lublin, 06.05.2025 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z podziałem na 2 części.**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej cyt. jako „ustawy Pzp", informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania dotyczą cz. 2 - Dostawa wirówki laboratoryjnej z akcesoriami na potrzeby Wydziału Medycznego KUL.

Pytanie nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o maksymalnej prędkości 4500 rpm, ze skokiem co 100 rpm?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia o maksymalnej prędkości 4500 rpm, ze skokiem co 100 rpm.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie z silnikiem bezszczotkowym?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie z silnikiem bezszczotkowym.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie posiadające siłę odśrodkową 4427 x g?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie posiadające siłę odśrodkową 4427 x g.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie o wadze 10,5 kg?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wadze 10,5 kg.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie o wymiarach (szer x głęb x wys) 400 × 545 × 410 mm?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wymiarach (szer x głęb x wys) 400 × 545 × 410 mm.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie posiadające siłę odśrodkową 4445 x g?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie posiadające siłę odśrodkową 4445 x g.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie o wadze 10 kg?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wadze 10 kg.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie o wymiarach (szer x głęb x wys) 356 mm x 236 mm x 277 mm?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wymiarach (szer x głęb x wys) 356 mm x 236 mm x 277 mm.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie posiadające siłę odśrodkową 3341 x g?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie posiadające siłę odśrodkową 3341 x g.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie o wymiarach (szer x głęb x wys)180 x 220 x 270 mm?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wyżej wymienionych wymiarach.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenie nie posiadające trybu pracy ciągłej?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia, które nie posiada trybu pracy ciągłej.

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza modyfikacje w treści Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 w następującym zakresie :

- ***Lp. 5 parametrów wymaganych otrzymuje brzmienie: „Maksymalne obroty minimum 6000 RPM”***
- ***Lp. 11 parametrów wymaganych otrzymuje brzmienie: „Wymiary zewnętrzne wirówki: maksymalnie 250 x 250 x 200 mm +/- 50 mm”***

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 13.05.2025 r. do godz. 10:00 oraz wyznacza nowy termin otwarcia na dzień 13.05.2025 r. godz. 10:15.

W związku z tym zmienia się treść SWZ w poniższym zakresie.

1. Rozdział IX ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, tj. - do dnia **11.06.2025 r.**”

2. Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Platformy dostępnej pod adresem:** https://platformazakupowa.pl/pn/kul w nieprzekraczalnym terminie do dnia **13.05.2025 r. do godz. 10.00."**
3. Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.05.2025 r. o godz. 10:15** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert."

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
• dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

W załączeniu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.2 do SWZ PO ZMIANACH

Podpisano
z up. Rektora KUL
/-/ dr Beata Zięba
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych