

Katowice, 03.01.2025 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
ul. Korczaka 27
40 – 340 Katowice

Oznaczenie sprawy: 01/TP/D-LABOR/12/2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 03.01.2025 r.

PAKIET 1

PYTANIE 1: Czy Zamawiający dopuści analizator z 2019 r. po pełnym przeglądzie serwisowym?

ODPOWIEDŹ: Nie dopuści.

PYTANIE 2: Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał ekran dotykowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ekranu dotykowego.

PYTANIE 3: Czy Zamawiający odstąpi od parametru „możliwość wprowadzania krzywych kalibracyjnych kodami kreskowymi”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstąpi od parametru „możliwości wprowadzania krzywych kalibracyjnych kodami kreskowymi”?

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda